



Włocławek, dnia 16.05.2024r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania na dostawę sprzętu medycznego  
jedno i wielorazowego użytku przez okres 24 miesięcy – cz. 1  
Znak postępowania: DZP/24/2024**

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 201448-2024, data przekazania: 03.04.2024 r., data publikacji: 05.04.2024 r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 05.04.2024 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.04.2024 r. i opublikowane w dniu 29.04.2024 r., pod numerem 254718-2024 oraz zamieszczone na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w dniu 29.04.2024 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.05.2024 r. i opublikowane w dniu 08.05.2024 r., pod numerem 271140-2024 oraz zamieszczone na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w dniu 08.05.2024 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.05.2024 r. i opublikowane w dniu 14.05.2024 r., pod numerem 284409-2024 oraz zamieszczone na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w dniu 14.05.2024 r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.05.2024 r. i opublikowane w dniu 16.05.2024 r., pod numerem 290684-2024 oraz zamieszczone na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w dniu 16.05.2024 r.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku informuje, że zgodnie z art 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023.1605 z późn. zm.), wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi i zamieszcza zapytania i wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

**Pytanie nr 1**

**dot. Części nr 24**

Czy Zamawiający dopuści cewnik o średnicy w zakresie 12-16Fr?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik o średnicy nie mniejszej niż 13,5 Fr do 16 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

**dot. Części nr 24**

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez samoprzylepnego opatrunku w zestawie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
[www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl); [sekretariat@szpital.wloclawek.pl](mailto:sekretariat@szpital.wloclawek.pl)  
tel. 54 412 90 00



**Pytanie nr 3**

**dot. Części nr 6 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający, będzie wymagał, by zaoferowane elektrody były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

**Odpowiedź: Zaoferowane elektrody mają być kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami, które posiada Zamawiający.**

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77 i 79, dokonał modyfikacji SWZ w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.6 do SWZ) dot. Części nr 6 w Wymaganiach dla części nr 6.

**Pytanie nr 4**

**dot. Części nr 6 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, wykonanych ze srebra/chlorku srebra dla uzyskania wysokiej jakości i skuteczności klinicznej oraz komfortu pacjenta. Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

**Odpowiedź: Zaoferowane elektrody mają być kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami, które posiada Zamawiający. Warstwa przewodząca wykonana z Ag/AgCl.**

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.6 do SWZ) dot. Części nr 6, w Wymaganiach dla części nr 6.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.6 do SWZ. Załącznik nr 2.6 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 5**

**dot. Części nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta, odpornych do min.50 kolejnych obciążeń defibrylacji (w przypadku elektrod dla pacjentów dorosłych). Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE lub instrukcji obsługi defibrylatora.

**Odpowiedź: Zaoferowane elektrody mają być kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami, które posiada Zamawiający.**

**Pytanie nr 6**

**dot. Części nr 6 poz. 1**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
[www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl); [sekretariat@szpital.wloclawek.pl](mailto:sekretariat@szpital.wloclawek.pl)  
tel. 54 412 90 00



Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane akcesoria były w pełni kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta oraz zgodnych z wytycznymi Stowarzyszenia AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) zalecających stosowanie odpowiednich elektrod, przy założeniu optymalnej wielkości elektrod do defibrylacji 12 cm<sup>2</sup>.

W związku z brakiem powiązań prawnych z producentami elektrod niewymienionych w CE defibrylatora i braku testów potwierdzających pełną kompatybilność, producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora.

**Odpowiedź: Zaoferowane elektrody mają być kompatybilne i przetestowane do użycia z defibrylatorami, które posiada Zamawiający oraz zgodne z obowiązującymi normami. Zamawiający dopuszcza wielkość elektrod do defibrylacji 12 cm<sup>2</sup>.**

#### Pytanie nr 7

##### **dot. zapisów SWZ Rozdział III pkt. 3.3 ppkt. 7**

Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia zaopatrzony był w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych „Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”. Opakowania zastosowane przez producenta [REDAKTOR] posiadają informacje w języku angielskim oraz wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków. Poza tym dostarczane są do profesjonalnego użytkownika, jakim jest personel medyczny szpitala. Dlatego prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez wyroby oryginalnych etykiet w języku polskim jako dostosowanie zapisu do istniejących przepisów wynikających z ustawy o wyrobach medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i tym samym zmienia treść Rozdziału III ust. 3.3 pkt 7 SWZ w tym zakresie poprzez nadanie jej następującej treści:**

***„7. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.”***

**Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ – w Rozdziale III ust. 3.3 pkt 7 SWZ .**

#### Pytanie nr 8

##### **dot. zapisów projektu umowy §2 ust. 4 b)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „Cena (.....) koszt transportu przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto”



Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.**

#### Pytanie nr 9

##### **dot. zapisów projektu umowy §10 ust. 3 pkt. 1)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów ust. 3 pkt. 1) w taki sposób, aby wysokość kary umownej za opóźnienia w dostawie liczona była w wysokości 0,7 % netto wartości niedostarczonej części dostawy za każdy dzień zwłoki a nie od wartości całego zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.**

#### Pytanie nr 10

##### **dot. zapisów projektu umowy §10 ust. 3 pkt. 2)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów ust. 3 pkt. 2) w taki sposób, aby wysokość kary umownej za stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru nieprawidłowości w dostawie, w szczególności wady towaru lub braki liczona była w wysokości 0,25 % netto od wartości wadliwej części dostawy a nie od wartości brutto całej umowy. Kara umowna naliczana od wartości całej umowy jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.**

#### Pytanie nr 11

##### **dot. zapisów projektu umowy §10 ust. 4 pkt. d)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów ust. 4 pkt. d) tak, aby wysokość kary umownej za odstąpienia od umowy liczona była od wartości netto niezrealizowanej części umowy a nie od wartości całej umowy. Kara umowna naliczana od wartości całej umowy jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.**

#### Pytanie nr 12

##### **dot. zapisów projektu umowy §12**

W związku z wejściem w życie dnia 10.11.2022 r. Ustawy z dnia 07.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - zmieniającej treść art. 439 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 2 oraz art. 455 ust. 1. Pkt. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 1812 i 1933) wnosimy o uwzględnienie/modyfikację w projekcie umowy, w §12 zapisów dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z treścią zmian.



**Odpowiedź:** We wzorze umowy, w § 12 znajdują się postanowienia stanowiące transpozycję dyspozycji normy wynikającej z art. 439 ustawy Pzp.

**Pytanie nr 13**

**dot. Części nr 2 poz. 1**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanych opasek.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada pulsoksymetr NONIN model NOX A1S. Typ opasek dla dorosłych.

**Pytanie nr 14**

**dot. Części nr 2 poz. 2**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanych opasek.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada pulsoksymetr NONIN model NOX A1S. Typ opasek dla dorosłych.

**Pytanie nr 15**

**dot. Części nr 8**

W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina nie są ani produktem leczniczym ani wyrobem medycznym a środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina zwracamy się z prośbą o nie stawianie wymogu posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu w przypadku pakietu nr 8.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z zapisami Rozdziału XIX ust. 6 SWZ.

**Pytanie nr 16**

**dot. Części nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści żel ścierny o pojemności 120g spełniający pozostałe zapisy OPZ z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 17**

**dot. Części nr 25**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprzodającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm<sup>2</sup>, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm<sup>2</sup>, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 18**

**dot. Części nr 24 poz. 1**

Czy Zamawiający część 24 poz. 1, dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowi (High Flow), z poliurteanu: o średnicy 13 Fr, ramiona proste lub zagięte



o długości 15 cm i 20 cm do wyboru przez Zamawiającego oraz o średnicy 13 Fr, ramiona proste o długości 30 cm?

Charakterystyka cewnika

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyszlizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza cewnika o średnicy 13 Fr. Natomiast dopuszcza cewnik o średnicy 13,5 Fr z prostymi ramionami.**

#### Pytanie nr 19

##### dot. Części nr 24

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania brandu Arrow, cewniki czasowe do hemodializy poliuretanowe wg opisu:

Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/15cm wykonane z poliuretanu prowadnica stalowa 0,038"/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadła, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące.

Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/20cm wykonane z poliuretanu prowadnica stalowa 0,038"/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadła, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące

Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/25cm wykonane z poliuretanu pokryte powłoką antybakteryjną (sulfadazyne srebro+ chlorcheksydyna), prowadnica stalowa 0,038"/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J



z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadła, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 20**

##### **dot. Części nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści asortyment w części nr 18, pozycja 1 – rurkę ustno-gardłową typu GUEDEL w opakowaniu folia-folia, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rurkę ustno-gardłową typu GUEDEL w opakowaniu folia-folia, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

#### **Pytanie nr 21**

##### **dot. Części nr 30 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści asortyment w części nr 30, pozycja 1 – kaczkę jednorazowego użytku o pojemności 900 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ?

Dopuszczenie powyższego, umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaczkę jednorazowego użytku o pojemności 900 ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

#### **Pytanie nr 22**

##### **dot. Części nr 14 poz. 1 i 2**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 23**

##### **dot. Części nr 14 poz. 3 i 4**

Prosimy o dopuszczenie ostrzy jednorazowego użytku do grubego owłosienia np. na głowie lub klatce piersiowej, do strzygarki chirurgicznej, szerokość ostrza tnącego 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 25 blistrów/ pudełko.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



**Pytanie nr 24**

**dot. Części nr 14 poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie strzygarki kompatybilnej z 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia. Strzygarka kompatybilna z oferowanymi ostrzami posiada trzyczakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką. Wolna od lateksu i ftalanów, ładowana kontaktowo.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 25**

**dot. Części nr 25**

a/ Prosimy o dopuszczenie elektrody dzielonej przeznaczonej dla dorosłych/dzieci, o wymiarach 150x120mm, powierzchnia aktywna 104cm<sup>2</sup>, powierzchnia klejąca 153cm<sup>2</sup>, optymalna siła przylegania.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

b/ Elektroda wykonana z zaawansowanego hydrożelu, który poprawia przewodność, obniża impedancję i minimalizuje ryzyko poparzenia w miejscu montażu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

c/ Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych po 100 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 20 op. a'100 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26**

**dot. Części nr 26**

a/ Prosimy o dopuszczenie długości kabla 3 m.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

b/ Prosimy o dopuszczenie elektrod przeznaczonych dla pacjentów o wadze powyżej 15kg.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

c/ Prosimy o dopuszczenie elektrody wykonanej z zaawansowanego hydrożelu, który poprawia przewodność, obniża impedancję i minimalizuje ryzyko poparzenia w miejscu montażu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

d/ Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych po 100 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 12 op. a'100 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 27**

**dot. Części nr 17 poz. 1**

W związku z brakiem dostępności na rynku zgłębnika typu BENGMARK PEG/J, prosimy o dopuszczenie do części 17 pozycji 1 zgłębnika Bengmark 10/145 cm nosowo-jelitowego przeznaczony do podawania diety bezpośrednio do jelita cienkiego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowany zgłębnik.**

**Pytanie nr 28**

**dot. Części nr 17 poz. 2**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00





Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający w części nr 17 pozycji 2 zamiast Flocare PEG 18 mm dł 40 cm, miał na myśli Flocare PEG CH18 o długość 40 cm z łącznikiem do żywienia ENFit. Na rynku nie ma dostępnego wyspecyfikowanego przez Zamawiającego zgłębnika w rozmiarze 18 mm. Średnice sprzętu są natomiast opisywane w jednostce French, służącej do pomiaru wielkości cewnika. Miara ta zapisywana jest najczęściej przy użyciu skrótu „Fr”, „FR”, „F” lub „CH”, „Ch”. 1Fr/CH = 1/3mm, czyli 1 mm = 3 Fr/CH.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że w opisie przedmiotu zamówienia nastąpiła omyłka pisarska. Zamiast rozmiaru 18 mm winno być 18 Ch.

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w opisie przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.17 do SWZ) dot. Części nr 17, poz. 2.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.17 do SWZ. Załącznik nr 2.17 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w przedmiotowym postępowaniu.

#### Pytanie nr 29

##### dot. Części nr 12 poz. 1 i 2

Zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy system równoważny w skutecznym odsysaniu a zarazem bezpieczny ze względu na właściwości antybakteryjne (badania do wglądu zamawiającego) o następujących cechach szczegółowych - prosimy o dopuszczenie. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia, o standardowych średnicach). Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (odsysanie standardowe oraz ortopedyczne): gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta, z proszkiem żelującym w postaci fabrycznie zapakowanych saszetek aplikowanych do wkładów każdorazowo przed wysyłką.

Wkłady (certyfikowane jako produkt medyczny ze znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych). Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu o pojemności 1L, 2L, 3L. Pojemniki (okrągłe o poj. 1L, 2L, 3L) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową (która umożliwia prowadzenie dokładnego bilansu płynów, bez stosowania dodatkowych urządzeń), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp. 121st.C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odporne na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Wkłady i pojemniki są oznakowane znakiem CE (do wglądu deklaracja zgodności) i są wzajemnie kompatybilne. Zgodą Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnych, bezpiecznych wkładów, ze względu na cechy użytkowe (szczelność, prostotę użytkowania) oraz na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 – do wglądu dla zamawiającego). Oferowany system jest konkurencyjny cenowo. Deklarujemy bezpłatną wymianę kanistrów (pojemników) obecnie użytkowanych w szpitalu, w przypadku wybrania naszej oferty. Brak dopuszczenia naszego systemu stwarza sytuację, gdy tylko jeden produkt spełnia wymogi SWZ co budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z ustawą ZP (zasada uczciwej konkurencji) oraz racjonalnością wydatkowania środków publicznych.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia według własnych potrzeb, który nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Nie wszyscy Wykonawcy muszą dysponować produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisanym w SWZ. Nie oznacza to, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji, bowiem na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub jako konsorcjum.

**Pytanie nr 30**

**dot. Części nr 27 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 55 x 40 mm (elektroda FES-5541C wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia ma rozmiar 55x41 mm), pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Oczekuje asortymentu zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 31**

**dot. Części nr 27 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny op.-50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 32**

**dot. zapisów projektu umowy §10 ust. 3 pkt. 2)**

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości towaru którego dotyczyły nieprawidłowości za każdy dzień zwłoki w jego wymianie. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi tj. naliczanie kary umownej od wartości brutto umowy zamiast od wartości brutto towaru którego dotyczyły nieprawidłowości stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

**Pytanie nr 33**

**dot. zapisów projektu umowy §10 ust. 5**

Prosimy o odniesienie kary umownej wymienionej w par. 10 ust. 5 projektu umowy do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

**Pytanie nr 34**

**dot. Części nr 15 poz. 1 i 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania 4 etykiet samoprzylepnych co



umożliwi złożenie oferty osłony obecnie używanej i sprawdzonej w Państwa placówce spełniającej wymogi SWZ w zwiększy konkurencyjność ofert. Produkowanej zgodnie z EN ISO13485. Producent Ecolab.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 35**

**dot. Części nr 15 poz. 3**

Sterylna osłona na przewody o wymiarach 15 x 244 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości min. 30μ, z perforowaną końcówką i taśmą do mocowania, składana pierścieniowo. Opakowanie jednostkowe: torebka papierowo foliowa typu peel pouch, na opakowaniu: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. Producent spełnia wymogi normy EN ISO 13485. Producent Ecolab.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 36**

**dot. Części nr 25 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm<sup>2</sup>, powierzchnia czynna 105 cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 37**

**dot. Części nr 26 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm<sup>2</sup>, powierzchnia czynna 105 cm<sup>2</sup>, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, z kablem dł. 3 m, wtyk typu Valleylab?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 38**

**dot. Części nr 25**

Czy zamawiający dopuści Jednorazową elektrodę neutralną rozmiar 174x122mm, Pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 39**

**dot. Części nr 26**

Czy zamawiający dopuści Elektroda zwrotna dla pacjentów dorosłych Valleylab REM z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona symetrycznie, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej



pianki, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej bez lateksu, przyjazne dla skóry dla pacjentów powyżej 15kg, 1szt. w opakowaniu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 40**

**dot. Części nr 12 poz. 1**

Ponieważ istnieją stosowane różne, rozbieżne definicje dla określenia pojemności wkładów workowych – techniczne i rzeczywiste, bardzo prosimy o sprecyzowanie, czy przez określenie pojemność wkładów workowych, należy rozumieć, że dotyczy to faktycznej ilości zassanej treści jaką dany wkład gwarantuje pomieścić, po której następuje odcięcie próżni?

**Odpowiedź: Tak, chodzi o faktyczną ilość zassanej treści jaką dany wkład gwarantuje pomieścić, po której następuje odcięcie próżni.**

**Pytanie nr 41**

**dot. Części nr 5 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 60 cm x 50 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły:  $24 \pm 0,10$  g/m<sup>2</sup>; minimalna chłonność 90 g/m<sup>2</sup>; grubość folii  $15 \pm 2$   $\mu$ m, 100 szt. na rolce?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65, dokonał modyfikacji SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 42**

**dot. Części nr 5 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, dwuwarstwowy o wymiarach 50 cm x 50 m, z perforacją co 50 cm, wykonany z 1 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły:  $24 \pm 0,10$  g/m<sup>2</sup>; minimalna chłonność 90 g/m<sup>2</sup>; grubość folii  $15 \pm 2$   $\mu$ m, 100 szt. na rolce?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66, dokonał modyfikacji SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 43**

**dot. Części nr 5 poz. 1, 2**

Czy zamawiający dopuści odpowiednie przeliczenie ilości za opakowanie handlowe w postaci jednej rolki o dł. 50 mb z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań handlowych- rolek?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 44**

**dot. zapisów projektu umowy §1 ust. 3**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



Mając na względzie fakt, że Umowa obowiązywać będzie przez 24 miesiące od jej zawarcia, czy koniecznym jest dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych z okresem przydatności aż 12 miesięcy, tym bardziej, że zamówienia częściowe realizowane są w krótkiej jednostce czasowej a dostawy wykonywane są sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Tym samym zasadnym rozumiemy, że wystarczającym terminem minimalnym byłby okres przydatności 6 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na okres przydatności 6 miesięcy.**

**Jednakże Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści § 1 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie jej następującej treści:**

***„3. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku (nie może być krótsza niż 12 miesięcy), producent.”***

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ. Załącznik nr 4 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w przedmiotowym postępowaniu.

#### Pytanie nr 45

##### **dot. zapisów projektu umowy §4 ust. 10**

Mając na względzie fakt, że postępowanie realizowane jest w częściach (grupach), a Zamawiający zawrze Umowę z jednym podmiotem, na kilka tych części (grup), czy ewentualna zmiana w ilości asortymentu zamawianego dotyczyć będzie odpowiednio każdej części (grupy) osobno, czy całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia pomiędzy tymi grupami?

Dodatkowo wnosimy o ograniczenie zmiany asortymentu i ilości, do chociażby określonej wielkości danej grupy, (zadania, części) ze względu na fakt, że przygotowanie racjonalnej oferty dla nieznanego faktycznie przedmiotu zamówienia, graniczy z cudem oraz pozostaje w konflikcie z przepisami ustawy PZP, w zakresie określania przedmiotu zamówienia. Oczywiście jest, że Zamawiający korzystając z powołanego uprawnienia, może żądać dostarczenia przedmiotu zamówienia, który faktycznie nie był określony w SWZ, powodując niejednokrotnie konieczność realizacji dostaw powyżej kosztów zakupu, gdyż producenci przedmiotu zamówienia ograniczają swoje oferty tylko i wyłącznie do zakresu i ilości wskazanych w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 4 ust. 10 wzoru umowy poprzez nadanie temu postanowieniu następującej treści:**

***„Oprócz uprawnienia wskazanego w § 1 ust. 5 umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy. Przy czym Zamawiający zobowiązuje się zrealizować ilość w każdej pozycji na poziomie nie mniejszym niż 50%.”***

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ. Załącznik nr 4 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w przedmiotowym postępowaniu.



**Pytanie nr 46**

**dot. zapisów projektu umowy §8**

a/ Czy Zamawiający mając na względzie powołane zapisy przewiduje poinformować Wykonawcę o „nabyciu zastępczym” oraz o przewidywanych kosztach zakupu?

b/ Dodatkowo czy Zamawiający przewiduje możliwość wskazania Zamawiającemu miejsca tego zakupu?

c/ Mając na względzie fakt, że Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztem zakupu „nabycia zastępczego”, wnosimy o wskazanie środków odwoławczych, które będą uwzględniały fakt, że Zamawiający może dokonać obliczenia kwot obciążenia niezgodnych ze stanem faktycznym lub pomyłką.

**Odpowiedź: Zamawiający poinformuje Wykonawcę o nabyciu zastępczym i wówczas Wykonawca może zasugerować miejsca nabycia zastępczego, ale nie jest to wiążące dla Zamawiającego. Natomiast o kosztach nabycia zastępczego Wykonawca dowie się po zrealizowaniu tego zamówienia. Zamawiający podtrzymuje treść § 8 wzoru umowy.**

**Pytanie nr 47**

**dot. zapisów projektu umowy §8 ust. 3 lit. a i b**

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej oraz równego traktowania Stron Umowy, czy Zamawiający w powołanych przypadkach jako podstawę naliczenia kary umownej przyjmie wartość towaru niedostarczonego i wartość towaru w którym stwierdzone zostaną nieprawidłowości a nie całkowitą wartość Umowy, tym bardziej, że Umowa może być zawarta dla więcej niż jedna grupa, zadania, część.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść wzoru umowy.**

**Pytanie nr 48**

**dot. zapisów projektu umowy §10 ust. 5 zdanie pierwsze**

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej oraz równego traktowania Stron Umowy, czy Zamawiający w powołanych przypadkach jako podstawę naliczenia kary umownej przyjmie zakres, część, grupę dla której Zamawiający odstąpił a nie całkowitą wartość Umowy, tym bardziej, że Umowa może być zawarta dla więcej niż jedna grupa, zadania, część i Zamawiający stwierdził wypełnienie delegacji przepisu dla tylko części, zadania, grupy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść wzoru umowy.**

**Pytanie nr 49**

**dot. Części nr 29 poz. 1**

Czy Zamawiający w Części 29 poz. 1 dopuści wycenę igły do rozpuszczania leków w rozmiarze 18Gx30mm oraz 18Gx40mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ.**

**Pytanie nr 50**

**dot. Części nr 29 poz. 1**

Czy Zamawiający w Części 29 poz. 1 dopuści wycenę igły do rozpuszczania leków tylko w rozmiarze 18Gx30mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ.**



**Pytanie nr 51**

**dot. Części nr 29 poz. 4**

Czy Zamawiający w Części 29 poz. 4 dopuści wycenę igieł do pena w rozmiarze 30Gx8mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SWZ.**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 84, dokonał modyfikacji SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 52**

**dot. Części nr 29 poz. 5**

Czy Zamawiający w Części 29 poz. 5 dopuści wycenę przyrządu do pobierania z dokładniejszym filtrem wielkości 0,1µm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 53**

**dot. Części nr 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 58cm x 50m?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje podkładu w rozmiarze 58cm x 50m.**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65, dokonał modyfikacji SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 54**

**dot. Części nr 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50cm x 50m?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje podkładu w rozmiarze 50cm x 50m.**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66, dokonał modyfikacji SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 55**

**dot. Części nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel z wkładką kodowaną kolorystycznie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 56**

**dot. zapisów SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie terminu płatności z 60 do 30 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 57**

**dot. zapisów projektu umowy**

Czy Zamawiający doda do wzoru umowy zapis: "Jeśli Zamawiający uchyla się od opłacenia faktur za dwie kolejne dostawy, Wykonawca ma prawo do zaprzestania realizowania umowy bez naliczenia kar umownych".



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.

**Pytanie nr 58**

**dot. Części nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 1 dopuści ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne, bezpieczne. Ostrza zapewniają obcinanie włosów tuż nad skórą bez ryzyka jej uszkodzenia. Sprawdza się w większości okolic anatomicznych, obcinając owłosienie bardzo krótko. Szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia = 0,21 mm. Pakowane pojedynczo ( w plastikowe przezroczyste opakowanie zaklejone z wierzchu folią zawierającą opis oraz nr katalogowy ) w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne ze strzygarka 5513E firmy ██████████



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 59**

**dot. Części nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 2 dopuści Ostrza do strzygarki jednorazowe przeznaczone do miejsc wrażliwych takich jak: Krocze i inne obszary wrażliwe. Wydajność golenia - 9 800 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,23mm , szerokość cięcia 25 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 20 szt.

Kompatybilne ze strzygarką firmy ██████████ model: 5513E



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 60**

**dot. Części nr 14 poz. 3**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 3 dopuści Ostrza do strzygarki, jednorazowe, przeznaczone do strzyżenia skóry głowy i grubego gęstego owłosienie innych powierzchni ciała. Wydajność golenia - 18 000 włosów na sekundę Wysokość cięcia 0,45 mm , szerokość cięcia 39,4 mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 20 szt.

Kompatybilne ze strzygarką firmy ██████████ model: 5513E





Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 61

##### dot. Części nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 4 dopuści ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne, bezpieczne. Ostrza zapewniają obcinanie włosów tuż nad skórą bez ryzyka jej uszkodzenia. Sprawdza się w większości okolic anatomicznych, obcinając owłosienie bardzo krótko. Szerokość cięcia 31,5 mm, wysokość strzyżenia = 0,21 mm. Pakowane pojedynczo ( w plastikowe przezroczyste opakowanie zaklejone z wierzchu folią zawierającą opis oraz nr katalogowy ) w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Ostrza przeznaczone również do krótkiego zarostu. Kompatybilne ze strzygarka 5513E firmy ██████████



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 62

##### dot. Części nr 14 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 5 dopuści strzygarkę chirurgiczną wyposażoną w dwie diody LED: poziom i stan naładowania Napięcie / natężenie robocze 3,25 V DC / 390 mA (maks.) Waga 121 gramów Wymiary 153 × 49 × 39 mm (wys. × szer. × gł.) Czas do całkowitego naładowania Maksymalnie 17 godzin. Hałas w trakcie pracy w zakresie 69-75 db . Wodoszczelność: stopień ochrony IPX7 Żywotność akumulatora Minimum 350 cykli Typ akumulatora Litowo-jonowy 680 mAh. Czas pracy strzygarki na w pełni naładowanej baterii min 97 min. Strzygarka wyposażona w kompatybilną indukcyjną ładowarkę.





Dopuszczenie powyższych rozwiązań umożliwi złożenie oferty, która będzie konkurencyjna cenowa a zaferowane produkty będą najwyższej jakości.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 63**

**dot. zapisów projektu umowy §10 ust. 5 pkt. d)**

Prosimy o modyfikację zapisu umowy jak poniżej:

(...) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % **niezrealizowanej** wartości brutto umowy (...).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści wzoru umowy.**

**Pytanie nr 64**

**dot. Części nr 1 poz. 1**

Prosimy o wyodrębnienie pozycji nr 1 do osobnego pakietu. Jako Autoryzowany Dystrybutor firmy [REDAKTOR] będziemy mogli zaferować Państwu żel ścierny typu NuPrep w bardzo korzystnej cenie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietu.**

**Pytanie nr 65**

**dot. Części nr 5 poz. 1**

Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający ma na myśli rozmiar rolki 58 cm x 50m?

**Odpowiedź: Tak, zaszła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje podkładu w rozmiarze 58cm x 50m. Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w opisie przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.5 do SWZ) dot. Części nr 5, poz. 1.**

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.5 do SWZ. Załącznik nr 2.5 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 66**

**dot. Części nr 5 poz. 2**

Czy nie doszło do omyłki i Zamawiający ma na myśli rozmiar rolki 50 cm x 50m?

**Odpowiedź: Tak, zaszła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje podkładu w rozmiarze 50cm x 50m. Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w opisie przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.5 do SWZ) dot. Części nr 5, poz. 2.**

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.5 do SWZ. Załącznik nr 2.5 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w przedmiotowym postępowaniu.



**Pytanie nr 67**

**dot. Części nr 18 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV w opakowaniu foliowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 68**

**dot. Części nr 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 42x56mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 69**

**dot. Części nr 29 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z filtrem bakteryjnym 0,1 µm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 70**

**dot. Części nr 30 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 875ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaczkę jednorazowego użytku o pojemności 875 ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Pytanie nr 71**

**dot. Części nr 30 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 72**

**dot. Części nr 30 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'120 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 73**

**dot. Części nr 30 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 74**

**dot. Części nr 11 poz. 1**

W ramach doprecyzowania, prosimy Zamawiającego o podtrzymanie wymogu sterylności produktu oraz jego przezroczystości w ramach jednej z dwóch stref przylegania.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



**Pytanie nr 75**

**dot. Części nr 18 poz. 1**


W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„**Rurka ustno-gardłowa typu GUEDEL**, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, kształt anatomiczny. Produkt jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, wykonany z medycznego PCV, utrzymuje drożność dróg oddechowych części ustnej gardła u pacjentów nieprzytomnych, końcówka łącznika kodowana kolorem w zależności od rozmiaru, opakowanie folia-papier. Dostępna pełna rozmiarówka od 00-06 w zależności od potrzeb Zamawiającego.”

*Produktu o poniższym parametrze:*

„Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, sterylna z kolorowym oznaczeniem danego rozmiaru, rozmiary: od 000 do 5 lub od 4 do 11, kolejno: 000 (różowy), 00 (niebieski), 0 (czarny), 1 (biały), 2 (zielony), 3 (żółty), 4 (czerwony), 5 (pomarańczowy) lub 4 (różowy), 5 (niebieski), 6 (czarny), 7 (biały), 8 (zielony), 9 (żółty), 10 (czerwony), 11 (pomarańczowy). Długość rurki dla rozmiaru: #000 - 40mm, #00 - 50mm, #0 - 60mm, #1 - 70mm, #2 - 80mm, #3 - 90mm, #4 - 100mm, #5 - 110mm”



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje rurek ustno-gardłowych typu GUEDEL w rozmiarach od 00 do 06.**

**Pytanie nr 76**

**dot. Części nr 6 poz. 1 i 2**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody, ze względu na ryzyko poparzenia pacjentów w trakcie wykonywania np. procedury defibrylacji, powinny posiadać gradientową technikę nanoszenia Ag/AgCl oraz owalny kształt, co pozwala na bardziej równomierny rozkład prądu przepływającego przez elektrodę w trakcie wykonywania procedury, co jest szczególnie istotne ze względu na bezpieczeństwo pacjentów.

**Odpowiedź: Zaoferowane elektrody mogą posiadać żel poprawiający przewodzenie, który jednocześnie zabezpieczałby pacjenta przed ewentualnym poparzeniem elektrycznym podczas**



wykonywanych zabiegów np. defibrylacji. Warstwa przewodząca wykonana z Ag/AgCl. Dopuszcza się owalny kształt oferowanych elektrod.

Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4, dokonał modyfikacji SWZ w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.6 do SWZ) dot. Części nr 6 w Wymaganiach dla części nr 6.

#### **Pytanie nr 77**

##### **dot. Części nr 6 poz. 2**

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane elektrody wielofunkcyjne dla dzieci, powinny posiadać powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 51cm<sup>2</sup> (102cm<sup>2</sup> dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SWZ defibrylatorami, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przebiegu procedur charakterystycznych dla elektrod wielofunkcyjnych,

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, aby oferowane elektrody wielofunkcyjne dla dzieci, posiadały powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 51cm<sup>2</sup> (102cm<sup>2</sup> dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SWZ defibrylatorami.

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.6 do SWZ) dot. Części nr 6, poz. 2 w Wymaganiach dla części nr 6.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.6 do SWZ. Załącznik nr 2.6 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie nr 78**

##### **dot. Części nr 6 poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody dla dzieci, w odniesieniu do obowiązującej normy PN-EN 60601-2-4:2011/A1:2019-12 - mogą być stosowane bezpiecznie aż do 25 defibrylacji przy energii 100J, co zapewnia bardzo szerokie możliwości ich bezpiecznego wykorzystania w warunkach klinicznych i obniża jednocześnie koszty związane z wielokrotną defibrylacją, co jest szczególnie istotne w specyficznych warunkach pracy.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje elektrod dla dzieci zgodnych z obowiązującymi normami.

#### **Pytanie nr 79**

##### **dot. Części nr 6 poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych, powinny posiadać powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 102cm<sup>2</sup> (204cm<sup>2</sup> dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SWZ defibrylatorami, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przebiegu procedur charakterystycznych dla elektrod wielofunkcyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, aby oferowane elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych, posiadały powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 102cm<sup>2</sup> (204cm<sup>2</sup> dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SWZ defibrylatorami.

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.6 do SWZ) dot. Części nr 6, poz. 1 w Wymaganiach dla części nr 6.



Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.6 do SWZ. Załącznik nr 2.6 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 80**

**dot. Części nr 6 poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody dla dorosłych, w odniesieniu do obowiązującej normy PN-EN 60601-2-4:2011/A1:2019-12 - mogą być stosowane bezpiecznie aż do 50 defibrylacji przy energii 360J, co zapewnia bardzo szerokie możliwości ich bezpiecznego wykorzystania w warunkach klinicznych i obniża jednocześnie koszty związane z wielokrotną defibrylacją, co jest szczególnie istotne w specyficznych warunkach pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje elektrod dla dorosłych zgodnych z obowiązującymi normami.**

**Pytanie nr 81**

**dot. Części nr 29 poz. 5**

Proszę o dopuszczenie Przyrząd do pobierania i aspirowania płynów oraz przygotowania leków z fiolek z filtrem bakteryjnym 0,2 – 0,45 µm, charakteryzujący się łatwością w obsłudze, odpornością na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu, z szczelną zatyczką samozatraskowa zamykająca łącznik zapewniającą maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 82**

**dot. Części nr 29 poz. 5**

Czy dla maksymalnej ochrony przed zanieczyszczeniem przyrządy mają posiadać automatyczną zastawkę która otwiera drogę dla płynu tylko w chwili podłączenia strzykawki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 83**

**dot. Części nr 29 poz. 5**

Czy potwierdzeniem bezpieczeństwa ma być raport z badania zapewniający sterylność przygotowanego leku przez okres 14 dni przygotowanego za pomocą oferowanego przyrządu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego raportu.**

**Pytanie nr 84**

**dot. Części nr 29 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy chodziło o rozmiar 30 G 0,3 x 8 mm

**Odpowiedź: Tak, chodzi o rozmiar 30G 0,3 x 8mm.**

Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji SWZ w opisie przedmiotu zamówienia w Formularzu asortymentowo – cenowym (załącznik nr 2.29 do SWZ) dot. Części nr 29, poz. 4.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.29 do SWZ. Załącznik nr 2.29 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w przedmiotowym postępowaniu.



**Pytanie nr 85**

**dot. Części nr 29 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do pobierania i aspirowania płynów oraz przygotowania leków z fiolek, sterylizacja radiacyjna, z zaworem bezigłowym o gładkiej powierzchni łatwej do zdezynfekowania zamiast zatyczki samozatraskowej zamykająca łącznik. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 86**

**dot. Części nr 29 poz. 5**

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać kolec mikro, tzn. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę, która umożliwi maksymalne pobranie leku z fiołki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwległe umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przyrząd nie musi posiadać takiego kolca.**

**Pytanie nr 87**

**dot. Części nr 29 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy czas stosowania przyrządu ma być do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie określa czasu stosowania przyrządu.**

**Pytanie nr 88**

**dot. Części nr 1 poz. 3**

Pytanie do załącznika nr 2.1, l.p.3: *Tensive Żel klejący (50g). Bezpieczny, niepalny, bezwonny, przewodzący żel klejący. Zalecany do TENS, EMG, EEG i innych procedur elektromedycznych. Rozpuszczalny w wodzie, łatwo usuwany wodą.*

Czy zamiast Tensive Żel klejący (50g) możemy zaoferować lepszy produkt, spełniający wymagania, powszechnie stosowaną pastę klejąco-przewodząca Lic2 lecz tubka 100 gr? Prosimy o akceptację i zmianę kalkulacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 89**

**dot. Części nr 2**

Pytanie do załącznika nr 2.2: L.P. 1 Opaski jednorazowe do pulsoksymetru Nonin, L.P.2. Opaska rzepowa do pulsoksymetru Nonin

Proszę o podanie modelu pulsoksymetru Nonin oraz typu czujnika czy dla dzieci czy dorosłych.

**Odpowiedź: Zamawiający posiada pulsoksymetr NONIN model NOX A1S. Typ czujnika dla dorosłych.**



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Jednocześnie Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, iż modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

- 1) Załącznika nr 2.29 do SWZ. Modyfikacja dotyczy Formularza asortymentowo – cenowego części nr 29 pozycja 2 w zakresie zmiany rozmiaru igieł iniekcyjnych poprzez dodanie jeszcze jednego rozmiaru igieł, tj. 05x16mm.

Wobec powyższego zmianie ulega załącznik nr 2.29 do SWZ. Załącznik nr 2.29 po modyfikacji dostępny na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w przedmiotowym postępowaniu.

W załączeniu - Rozdział III ust. 3.3 pkt 7 SWZ oraz załączniki nr 2.5, 2.6, 2.17, 2.29, a także załącznik nr 4 do SWZ po modyfikacji.

Wyżej wymienione Załączniki po modyfikacji w wersji edytowalnej dostępne są na portalu zakupowym <https://platformazakupowa.pl/transakcja/906783> w przedmiotowym postępowaniu.

**UWAGA:** W związku z powyższym Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2, 4, 5, 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 1 i 2 uPzp zawiadamia, iż modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie odpowiedzi na pytania oraz w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert z dnia 23.05.2024 r. **na dzień 03.06.2024 r.**, miejsce i ustalone godziny pozostają bez zmian oraz modyfikuje termin związania ofertą z dnia 20.08.2024 r. na dzień 31.08.2024 r.

Z upoważnienia  
Dyrektora  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
we Włocławku

Inspektor  
Działu zamówień Publicznych  
*Justyna Kwiatkowska*  
mgr Justyna Kwiatkowska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
[www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl); [sekretariat@szpital.wloclawek.pl](mailto:sekretariat@szpital.wloclawek.pl)  
tel. 54 412 90 00





ROZDZIAŁ III  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**3.1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z podziałem na 30 części w następującym asortymencie:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w **załącznikach od nr 2.1 do 2.30** niniejszej SWZ.

**3.2. Informacje podstawowe:**

1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni (liczony od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert). Tym samym termin związania ofertą upływa w dniu **03.08.2024r.**
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
6. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w danej części zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.
12. Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji przetargowej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
13. **Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.**
14. **CAŁA KOMUNIKACJA I KORESPONDENCJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ODBYWA SIĘ PRZY POMOCY ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W ROZDZIALE XII SWZ.**
15. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
16. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania)
17. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu Wykonawcy. Tym samym Zamawiający **nie określa** liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz nie



określa kryteriów lub zasad, mających zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

**18.** Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek>

#### **Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ) :**

33100000 - 1	Urządzenia medyczne
33140000 - 3	Materiały medyczne
33141620 - 2	Zestawy medyczne
33141640 - 8	Dreny
33141642 - 2	Akcesoria do drenażu
33171000 - 9	Przyrządy do anestezji i resuscytacji
33141200 - 2	Cewniki
33141320 - 9	Igły medyczne
33162000 - 3	Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
33141411 - 4	Skalpele i noże chirurgiczne
33141220 - 8	Kaniula
33157400 - 9	Medyczna aparatura oddechowa

#### **3.3. Informacje dodatkowe:**

1. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.
2. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent.
3. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie **maksymalnie 5 dni roboczych**: od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.
4. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).
5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2.1-2.30 do SWZ dla danej części - formularz asortymentowo-cenowy) przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości lub wartości asortymentu podanych w załączniku nr 2.1-2.30 do SWZ dla danej części nie przekroczy 20% ilości lub wartości przewidzianej w załączniku nr 2.1-2.30 do SWZ dla danej części.
7. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
8. Wykonawca zobowiązuje się wypełnić formularze asortymentowo – cenowe stanowiące załącznik nr 2.1-2.30 do SWZ tylko w kolumnach nr od 6 do 13, natomiast treść kolumny nr od 1 do 5 nie może być w żaden sposób zmieniana.
9. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
[www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl); [sekretariat@szpital.wloclawek.pl](mailto:sekretariat@szpital.wloclawek.pl)  
tel. 54 412 90 00



**10.** Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

**11.** Zamawiający w czasie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy.



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

.....  
(Dane Wykonawcy)

**Załącznik nr 2.5 do SWZ**  
**DZP/24/2024**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Część nr 5. Podkład medyczny w rolce**

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	Podkład podfoliowany w rolce, nieprzemakalny, jednorazowego użytku, ok. 130-150 szt. w rolce. Wykonany z podfoliowanej celulozy. Perforacja co 38 cm. Miękki, wodoodporny, chłonny i trwały.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.		58cm x 50m	szt.	3 000								
2.	Podkład podfoliowany w rolce, nieprzemakalny, jednorazowego użytku, ok. 130-150 szt. w rolce. Wykonany z podfoliowanej celulozy. Perforacja co 38 cm. Miękki, wodoodporny, chłonny i trwały.	50cm x 50m	szt.	3 000								
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:</b>												



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Włocławek  
jest Jednością Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

łączna wartość netto części nr 5 : ..... PLN

(Słownie: .....)

łączna wartość brutto części nr 5 : ..... PLN

(Słownie: .....)



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
[www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl); sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku  
jest jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

.....  
(Dane Wykonawcy)

**Załącznik nr 2.6 do SWZ**  
**DZP/24/2024**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Część nr 6. Elektrody EDGE SYSTEM ze złączem QUIK-COMBO**

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	<b>Elektrody EDGE SYSTEM ze złączem QUIK-COMBO - przeznaczone do LIFEPAKA</b> - jednorazowe - do stymulacji, defibrylacji i odczytu EKG, - kpl = 2 sztuki	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.		dla dorosłych	kpl.	800								
2.	<b>Elektrody EDGE SYSTEM ze złączem QUIK-COMBO - przeznaczone do LIFEPAKA</b> - jednorazowe - do stymulacji, defibrylacji i odczytu EKG, - kpl = 2 sztuki	dla dzieci	kpl.	160								
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:</b>												



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POJEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

**Wymagania dla Części nr 6:**

1. Zamawiający wymaga, aby elektrody określone w pozycji 1 i 2 posiadały warstwę przewodzącą wykonaną z Ag/AgCl.
2. Zamawiający wymaga, aby elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych określone w pozycji 1, posiadały powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 102cm<sup>2</sup> (204cm<sup>2</sup> dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SWZ defibrylatorami.
3. Zamawiający wymaga, aby elektrody wielofunkcyjne dla dzieci określone w pozycji 2, posiadały powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 51cm<sup>2</sup> (102cm<sup>2</sup> dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SWZ defibrylatorami.

łączna wartość netto części nr 6 : ..... PLN

(Słownie: .....)

łączna wartość brutto części nr 6 : ..... PLN

(Słownie: .....)



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Włocławku  
1st Acute Care Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

.....  
(Dane Wykonawcy)

**Załącznik nr 2.17 do SWZ**  
**DZP/24/2024**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Część nr 17. Zgłębniki gastrostomijne**

Lp.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	<b>Zgłębnik typu BENGMARK PEG/J</b> - zgłębnik jejunostomijny do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy poprzez wytworzoną wcześniej gastrostomię (tylko w połączeniu z Flocare® PEG Ch 18) nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiar zgłębnika jejunostomijnego: średnica zewnętrzna <b>Ch 9 długość 105cm</b> , ze zgłębnikiem dojelitowym, z możliwością równoczesnego opróżniania żołądka.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.		<b>Ch 9</b> <b>długość</b> <b>105 cm</b>	szt.	20								
2.	<b>Flocaz PEG - zestaw do przeszskórnej endoskopowej gastrostomii</b> , jalowy, do zakładania techniką "pull" pod kontrolą endoskopii. Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik długości 40 cm, pasmo znacznika widoczne w rtg, posiada silikonową płytkę mocującą. Końcówka PEG pokryta hydroremem, zakończona pętlą dla łatwego włożenia przez powłoki brzuszne. 12 cm podziałka od strony płytki wewnętrznej. Płytką zewnętrzną wykonaną z silikonu i służy umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca	<b>18 Ch</b> <b>długość</b> <b>40 cm</b>	szt.	180								



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
[www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl); sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego





**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIELUSZKI WE WŁOCŁAWKU

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	2. przed zagięciem się zgłębnika. Wyposażona w zacisk, który zabezpiecza odpowiednią pozycję zgłębnika. Wyposażona w poliuretanowy łącznik do żywienia i zacisk do regulacji przepływu. Rozmiar <b>18Ch</b> dł. 40 cm.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
3.	<b>Zgłębnik gastrostomijny "Flocare" G-tube</b> , silikonowy, balonowy zgłębnik używany jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, jałowy.	<b>18 Ch</b> <b>20 Ch</b>	szt.	100								



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku  
Jednostka Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
4.	<b>Zgłębnik PUR do żywienia drogą przewody pokarmowego</b> (dozwołkowego lub dojelitowego) z końcówką kompa-tybilną z aparatem do żywienia dojelitowego do pompy Flocar 800: bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare; ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejący przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik do wymiany co 42 dni (6 tygodni), zawierający centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzane-ego zgłębnika, metalową trójskrotną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniодajne linie kontra-stujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika musi posiadać dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik nie może zawierać DEHP i lateksu. Pakowany pojedynczo w blister papier-foolia gwarantujący sterylność przez 60 miesięcy. Rozmiar zgłębnika <b>średnica zewnętrzna Ch 12 długość 110 cm</b>												
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:</b>													



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Włocławku  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

łączna wartość netto części nr 17 : ..... PLN

(Słownie: .....)

łączna wartość brutto części nr 17 : ..... PLN

(Słownie: .....)



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
[www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl); sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku  
jest jednostką samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

.....  
(Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.29 do SWZ  
DZP/24/2024

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Część nr 29. Igły iniekcyjne**

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	<b>Igła tępa (BFN) typu SOL-M™ do rozpuszczania leków</b> , jednorazowa, jałowa, nasadka igły dopasowana do końcówki luer-lock, apirogenna, z bocznym otworem, zapobiegająca pienieniu leków, przechodząca szybko i łatwo przez gumowy korek fiołki, kształt ostrza zapobiegający zatykaniu igły, szlif otówkowy. Opakowanie = 100 sztuk	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.		18G x 25 mm lub 18G x 30mm	op.	5 000								
2.	<b>Igły iniekcyjne</b> . Wykonane ze stali nierdzewnej ostrzone w trzech płaszczyznach, pokryte silikonem. Polipropylenowa nasadka kodowana kolorystycznie zgodnie z kodem ISO. Starylna, pakowana pojedynczo w blister pack. Opakowanie =100 szt.	0,5 x 16 mm, 0,5 x 25mm, 0,6 x 30mm - 32mm, 0,6 x 40mm, 0,7 x 30mm - 32mm, 0,7 x 40mm, 0,8 x 40mm, 0,9 x 40mm	op.	4 000								



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POJEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
3.	Igły iniekcyjne. Wykonane ze stali nierdzewnej ostrzone w trzech płaszczynach, pokryte silikonem. Polipropylenowa nasadka kodowana kolorystycznie zgodnie z kodem ISO. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister pack, opakowanie zbiorcze a'100 szt.	1,1x40mm, 1,2x40mm,	op.	1 000								
4.	Igły do pena, jałowe, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze po 100szt.	30G 0,3x 8mm	op.	400								
5.	Przyrząd do pobierania i aspirowania płynów oraz przygotowania leków z fiolek z filtrem bakteriowym 0,2 µm, charakteryzujący się łatwością w obsłudze, odpornością na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu, z szczelną zatyczką samozatrzaszkowa zamykająca łącznik zapewniającą maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami.		szt.	35 000								
<b>RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:</b>												

Łączna wartość netto części nr 29 : ..... PLN

(Słownie: .....)



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Włocławku  
Jest jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Łączna wartość brutto części nr 29 : ..... PLN

(Słownie:



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
[www.szpital.wloclawek.pl](http://www.szpital.wloclawek.pl); [sekretariat@szpital.wloclawek.pl](mailto:sekretariat@szpital.wloclawek.pl)  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku  
jest Jednością Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



**UMOWA NR DZP / 24 / 2024 WZÓR**

zawarta w dniu .....2024r., we Włocławku , pomiędzy:

**I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku**, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089, NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, reprezentowanym przez:

**Dyrektor – Karolina Welka**,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, a

**II. ....**, wpisana do .....pod Nr ..... ,  
NIP: ....., REGON : ....., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....  
(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro, pod Nr DZP / 24 / 2024 pn. Dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku przez okres 24 miesięcy – cz. 1.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest **sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jedno i wielorazowego użytku** [zwanych także w umowie „towarem”], oraz **dzierżawa\*** ..... (przedmiot dzierżawy w zakresie części nr 12), zwanego w dalszej części umowy „sprzętem” przez okres 24 miesięcy w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 2\* do SWZ w Częściach wskazanych w § 2 umowy\* ( zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej).
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wymieniony w ust. 1 sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, składanych przez pracowników Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów (Tel. 54 412 98 08, 54 412 94 63, 54 412 98 23) w sposób określony w § 4 ust. 3 umowy.
3. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku (**nie może być krótsza niż 12 miesięcy**), producent.
4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.
5. Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać pełnej wartości brutto umowy w ramach składanych zamówień objętych umową. Jednakże w wyniku powyższego wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.



7. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z treści § 10 ust. 5 umowy.

## § 2

### Wartość umowy

1. Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2\* do SWZ – w następującej Części zamówienia:

\* Część Nr .....

wartość netto : ..... zł, (słownie: ..... PLN),

wartość brutto : ..... zł, (słownie: ..... PLN).

W tym Wartość czynszu dzierżawnego za okres 24 miesięcy (dotyczy części nr 12 poz. 2):

wartość netto : ..... zł,

wartość brutto : ..... zł.

\*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Łączna wartość umowy:

wartość netto : ..... zł, (słownie: ..... PLN)

wartość brutto : ..... zł, (słownie: ..... PLN)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 2 ust. 1)

3. Ceny towaru oraz dzierżawy sprzętu obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem §12 ust. 1 lit. a - e umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt :

- opakowania,
- transportu,
- rozładunku u Zamawiającego,
- ubezpieczenia na czas transportu.

## § 3

### Okres obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje od .....2024r., do .....2026r., (24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

4. Umowa w zakresie dzierżawy sprzętu – obowiązuje do upływu okresu dzierżawy, który wynosi 24 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania sprzętu, z tym, że w przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 2, umowa w zakresie dzierżawy sprzętu także wygasa tudzież podlega przedłużeniu, zgodnie z postanowieniami ust. 3, tak by data zakończenia obowiązywania umowy dla dostawy oraz dzierżawy była identyczna.

4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.





#### § 4

##### Organizacja dostaw

1. Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.
2. Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.
3. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.
4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie **\*.....(max 5 dni roboczych ) dni roboczych \*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)** licząc od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00 – 14:00, w piątek w godz. 7:00 – 11:00 zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: **Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.**
6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.
7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem) o spodziewanych brakach towarów objętych umową oraz zagwarantowanie w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.
9. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu. W tego typu sytuacjach Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin na dostarczenie towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego.
10. Oprócz uprawnienia wskazanego w § 1 ust. 5 umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru - między poszczególnymi pozycjami w ramach danej części, przy zachowaniu niezmięionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy . Przy czym Zamawiający zobowiązuje się zrealizować ilość w każdej pozycji na poziomie nie mniejszym niż 50%.
11. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).
12. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

#### § 5

##### Dzierżawa sprzętu - (dotyczy części nr 12)

1. Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy wydzierżawić Zamawiającemu, zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym (załącznik nr 2.12 do SWZ) **150 pojemników wielorazowych do wkładów do zamkniętego i bezpiecznego systemu usuwania odesłanych substancji.**
2. Wykonawca oświadcza, iż:
  - 1) sprzęt jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty,
  - 1) sprzęt jest w pełni sprawny i odpowiada wymogom określonym w swz i jego załączniku.
3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać w terminie wskazanym w §4 ust. 5 umowy - dostawy na rzecz Zamawiającego wydzierżawionych pojemników wielorazowych określonych w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2.12 do SWZ), kompatybilnych z wkładami ujętymi w poz. 1 ww. załącznika, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru:



Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

4. Przekazanie sprzętu po dostawie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez obie Strony umowy.

5. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji.

6. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić dzierżawiony sprzęt po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Wykonawca odbierze sprzęt na swój koszt. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony umowy.

## § 6

### Rozliczenia

1. Zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego, pod warunkiem wykonania dostawy oraz dokonania przez Zamawiającego odbioru tejże dostawy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści prawidłowo wystawionej faktury.

2. Zapłata należności za dzierżawę sprzętu dokonywana będzie miesięcznie z dołu według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym - na podstawie odrębnej, prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowane świadczenie dzierżawy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

3. W przypadku niepełnego miesiąca, należności za dzierżawę zostaną obliczone proporcjonalnie do faktycznej ilości dni świadczenia dzierżawy w takim miesiącu.

4. **Termin płatności wynosi 60 dni** od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do należytego wykonania umowy przez wykonawcę.

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

7. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2016. 1638 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

8. Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (*dotyczy wyłącznie spółek z o.o.*).

9. Zamawiający wymaga przesyłania przez Wykonawcę faktur drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@szpital.wloclawek.pl z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Zamawiający dopuszcza również możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania za pomocą której mogą być przesyłane faktury <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>.

## § 7

### Osoby upoważnione do kontaktów

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest ..... (tel. nr ....., faks nr ....., e-mail: .....) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest ..... (tel.nr .....), lub osoba zastępująca.



## § 8

### Nabycie zastępcze

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.
2. W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia, lecz bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towarów dostarczonych po terminie.
3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną towarów, którą Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towary - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, w przypadku braku dostawy towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

## § 9

### Wydzierżawienie zastępcze – dotyczy części nr 12

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego obowiązków określonych w § 5 umowy w całości bądź w części po terminie określonym w umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu w Szpitalu Zamawiającego.
2. Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku uchybienia terminom określonym w § 5 umowy i zwłoki przekraczającej 5 dni, Zamawiający ma prawo wydzierżawić sprzęt u innego Wykonawcy (tzw. wydzierżawienie zastępcze) bez konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku dokonania wydzierżawienia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną dzierżawy sprzętu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał należycie umowę - w zakresie określonym w § 5 umowy - a kosztami dzierżawy tego sprzętu, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z wydzierżawieniem zastępczym.
4. Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem wydzierżawienia zastępczego, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania wydzierżawienia zastępczego.
5. Zamawiający zaprzestanie dokonywania wydzierżawienia zastępczego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia usunięcia przez Wykonawcę naruszeń obowiązków umownych, o których mowa w § 5 umowy. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

## § 10

### Reklamacje oraz kary umowne

- 1 W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy (dotyczy dostawy towaru jak również dostarczenia przedmiotu dzierżawy) niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru - do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji – w przypadku braków ilościowych - bądź od dnia przestania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru – w przypadku wad towaru - a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych. Wykonawca powinien powiadomić o powyższych



czynnościach osobę wskazaną w § 7 mailem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze odpowiednio od dnia przestania lub od dnia zgłoszenia.

**2.** Reklamacja dostawy zostanie przekazana drogą mailową.

**3.** Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych:

**1)** w przypadku zwłoki w terminach dostawy (dotyczy dostaw towaru jak również dostarczenia przedmiotu dzierżawy) podanych w umowie i niezgodnionych z Zamawiającym lub ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,7 % wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki, przy czym Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną do momentu dostarczenia przez Wykonawcę towaru zgodnego z wymogami i bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego;

**2)** gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (dotyczy dostaw towaru jak również dostarczenia przedmiotu dzierżawy, w szczególności wady towaru lub braki), za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % wartości umowy brutto za każdy tego typu przypadek;

**4.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**5.** W przypadku:

**a)** powtarzających się reklamacji towaru (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości towaru, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

**b)** zwłoki w dostawie przekraczającej 7 dni roboczych,

**c)** nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych,

**d)** nie dostarczenia na żądanie Zamawiającego dokumentów, które Wykonawca powinien posiadać zgodnie z swz lub umową, w szczególności wskazanych w § 1 ust. 7 umowy,

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy wskazanej w § 2 ust. 2 umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

**6.** Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

**7.** Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wartości brutto umowy.

**8.** Zamawiający może dodatkowo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

**a)** Wykonawca w dniu zawarcia umowy podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 109 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub

**b)** Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub w trakcie jej obowiązywania podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) lub art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

## § 11

**1.** Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.


## § 12

### Zmiany umowy

**1.** Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

**a.** nastąpi obniżenie ceny;

**b.** nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00



- c. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;
- d. nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;
- e. nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana związana ze zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;
- f. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych;
- g. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;
- h. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;
- i. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy;
- j. zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;



k. nastąpią konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu;

l. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: „**RODO**”).

**2.** Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

**a)** zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

**b)** zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaofertowane.

**c)** nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;

**d)** celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

**e)** celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu na pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

**f)** nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

**3.** Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać o więcej niż 10% ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej. Ponadto wystąpienie szczególnej sytuacji nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co również Wykonawca powinien wykazać.



4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
5. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:
- a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
  - b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
  - c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
  - d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.
6. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:
- a) w umowie określa się 19% poziom zmiany wskaźnika wskazanego w lit. b), uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia
  - b) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - c) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia umowy tj. przy uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwartale, w którym doszło do zawarcia umowy,
  - d) w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 2% podstawowej wartości netto umowy,
  - e) jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określili termin wcześniejszy,
  - f) w przypadku dokonania przez Stronę zmiany wysokości wynagrodzenia po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów licząc od kwartału obejmującego dzień zawarcia umowy albo po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów od ostatniej waloryzacji wynagrodzenia zmiana wynagrodzenia będzie obliczana na podstawie sumy poszczególnych Wskaźników objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia<sup>1</sup>;
  - g) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi warunkami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
    - przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi lub roboty budowlane,
    - okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.
  - h) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, zgodnie z lit. g) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy tego typu przypadek.
7. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.
8. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

<sup>1</sup> Np. jeżeli umowę zawarto 15 sierpnia 2023 roku tj. w III kwartale, a Strona zwróci się z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w kwietniu 2024 roku, to do obliczenia zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie pod uwagę wzięta suma Wskaźników za okres IV kwartału 2023 roku i I kwartału 2024 roku.



### § 13

#### [odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób]

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

### § 14

#### Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2. Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4. Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających i wykazujących zaistnienie siły wyższej. Nie wykonanie tego obowiązku uprawnia drugą stronę od uznania, że do Siły Wyższej nie doszło.

5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 15

#### Postanowienia końcowe

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2. Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. zm.); Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022r., poz. 974).

4. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6. Integralną część umowy stanowi :

a/ Załącznik nr 1 do umowy: Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.





**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

---

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

.....  
(pieczęć nagłówkowa)

.....  
(pieczęć nagłówkowa)

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

.....  
(pieczęć kierownika jednostki)



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

