



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 19.09.2024
EZ/77/2024/655

Wg rozdzielnika

Do wszystkich uczestników i zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Dotyczy: **Dostawa kardiomonitorów do aparatów do znieczuleń z modułami 3 sztuki i aparatów do znieczuleń z komputerami medycznymi 3 sztuki.**
nr sprawy: 77/2024

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), **udziela odpowiedzi** na pytania:

Pytanie 1

Pakiet nr 2 Punkt 84

(..)Komputer zgodny z normami IEC 60601-1 i IEC 60601-1-2 do użytku bezpośrednio przy pacjencie. (...) Czy Zamawiający poprzez sformułowanie - do użytku bezpośrednio przy pacjencie - ma myśli to, że nadaje się do stosowania w otoczeniu pacjentów? Pozostałe zapisy zgodnie z OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający poprzez sformułowanie - do użytku bezpośrednio przy pacjencie rozumie komputer do stosowania w warunkach sali operacyjnej, w trakcie zabiegów przeprowadzanych u pacjentów.

SWZ

Prosimy o skrócenie terminu płatności faktury do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem,

lek. Tomasz Kozłowski
specjalista w anestezjologii
i intensywnej terapii
2317026

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider