

Wołów, 17.02.2022 r.

3/PCM/2022/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania nr 3/PCM/2022/ZP/A **Dostawa sterylizatora wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania do poszczególnych parametrów:

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny sterylizatora plazmowego o wymiarach: 1800mm(W) x 775mm (S) x 1055mm (G).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ, z uwagi na fakt, że oferowane parametry znacząco przewyższają wymagania Zamawiającego.

3. Ze względu na chęć zaoferowania urządzenia o większej komorze, a co za tym idzie bardziej ekonomicznego rozwiązania, niewymagającego wózka prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora o wadze 382kg.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ, z uwagi na fakt, że oferowane parametry znacząco przewyższają wymagania Zamawiającego.

4. Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora plazmowego o komorze całkowitej 152l.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ, z uwagi na fakt, że oferowane parametry znacząco przewyższają wymagania Zamawiającego.

5. Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora plazmowego o komorze użytkowej 93,4l.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ, z uwagi na fakt, że oferowane parametry znacząco przewyższają wymagania Zamawiającego.

6. Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora plazmowego o komorze prostopadłościowej o wymiarach: 410mm (W) x 510mm (S) x 735mm (G)

Powyższe rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu sterylizację większej ilości pakietów w jednym cyklu, co zmniejszy koszty oraz przyspieszy obieg narzędzi.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ, z uwagi na fakt, że oferowane parametry znacząco przewyższają wymagania Zamawiającego.



7. Prosimy o dopuszczenie sterylizatora plazmowego zasilanego prądem trójfazowym 380-415 VAC, 50/60 Hz

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

8. Prosimy o dopuszczenie sterylizatora plazmowego o max mocy do 10kW.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

10. Ze względu na chęć zaoferowania urządzenia o większej komorze, a co za tym idzie bardziej ekonomicznego rozwiązania, niewymagającego wózka prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora bez wózka. Zaoferowane przez nas urządzenie będzie posiadało wbudowane kółka, co umożliwi jego przestawienie w razie zaistnienia takiej konieczności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

11. Prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia o możliwości sterylizacji przewodów rurkowatych o średnicy od 0,7mm do 850mm w zależności od wyboru cyklu. Zaoferowane przez nas umożliwi sterylizację większości narzędzi medycznych dostępnych na rynku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

12. Prosimy o dopuszczenie sterylizatora, który ze względu na wbudowaną elektrodę ogranicza możliwość dotykania metalowych przedmiotów do ścian komory. Zachowanie odstępów uniemożliwi uszkodzenie sterylizatora lub metalowych przedmiotów oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkownika.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ, z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga urządzenia, w którym dotknięcie do ściany komory nie powoduje uszkodzenia sterylizatora.

19. Prosimy o dopuszczenie do oceny alternatywnego rozwiązania – kasety z nadtleniem wodoru w stężeniu 58-59,6%. Zaproponowane rozwiązanie nie wymaga przechowywania w lodówce i po włożeniu do sterylizatora może być używane w ciągu 10 dni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

22. Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora plazmowego nieposiadającego okienka kontroli mętności oraz poziomu oleju pompy próżniowej. Zaproponowane przez nas urządzenie jest bardziej zaawansowane technologicznie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

23. Prosimy o dopuszczenie do oceny sterylizatora o 3 programach sterylizacyjnych:

- cykl standardowy przeznaczony do sterylizowania wszystkich narzędzi i urządzeń medycznych
- cykl flex przeznaczony do sterylizowania endoskopów giętkich
- cykl szybki przeznaczony do sterylizowania narzędzi i urządzeń medycznych bez światła

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Wyposażenie dodatkowe:

2. Prosimy o dopuszczenie do oceny inkubatora testów biologicznych kompatybilnego z zaoferowanym sterylizatorem plazmowym o parametrach:

- kolorowy ekran dotykowy
- porty USB 2.0 umożliwiające podłączenie klawiatury, drukarki, dysku zewnętrznego

- złącze RJ45 umożliwiające komunikację z siecią ethernet
- 8 otworów testowych umożliwiających procesowanie prób biologicznych
- wbudowany czytnik kodów kreskowych oraz łączność z siecią pozwalającą na łatwą dokumentację przeprowadzonych sterylizacji
- dedykowaną drukarkę podłączaną przez USB
- czas odczytu do 30 minut.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

3. Prosimy o możliwość zaoferowania:

Nabojów z czynnikiem sterylizacyjnym na 30 cykli – 3 opakowania po 2 kasety w opakowaniu

Rękaw typu Tyvek 10 cm x 70m – 3 sztuki

Rękaw typu Tyvek 20 cm x 70m – 3 sztuki

Rękaw typu Tyvek 35 cm x 70m – 3 sztuki

Rękaw typu Tyvek 35 cm x 70m – 6 sztuk

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuży terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach