



SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Oznaczenie sprawy: 4/PZP/2021/PN

Trzebnica, dnia 05.08.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (6)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawa aparatów medycznych do laboratorium**”

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) w odpowiedzi na pytania zgłoszone do Zamawiającego później niż na 14 przed upływem terminu składania ofert, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Dotyczy zadanie 32 pkt 9 warunków granicznych:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zaoferowanie analizatora z chłodzonymi miejscami dla odczynników, kontroli i kalibratorów?

Odpowiedź: Tak.

2. Dotyczy zadanie 13 - odp na wcześniejsze pytanie:

" Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, dla którego szybkość otrzymania wyników markerów kardiologicznych wynosi do 17 minut? **Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający potwierdzi, że szybkość otrzymania wyniku markerów kardiologicznych dotyczy testu Troponiny i zapisu - "Troponina- ultraczuła o czułości co najmniej 0,003 ng/ml, i czasie oznaczenie nie dłuższym niż 10 minut"?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że szybkość otrzymania wyniku markerów kardiologicznych dotyczy testu Troponiny i zapisu - "Troponina- ultraczuła o czułości co najmniej 0,003 ng/ml, i czasie oznaczenie nie dłuższym niż 10 minut"

3. Dotyczy zadania 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w Załącznik 2 - Formularze asortymentowo-cenowe w tabeli, linii dla elementów zużywalnych niezbędnych do funkcjonowania analizatora.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 4 w kol. 5 dla poz. nr 1 omyłkowo podał liczbę, którą należy usunąć i w to miejsce wstawić oferowaną cenę jednostkową netto pasków do analizy moczu.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

*Z poważaniem,
Alicja Biernat*