



SPWZOZ/ZPZ-2.III-382/13.1/2023/K.I.

Stargard, 09.05.2023 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr 13/TP/D/2023 na dostawy jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 26 pakietów.**

**Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1:**

Czy Zamawiający oczekuje bronchofiberoskopów jednopacjentowych kompatybilnych z posiadanym monitorem przez Szpital?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje bronchofiberoskopów jednopacjentowych kompatybilnych z posiadanym monitorem przez Szpital – Ambu Aview2Advance.**

**Pytanie nr 2 – dotyczy treści wzoru umowy:**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. 1 wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1 wskazał: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% (słownie: pół procenta) za niezrealizowaną część dostawy, w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie realizacji określonym w umowie za każdy dzień zwłoki.

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości



0,5% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,25% wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 5:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr. 5 zestawu o następującym składzie:

1. Serweta na stół narzędziowy 150cmx190cm (wzmocnienie 75x190cm) - 1 szt.
2. serweta na stół Mayo złożona teleskopowo 79x145cm(wzmocnienie 60-70x140-145cm)-1szt.
3. serweta operacyjna samoprzylepna 175-175cm (wzmocnienie w strefie krytycznej) - 1 szt. 4. serweta operacyjna samoprzylepna 150x240cm (wzmocnienie w strefie krytycznej) - 1 szt 5. serweta operacyjna samoprzylepna 75-90cm(wzmocnienie na całej długości dłuższego boku)-2szt.
6. taśma samoprzylepna 9x49cm - 1 szt.
7. ręcznik celulozowy min. 30x30cm - 4 szt.
8. pojemnik plastikowy niebieski 250ml z podziałką - 1 szt.
9. kleszczyki typu korcang o długości min. 19-20cm
10. czyścik do koagulacji - 1 szt.
11. tufery średnie do dezynfekcji pola operacyjnego z gazy 20-nitkowej- 5 szt.
12. pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy z wbudowanym przyrządem do zdejmowania ostrzy zapobiegające przypadkowemu zranieniu w trakcie usuwania ostrzy ze skalpela, bloczek z pianki, pojedynczy magnes, 2 taśmy przyklepne umożliwiające umocowanie do dowolnego obszaru roboczego na każdym wieczku pudełka, sterylne.

Materiał obłożenia operacyjnego spełniający wymogi normy EN 13795(1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw ma posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Serwety



operacyjne wykonane z włókniny min. dwuwarstwowej (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej) o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m<sup>2</sup> (wzmocnienie 110g/m<sup>2</sup>) Chłonność materiału podstawowego min.450% ,chłonność w miejscu padu min.950%. Produkt bezpiecznie pakowany, zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blistrze, zestawy do transportu pakowane w 1 karton.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 16:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą w miejsce aktualnych wymogów o dopuszczenie masek wg opisu: Maski krtaniowa LMA jest przyrządem jednorazowego użytku, drugiej generacji, z dostępem do przewodu pokarmowego i zapewnia skuteczne uszczelnienie First Seal na poziomie części ustnej gardła (uszczelnienie ustno-gardłowe) oraz innowacyjne uszczelnienie w obrębie górnego zwieracza przełyku (uszczelnienie przełykowe)

Wyposażona w dodatkowy kanał do odsysania treści żołądka, szafit wyprofilowany pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H<sub>2</sub>O w drogach oddechowych, anatomicznie ukształtowany przewód powietrzny. Kanał oddechowy wyposażony w dystalne skrzydełka boczne chroniące przed możliwością wklonowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankieta na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafitem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta.

Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości plastikową osłonką mankieta ze stabilnym zamknięciem (zatrzaskiem) na rurce/do sprawdzenia w rozmiarach/ , poprzeczkę mocującą oraz balon kontrolny. Rozmiary i zakresy wagowe oraz średnica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej:(1) <5 kg/6F; (1.5) 5-10 kg/6F; (2) 10- 20 kg/10F; (2.5) 20-30 kg/10F; (3)30-50 kg/14F; (4) 50-70 kg/14F; (5) 70-100 kg/14F.

Produkt sterylny, pakowany indywidualnie, kompatybilny z MRI, MATERIAŁ: PCV (mankiet oraz rurka), nie zawierający lateksu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 13, poz. 5, 7, 8:**

W związku z zaprzestaniem produkcji i co za tym idzie braku dostępności wyspecyfikowanego przez Zamawiającego produktu w pozycjach

-5 Zestaw do jejunostomiFlocareBengmark PEJ 9Ch, 105 cm,

-7 Strzykawka enteralna ENFIT 10ml,złącze typu ENFIT pasujące do zgłębników,



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard


województwo zachodniopomorskie

-8 Strzykawka enteralna ENFIT 60ml, złącze typu ENFIT pasujące do zgłębników,  
prosimy o wykreślenie w/w pozycji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. W opisanym przypadku należy postąpić zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 5:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie następującego zestawu:



Opis składnika	Ilość
KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYŁ	1
SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM	4
TUPFER KULA 17N 30X30CM	6
GĄBKA DO CZYSZCZENIA ELEKTROD	1
SERWETA 240X150CM L2-62G WARSTWA CHŁONNA W ROZM. 37,5X70CM Z PRZYLEPCEM 5X60CM	1
SERWETA 170X200CM L2-62G WARSTWA CHŁONNA W ROZM. 37,5X70CM Z PRZYLEPCEM 5X60CM	1
SERWETA 75X90CM L2-62G WARSTWA CHŁONNA W ROZM. 37,5X70CM Z PRZYLEPCEM 5X90CM	2
KLESZCZYKI PLAST 24CM OKIENKOWE NIEBIESKIE	1
POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI	1
OSŁONA PE NA UCHWYT DO LAMPY Z KOŁNIERZEM FI12CM 9,5X14CM TRANSPARENTNA	2
POJEMNIK PLAST OKRĄG 250ML WYS 5,5CM ŚR DENKA 7CM SKALA MANKIET TRANSP	1
PODSTAWKA NA OSTRZA DO SKALPELI PLASTIKOWA 10CMX5CM Z PRZYLEPCEM NIEBIESKA	1
SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTALNY 190X150CM	1
TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYŁ	1

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

TAŚMA RZEP, HACZYKI I PEŁTELKI, BIAŁA 20X250MM

2

### Laminat L2 z łątą chłonną Matodrape PLUS

folia polietylenowa +  
włóknina polipropylenowa +  
łąta chłonna z włókniny  
polipropylenowej

62 g/m<sup>2</sup> (L2) + 63 g/m<sup>2</sup> (łąta)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 7 – dotyczy treści wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 8 – dotyczy treści wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna w razie odstąpienia od umowy była naliczana od niezrealizowanej wartości umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 1-5:

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową nie posiadającą wzmocnionego koniuszka mankietu?

**Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-5 Zamawiający nie wyraża zgodny.**

#### Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 1-5:

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z oznaczeniem na baloniku kontrolnym rozmiaru oraz nr LOT, natomiast na tubusie rurki występuje informacja o rozmiarze, wadze pacjenta i objętością wypełniającą mankiet?

**Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-5 Zamawiający wyraża zgodę.**

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 000000017670

BDO:000108337

**Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 13, pozycja 1-5:**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową oznaczoną kolorem na zatyczce do zaworu (zdjęcie poglądowe poniżej)?



**Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-5 Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych parametrów.**

**Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny o pojemności 1650ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji z dołączoną osobno maską w rozmiarze 4?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 4 o przestrzeni martwej ok. 195ml oraz maskę w rozmiarze 5 o przestrzeni martwej ok. 242ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o pojemności 2000ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

**Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę ze stopką mocującą do rękojeści wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego koloru zielonego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę ze stopką mocującą w rozmiarze 19mm / 24mm / 13mm (wys./szer./gł.)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści logo, nazwę producenta widniejącą wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę z datą ważności 3 lat?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 2:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości stosowania łyżki w polu magnetycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.**

**Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę pakowaną w pojedynczą, grubą folię?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 22 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie jednostkowe w języku angielskim?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 23 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



**Pytanie nr 24 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści maskę z oznaczeniem tekstowym na korpusie typu „adult”, a na opakowaniu jednostkowym cyfrowo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 3:**

Czy Zamawiający dopuści maskę o objętościach martwej przestrzeni i kolorach podanych poniżej:

Rozmiar	Kolor	Przestrzeń martwa	Łącznik
0	biały	25ml	15mm
1	różowy	47ml	15mm
2	żółty	83ml	22mm
3	zielony	125ml	22mm
4	czerwony	195ml	22mm
5	niebieski	242ml	22mm
6	pomarańczowy	330ml	22mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26 – dotyczy Pakietu nr 14, pozycja 4:**

Czy Zamawiający dopuści maskę nie posiadającą zewnętrznego uźbrowania, ponieważ sama konstrukcja maski pozwala na pewny jej chwyt?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1:**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.**

**Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 25, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie koreczków o czasie dezynfekcji do 2 minut.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



**Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 25, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie koreczków z aplikatorem jak na poniższym zdjęciu:



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 25, poz. 1:**

Proszę o dopuszczenie koreczków pakowanych po 250 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet operacyjnych ze wzmocnieniem i z akcesoriami do dezynfekcji, mającego w swym składzie serwetę na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem 64 x 190 cm, serwetę Mayo złożoną w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację oraz dwie serwety samoprzylepne 75 x 90 cm ze wzmocnieniem 20 x 50 cm. Serwety wykonane w części niewzmocnionej z laminatu PP+PE (zgodnie z wymogami SWZ) o gramaturze min. 67 g/m<sup>2</sup> przewyższającej wymogi SWZ. W części wzmocnionej łączna gramatura min. 160 g/m<sup>2</sup>. Chłonność materiału podstawowego min. 400%, chłonność w miejscu padu min. 470%. Opakowanie jednostkowe worek polietylenowy z opaską Tyveck, zestawy do transportu pakowane podwójnie- worek polietylenowy oraz karton transportowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 23, poz. 1-4:**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WIELOSPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli.**

**Pytanie nr 33 – dotyczy Pakietu nr 23, poz. 1-4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bez zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań.**

**Pytanie nr 34 – dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1-5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych w rozmiarach i przedziałach wagowych zgodnych z SWZ, jednorazowego użytku, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, z koniuszkiem mankieta nie podwijającym się podczas zakładania, z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankiet, maksymalnej objętości wypełnienia mankieta na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w opakowaniu folia-papier?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 35 – dotyczy Pakietu nr 14, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z workiem oddechowy o pojemności 1,5 L o teksturowej powierzchni zapewniający lepszy chwyt, z dodatkowym uchwytem: rączką, umożliwiającą obsługę jedną ręką, drenem tlenowym o długości 3m, i przezroczystą maską w rozmiarze 5, z miękką anatomiczną poduszką zapewniającą anatomiczne dopasowanie z zaworem mankieta maski na górnej części maski, zapewniającą łatwy dostęp w celu optymalizacji uszczelnienia, w opakowaniu foliowym kodowanym kolorystycznie z niezmywalnymi nadrukami w celu szybszej weryfikacji rozmiaru maski i objętości worka?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337



**Pytanie 36 – dotyczy Pakietu nr 14, poz. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżek do laryngoskopu światłowodowego, wykonanych ze sztywnego plastiku z ABS, matowych w kolorze szarym, nieprzezroczystych, z możliwością stosowania w MRI, kompatybilnych z uchwytami zgodnymi z ISO 7376/3, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru łyżek, pojedynczo pakowanych w opakowanie folia-papier, mikrobiologicznie czystych, jednorazowego użytku, w rozmiarach 0,1 typu Miller oraz 2,3,4 typu Macintosh?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 37 – dotyczy Pakietu nr 14, poz. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek anatomicznych anatomicznie wyprofilowanych jednorazowego użytku, wykonanych z polipropylenu z elastomerowym termoplastycznym mankietem uszczelniającym kodowanym kolorystycznie dla każdego rozmiaru od 0 do 6, pakowanych pojedynczo w opakowanie foliowe z datą ważności, nr katalogowym i nr serii na opakowaniu, z perforacją na opakowaniu umożliwiającą szybsze otwarcie; z objętością wypełnienia dla roz. 0- 39ml, oznaczoną kolorem niebieskim; objętość wypełnienia dla roz. 1 – 56ml, oznaczoną kolorem, szarym; objętość wypełnienia dla roz. 2 80ml, oznaczoną kolorem białym; objętość wypełnienia dla rozmiaru 3- 112ml, oznaczoną kolorem żółtym; objętość wypełnienia dla rozmiaru 4 – 123 ml, oznaczoną standardowym kolorem zielonym; objętość wypełnienia dla rozmiaru 5 – 178 ml , oznaczoną kolorem pomarańczowym; objętość wypełnienia 216 ml, oznaczoną kolorem czerwonym; maski pozbawione lateksu i szkodliwych ftalanów DEHP ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38 – dotyczy Pakietu nr 14, poz. 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek anestetycznych jednorazowego użytku, z elastomerowym mankietem uszczelniającym, nienadmuchiwanym, kodowanym kolorystycznie w zależności od rozmiaru, z przezroczystym korpusem i anatomicznym wyprofilowaniu zapewniającym pewny uchwyt , w rozmiarach 1-5 z oznaczeniem rozmiaru maski na korpuse oraz logo producenta, z w opakowaniu foliowym, maski nie zawierające szkodliwych ftalanów DEHP oraz lateksu ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie nr 39 – dotyczy treści wzoru umowy, dotyczy §3 ust. 9:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w ustępu w sposób następujący: „Zapłata za zrealizowaną dostawę będzie odbywała się na podstawie faktury dostarczonej Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wykonania dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 40 – dotyczy Pakietu nr 21:**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną wielokrotnego użytku, z kablem dł. 4m do diatermii ERBE o wymiarach 155x177mm, która jest elektrodą symetrycznie dzieloną przez co dużo bardziej bezpieczną niż stosowane do tej pory elektrody silikonowe?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli dotyczy pozycji nr 2.**

**Pytanie nr 41 – dotyczy Pakietu nr 21:**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji z 3 do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 42 – dotyczy Pakietu nr 21:**

Czy Zamawiający dopuści realizację zamówień częściowych pozycji opisanej w pkt 1 w opakowaniach zbiorczych transportowych po 50 sztuk lub wielokrotność tej ilości? Opakowanie takie zapewnia bezpieczny transport towar realizowany przez firmy transportowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 43 – dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik narzędziowy 150cm x 190cm (wzmocnienie 65cm x 190cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 44 – dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 180cm x 180cm (zamiast 175cm x 200cm) ze wzmocnieniem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



**Pytanie nr 45 – dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 75cm x 90cm ze wzmocnieniem o długości 60cm?

**Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca pyta o serwetę operacyjną samoprzylepną 75x90 cm (wzmocnienie na całej długości dłuższego boku) to Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 46 – dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kleszczykami typu korcang o dł. 18cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 47 – dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami z gazy 17-nitkowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 48 – dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 49 – dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 50 – dotyczy Pakietu nr 7, pozycja 1-5:**

Czy Zamawiający dopuści maski o parametrach:

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Wykonana z medycznego PVC
- Kompatybilna z rezonansem magnetycznym (MR), brak metalowych elementów
- Przezroczysty, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, zapewnia bezpieczną kontrolę oddechu
- Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta, objętości mankietu, ciśnienia wypełnienia mankietu oraz rozmiaru
- Uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- Przezroczysty balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski, maksymalnej objętości mankietu oraz kompatybilności z (MR) rezonansem magnetycznym
- Barwione kolorystycznie zabezpieczenie zastawki
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia



1,0	Różowy	≤ 5 kg	4 ml	60 cm H <sub>2</sub> O
1,5	Pomarańczowy	5-10 kg	7 ml	60 cm H <sub>2</sub> O
2,0	Ciemnozielony	10-20 kg	10 ml	60 cm H <sub>2</sub> O
2,5	Brązowy	20-30 kg	14 ml	60 cm H <sub>2</sub> O
3,0	Zielony	30-50 kg	20 ml	60 cm H <sub>2</sub> O

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 51 – dotyczy Pakietu nr 23, pozycja 5, 6:**

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**



**Pytanie nr 52 – dotyczy Pakietu nr 23, pozycja 7, 8:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opak. zbiorcze a'50 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 53 – dotyczy Pakietu nr 23, pozycja 14:**

Czy Zamawiający dopuści igłę Tuohy o wymiarach 18Gx90 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 54 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 1:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150cm x 190cm ze wzmocnieniem 65cm x 190cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 55 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 2:**

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne trójwarstwowe, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro:108kPa/95kPa, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 56 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 5:**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń 2 komorową z tolerancją rozmiaru +/- 5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 57 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 6:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlance o gramaturze 68g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie wykonane z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa + Folia PE) o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalność 246,2cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 58 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 7:**

Czy Zamawiający dopuści opatrunki na ranę z tolerancją rozmiaru +/-1cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie nr 59 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 8:**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego w rozmiarze 23cm w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 60 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 11:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły plastikowy z podziałką o pojemności 1000ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 61 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 12:**

Czy Zamawiający dopuści skalpel chirurgiczny z wysuwającym ostrzem z wysuwającym ostrzem nr 11P?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 62 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 15:**

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe z tasiemką w rozmiarze 45cm x 45cm, 17 nitkowe, kolor biały?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 63 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 16:**

Czy Zamawiający miał na myśli tupfer gazowy okrągły w rozmiarze 15cm x16cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 64 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 17:**

Czy Zamawiający miał na myśli tupfer gazowy okrągły w rozmiarze 15cm x16cm?

**Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli rozmiar 30x40cm**

**Pytanie nr 65 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 20:**

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pola operacyjnego (dł.300cm CH24, lejek-lejek)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**





**Pytanie nr 66 – dotyczy Pakietu nr 20, składowa 20:**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania (Yankauer, CH21, 4 otwory boczne)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 67 – dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu zgodnego z SWZ, jednakże w którym serweta na stolik narzędziowy ma rozmiar 150 cm x 190 cm oraz w zamian za serwetę operacyjną samoprzylepną 175cm x 200cm jest serweta 200cm x 200cm? Zestaw pakowany w opakowanie zbiorcze ekonomiczne: folia + karton. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie możliwości podania wartości chłonności w mililitrach. Dla materiału podstawowego chłonność 156 ml, chłonność w miejscu padu 386 ml. Podane chłonności odpowiadają wartościom podanym w Kartach Danych Technicznych potwierdzając wymagania normy 13795 -1:2019.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 68 – dotyczy treści wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w zakresie § 7 ust. 4 na następujące:  
- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięciu procenta) niezrealizowanej wartości umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 69 – dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 1:**

Czy zamawiający dopuści jednorazowe bronchofiberoskopy w rozmiarach do wyboru, posiadające następujące parametry: pole widzenia powyżej 85o, głębia ostrości 5-50 mm, wbudowane oświetlenie LED, długość części roboczej 605 mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół minimum 200o, średnica zewnętrzna 5,4 mm z kanałem roboczym o średnicy minimum 2,8 mm dla rozmiaru większego i 3,6 mm z kanałem roboczym o średnicy minimum 1,4 mm dla rozmiaru mniejszego z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 6/5 w zależności od rozmiaru. Gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. Kompatybilne z monitorem Screeni HD. Pakowane po 5 sztuk ?



Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie  
ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard

województwo zachodniopomorskie

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 70 – dotyczy Pakietu nr 15, pozycja 1:**

Czy Zamawiający oczekuje bronchofiberoskopu j.u. z portem narzędziowym umieszczonym poniżej uchwytu, co zwiększa jego dostępność oraz aby ten port zabezpieczony był zatyczką na uwięzi?

**Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje.**

**Dyrektor  
Krzysztof Kowalczyk**

Sekretariat: 91/ 578 92 03

Fax.: 91/ 391 18 83

e-mail: [biuro@zozstargard.pl](mailto:biuro@zozstargard.pl)

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

[www.zozstargard.pl](http://www.zozstargard.pl)

NIP: 854-19-38-710

REGON: 000304562

KRS: 0000005388

Rejestr Wojewody: 00000017670

BDO:000108337