



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881  
www.szpitalprzasnysz.pl

REGON 000302480  
sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/11/2023

Przasnysz, 24.02.2023 r.

**Do wszystkich,  
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę artykułów do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi:

**Pyt. 1**

**Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.**

*Odp. Zamawiający nie wymaga.*

**Pyt. 2**

**Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.**

*Odp. Zamawiający nie wymaga.*

**Pyt. 3**

**Dotyczy Umowy:  
Waloryzacja**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę projektu umowy poprzez uwzględnienie w wynagrodzeniu obowiązkowej klauzuli waloryzacyjnej o treści następującej lub możliwie do niej zbliżonej.

Z uwagi na znaczny okres obowiązywania umowy Wykonawca musi przewidzieć konsekwencję obecnej i zakładanej inflacji na koszty realizacji zamówienia, a w rezultacie będzie zmuszony uwzględnić to ryzyko w cenie oferty, co spowoduje uzyskanie przez Zamawiającego zawyżonych cen. Sytuacji tej można jednak uniknąć poprzez zapewnienie odpowiednich mechanizmów waloryzacyjnych. Dlatego proponujemy odwołanie się do możliwie obiektywnego czynnika, tj. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja zostałaby dokonana po 6 miesiącach od zawarcia umowy (w oparciu o comiesięcznie publikowany wskaźnik inflacji za dany miesiąc w porównaniu do

analogicznego miesiąca poprzedniego roku), a następnie wynagrodzenie ulegałoby odpowiednim zmianom po każdym kolejnym miesiącu obowiązywania umowy.

**Propozycja wnioskowanej zmiany:**

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać miesięcznej waloryzacji w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (dalej jako „Wskaźnik”)

w następujący sposób:

a) pierwsza waloryzacja zostanie dokonana po 6 miesiącach obowiązywania Umowy w oparciu o wysokość Wskaźnika opublikowanego dla miesiąca odpowiadającemu miesiącowi roku poprzedniego;

b) kolejne waloryzacje będą następować jeden raz w miesiącu w sposób opisany w pkt 1;

c) w przypadku opóźnienia w opublikowaniu Wskaźnika przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wykonawca wystawi faktury korygujące za okres, w którym wynagrodzenie powinno ulec waloryzacji lub dokona odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wskazanej na fakturze wystawionej już po publikacji wskaźnika;

d) waloryzacja nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej zmiany (aneksowania), przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać w treści faktury lub innego dokumentu podstawy obliczenia wysokości zmiany wysokości wynagrodzenia.

*Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.*

**Pyt. 4**

**Dotyczy Pakietu nr I poz. 1**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie etykiet pakowanych po 500szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 5**

**Dotyczy Pakietu nr I poz. 2**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie etykiet nieprzylepnych, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

**Pyt. 6**

**Dotyczy Pakietu nr I poz. 5**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie filtrów do kontenerów mini w rozmiarze 115 / 230mm, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?**

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę.*

Z poważaniem

Sporządziła:  
Magdalena Krzykowska  
st. insp. ds. zamówień publicznych  
i eksploatacji sprzętu  
tel. 29 75 34 405

D Y R E K T O R  
SP ZGZ w Przasnyszu  
  
mgr Zbigniew Makowski