



Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl

Miechów, dnia 06 grudnia 2022 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: **18/ZO/2022** - Sukcesywna dostawa fartuchów medycznych jednorazowego użytku przeznaczonych dla odwiedzających lub do stosowania przez personel medyczny.

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

1.

Czy Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² ?

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2.

W związku z aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w opisie zapytania:

Ad. 2 Opisane fartuchy będą wykorzystywane przez osoby odwiedzające pacjentów (izolacja, Blok Porodowy, OITIA) oraz przez personel medyczny, jako ŚOI.

3.

Jeśli w opisie zapytania Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

Ad. 3 Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I.

podpis elektroniczny