



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. R. Weigla 5 Wrocław 50 - 981

Wrocław, 03.02.2020r

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.7.2020

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) dalej PZP informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 - Pakiet 13 – Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 13 pozycje 1, 2, 3 oraz 5 tworząc osobny pakiet, co umożliwi złożenie ofert większej ilości potencjalnym Wykonawcom zwiększając tym samym konkurencyjność

Pytanie nr 2 - Pakiet 13 – Czy implanty oczodołów mogą być wykonane z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) jako implant indywidualnie zaprojektowany dla pacjenta na podstawie danych z tomografii komputerowej?

Implant jest projektowany przy wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania inżynierskiego typu CAD/CAM i wykonywany przy użyciu precyzyjnych obrabiarek numerycznych.

Tak wytworzony implant jest gotowy do użycia i wszczęcia pacjentowi, nie wymaga żadnej dodatkowej obróbki ręcznej celem uformowania jego kształtu. Ponadto implanty projektowane i wykonywane w taki sposób mogą odtwarzać ubytki z większą precyzją niż implanty wykonywane za pomocą form odlewowych.

Pytanie nr 3 - Pakiet 13 – Czy implanty mogą być dostarczone jako produkt niesterylny (sterylizacja w zakresie Zamawiającego) ?

Odpowiedź na pytanie nr 1 – 3 : Nie, zapisy SIWZ bez zmian.