



Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 35
66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz, 27 kwietnia 2021r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w sprawie udzielenia zamówienia publicznego **na dostawę, montaż sprzętu i wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**

Nr sprawy: **ZP/N/01/21**

Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 135 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

1. Pakiet nr 2 Pozycja 1. Łóżko- W nawiązaniu do pkt 14 czy Zamawiający oczekuje aby łóżko posiadało możliwość szybkiego odejmowania szczytów bez użycia narzędzi jednak na czas transportu posiadały blokadę, która uniemożliwia wyjęcie szczytu? Rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje jak powyżej.

1. Pakiet nr 2 Pozycja 1. Łóżko- Biorąc pod uwagę wysokie obciążenie robocze łóżka, które wymaga Zamawiający czy łóżko ma posiadać system zabezpieczający łóżko przed uszkodzeniem w wyniku przekroczonego obciążenia roboczego dla poszczególnych siłowników? Rozwiązanie zatrzymuje pracę siłownika, w przypadku przekroczonego maksymalnego obciążenia, dzięki czemu siłowniki nie pracują pomimo warunków, które mogłyby je uszkodzić.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Biorąc pod uwagę na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

2. Pakiet nr 2 Pozycja 4. Stół operacyjny- Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby stół posiadał system antykolizyjny zabezpieczający elementy stołu przed uderzeniem o podstawę lub podłogę podczas regulacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Biorąc pod uwagę na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

3. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta nachylenia segmentu nóg za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Biorąc pod uwagę na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

4. Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuści stół, który blokowany jest do podłogi za pomocą 4 wysuwanych nóżek z gumowym spodem, który działa tożsamo z systemem przyssawek?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Biorąc pod uwagę na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

5. Pakiet nr 2 Pozycja 5. Stół operacyjny:

1. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości leża w zakresie 480 – 900mm?

2. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby stół posiadał system antykolizyjny zabezpieczający elementy stołu przed uderzeniem o podstawę lub podłogę podczas regulacji?

3. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta nachylenia segmentu nóg za pomocą sprężyny gazowej?

4. Czy Zamawiający dopuści stół, który blokowany jest do podłogi za pomocą 4 wysuwanych nóg z gumowym spodem, który działa tożsamo z systemem przysawek?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Biorąc pod uwagę na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w treści dodatku nr 2 (pakiet nr 2) do SWZ.

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji warunków zamówienia (swz) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Z poważaniem,
/podpis na oryginale/

W dniu **27 kwietnia 2021r.**, na podstawie art. 137 ust. 2 oraz art. 135 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych niniejsze pismo zostało zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_miedzyrzecz