



AG 261-10/23

Starogard Gdański, dnia 04.04.2023 r.

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana
ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

Wyjaśnienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji** na: *dostawę pasków i płynów kontrolnych do glukometrów.*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: ustawa pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków równoważnych do AccuChek Instant posiadających w szczególności takie same lub lepsze parametry funkcjonalne wymienione poniżej:

- taki sam zakres pomiarowy 10-600mg/dL
 - większy zakres hematokrytu 0-70%
 - mniejszą objętość próbki krwi 0,5 mikrolitra
 - taką samą możliwość pomiaru w próbkach krwi kapilarnej, żyłnej, tętniczej, noworodkowej
- wraz z bezpłatnym dostarczeniem niezbędnej ilości kompatybilnych glukometrów posiadających w szczególności następujące parametry:
- skalibrowany do osocza
 - glukometr z podświetlanym ekranem i podświetlanym portem paska testowego
 - glukometr wyposażony w wyrzutnik paska testowego po pomiarze
 - zasilanie: dwie ogólnodostępne baterie AAA
 - pamięć 1000 wyników z datą i godziną
- wraz z kompatybilnymi płynami kontrolnymi?

Pytanie nr 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o podanie ilości niezbędnych glukometrów oraz wyrażenie zgody na zaoferowanie pasków w opakowaniach po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, czyli 800 opakowań po 50 sztuk, zamiast 400 opakowań po 100 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.