

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35  
50-138 Wrocław  
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88  
bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 17.09.2024 r.

Nr postępowania: **BZP.2710.60.2024.KR****Wykonawcy**

(informacja zamieszczona na stronie  
internetowej prowadzonego postępowania)

**INFORMACJA NR 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:

**Dostawa inkubatora z chłodzeniem do hodowli mikroorganizmów**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

**Pytanie nr 1:**

**Czy Zamawiający dopuszcza, aby jednorodność temperatury była podawana dla temperatury 37 °C?**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę aby jednorodność temperatury była podawana dla temperatury 37 °C.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

mgr Katarzyna Rulkowska