
Kielce, 22.08.2024r.

Nr ogłoszenia: 07/SORFM/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu medycznego do obszaru resuscytacyjno - zabiegowego oraz obszaru segregacji medycznej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Artmedik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szpital Specjalistyczny Artmedik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1 :

dot. Wózek transportowo-kąpielowy.

Czy Zamawiający dopuści pozycje ATB 5° ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ATB 5°.

Pytanie 2 :

Czy zamawiający dopuści wózek ze średnicą kół 150 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wózek ze średnicą kół 150 mm.

Pytanie 3 :

Czy zamawiający dopuści wózek wyposażony w centralny hamulec z jednym kołem z blokadą kierunkową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w centralny hamulec z jednym kołem z blokadą kierunkową?

Pytanie 4 :

Czy zamawiający dopuści wózek wyposażony w system odpływowy: jeden otwór odpływowy umieszczony pośrodku wózka od strony nóg korek zamocowany do ramy łóżka nylonową linką, syfon i wężyk odpływowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 5 :

Czy zamawiający dopuści wózek z mechanizmem blokującym nie wymagającym użycia obu rąk a jednej ręki ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 6 :

Czy zamawiający dopuści wózek z metalową osłoną podstawy w kształcie prostokąta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wózek z metalową osłoną podstawy w kształcie prostokąta.

Pytanie 7 :

dot. Przenośny kapnograf

W nawiązaniu do pkt 12 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z akumulatorem montowanym na stałe zamiast 2 wymiennych baterii?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z akumulatorem montowanym na stałe.

Pytanie 8 :

dot. Zamglawiacz

Czy Zamawiający dopuści wagę z futerałem 17 kg?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści wagę z futerałem 17 kg, jeżeli futerał posiada kółka.
