

DZP/PN/48/1/2024

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostawa sprzętu jednorazowego: strzykawki**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły pytania do SWZ. Poniżej ich treść (pisownia oryginalna) oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

**Strzykawki poz. 1A-D**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z pojedynczą skalą rozszerzoną.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 2**

**Strzykawki poz. 1A-D**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z kolorystycznym oznakowaniem rozmiaru strzykawki na opakowaniu handlowym. W przypadku odmowy proszę o medyczne uzasadnienie decyzji.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 3**

**Strzykawki poz. 1A-D**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych posiadające skalę bez rozszerzenia tj 2ml, 5ml, 10ml, 20ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 4**

**Strzykawki poz. 1A-D**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z pojedynczym pierścieniem zabezpieczającym wypadanie tłoka

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 5**

**Strzykawki poz. 1A-D**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z tłokiem w kolorze mlecznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 6**

**Strzykawki poz. 1D**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach po 80szt. i możliwość przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 7**

**Strzykawki poz. 1D**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach po 50szt. i możliwość przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.





**Pytanie nr 8**

**Strzykawki poz. 7**

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny z igłą 0,45x13mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 9**

Czy zamawiający umożliwi składanie wybranych pozycji (poz. 2-5), gdyż takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 1, poz. 1 A, B, C, D**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 1, poz. 1 A, B, C, D**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 12**

**Pakiet 1, poz. 1 A, B, C, D**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą kryzą ograniczającą, skutecznie zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 13**

**Pakiet 1, poz. 1 A, B, C, D**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kolorystycznym oznakowaniem rozmiaru strzykawki na opakowaniu handlowym (zbiorczym)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 14**

**Pakiet 1, poz. 1 A, B, C, D**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 15**

**Pakiet 1, poz. 1D**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane a'50 szt. i wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie nr 16**

**Pakiet 1, poz. 2-3**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.





**Pytanie nr 17**

**Pakiet 1, poz. 2-3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** : Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie nr 18**

**Pakiet 1, poz. 2-3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** : Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie nr 19**

**Pakiet 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 20**

**Pakiet 1, poz. 4-5**


Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie nr 21**

**Pakiet 1, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści łącznik redukcyjny o dł. 29mm  $\pm$ 0,1 mm, średnica podstawy 11mm  $\pm$  0,1 mm o kształcie jak na załączonej fotografii?



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie nr 22**

**Pakiet 1, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,45x13mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 1, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dopakowaną w komplecie z igłą 0,45x13mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 24**

**Pakiet 1, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z wtopioną igłą 0,45x12,7mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 25**

**Pakiet 1, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z nakładaną igłą 0,33x12mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.





**Pytanie nr 26**

**Pakiet 1, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą odłączaną 0,3x13mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 27**

**Pakiet 1, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie nr 28**

**Pakiet 1 pozycja 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o końcówce ściętej pod kątem prostym przy zachowaniu pozostałych wymogów SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 29**

**Pakiet 1 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki cewnikowej, janety, do płukania cewnika, pęcherza, 100 ml z podwójnym gumowym uszczelniaczem tłoka, bez zawartości lateksu - informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), wykonana z polipropylenu (wolna od PCV) z dodatkowym łącznikiem luer o gładko wyrobionych brzegach i stożkowym kształcie umocowanym na tłoku, wylot strzykawki zakończony prosto (nie pod kątem), bez uskoków, nazwa producenta na cylindrze umożliwiająca łatwą identyfikację, blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z cylindra, sterylna, opakowanie 45 szt. Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie nr 30**

**Pakiet 1 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny z gumowym tłokiem redukującym pojemność resztkową, igła 0,45 x 16 mm (1 opak = 100 sztuk)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

**Pytanie nr 31**

**Pakiet 1 poz. 7**

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z tłokiem gumowym o konstrukcji redukującej pojemność resztkową z igłą 0,5 x 16 mm (1 opak = 100)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

2) Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z igłą o rozmiarze 27 G 0,4 x 12,5 mm, Przy zachowaniu pozostałych wymogów SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu

**Pytanie nr 32**

**Pakiet 1 Pozycja 8 :**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej strzykawki z wtopioną igłą o rozmiarze 29 G x 0,33 12,5 mm, Przy zachowaniu pozostałych wymogów SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu



**Pytanie nr 33**

Pakiet 1 pozycja 13

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 1 ml z heparyną litową do gazometru COBAS
- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3 ml z heparyną litową do gazometru COBAS.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisów SWZ.

Z-CIA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH  
SZPITALA POWIATOWEGO  
W ZAWIERCIU

mgr inż. Iwona Sroga

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr Monika Slanderska