



**POGOTOWIE RATUNKOWE  
WE WROCŁAWIU**  
ul. Ziębicka 34-38 50-507  
Wrocław



**UNIA  
EUROPEJSKA  
FUNDUSZ  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA I  
ŚRODOWISKO**  
Narodowa  
Strategia  
Spójności

<a href="mailto:sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl">sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl</a>	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
<a href="http://www.pogotowie-ratunkowe.pl">www.pogotowie-ratunkowe.pl</a>	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142 KRS: 0000207618

Wrocław, 19.07.2022 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/9/2022**

## **INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 2**

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:  
**„Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem”**  
(Ogłoszenie w DUUE nr 2022/S 127-361169 z dnia 2022-06-30)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. - dalej ustawa Pzp.) udostępnia treść zapytań, które napłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

### **Pytanie nr 15:**

Dotyczy parametrów punktowanych – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie punktuje gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy.

### **Odpowiedź nr 15:**

Zasady punktacji zostały określone w Rozdziale XIX SWZ – Część I – Instrukcja dla wykonawców (IDW).

### **Pytanie nr 16:**

Dotyczy parametrów punktowanych - System ostrzegający o możliwości kolizji – w związku iż ambulans jest pojazdem specjalnym i podczas akcji porusza się często niezgodnie z przepisami bardzo blisko innych pojazdów – sugerujemy wycofać ten system z uwagi na jego nieskuteczność i bezcelowość, a nawet może wprowadzić użytkownika w błąd.

### **Odpowiedź nr 16:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ w zakresie objętym zapytaniem.

### **Pytanie nr 17:**

Dotyczy umowy paragraf 6 pkt.10 – prosimy o potwierdzenie, iż punkt ten nie dotyczy przeglądów samochodu bazowego za które Zamawiający będzie płacił z własnej ręki po wykonaniu usługi.

### **Odpowiedź nr 17:**

Płatność za przeglądy odbywać się będzie zgodnie z zapisami wszystkich części SWZ (IDW, Wzór umowy i OPZ).

### **Pytanie nr 18:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania dłuższej gwarancji – wymagane jest zaoferowanie też większej ilości bezpłatnych przeglądów sprzętu medycznego i adaptacji.

### **Odpowiedź nr 18:**

Tak

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o podanie szacunkowego zakładanego rocznego przebiegu ambulansu

**Odpowiedź nr 19:**

Zamawiający roczny przebieg ambulansu szacuje na ok. 70 tyś. km.

**Pytanie nr 20:**

Prosimy o dopuszczenie ambulansu zastępczego spełniającego normę dla ambulansu typu C, a nie gorszego niż minimalne wymagania Zamawiającego. W tym przypadku musielibyśmy mieć dodatkowo identyczny ambulans jak zaoferowane co jest nie możliwe do spełnienia.

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 1.8 – prosimy o dopuszczenie aby funkcję świateł dziennych przejęły światła mijania

**Odpowiedź nr 21:**

Światła w pojazdach muszą spełniać wymagania ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 8.4 – prosimy o dopuszczenie zamiast gniazda USB łączącego stację dokująca z drukarką – przewód USB umożliwiający podłączenie bezpośrednio do drukarki.

**Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 9.8 – czy zamiast pokrowca Wykonawca może dostarczyć pustą torbę tlenową?

**Odpowiedź nr 23:**

Tak, pod warunkiem wskazania dedykowanego miejsca na torbę którą będzie można w bezpieczny sposób transportować z jednoczesnym szybkim dostępem do torby.

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 9.9 – prosimy o potwierdzenie, iż regulowane przegródki w półkach podsufitowych mają być we wszystkich podsufitowych półkach oprócz tej powiększonej na GDO

**Odpowiedź nr 24:**

Tak

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 9.9 – prosimy o dopuszczenie przegródek regulowanych tylko w jednej płaszczyźnie w półkach podsufitowych.

**Odpowiedź nr 25:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 9.10 – z uwagi iż na ścianie działowej Zamawiający dopuszcza montaż drukarki prosimy o dopuszczenie dostawy pojemnika do dezynfekcji oraz uchwyty na ręczniki luzem z zestawem montażowym i podczas odbioru, instalacji ich w miejscu najbardziej odpowiadającym Zamawiającemu.

**Odpowiedź nr 26:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 9.11 – prosimy o dopuszczenie termoboxu o pojemności 6 flakonów 500 ml z uwagi na konstrukcję ambulansu oraz fakt, iż raczej nie podgrzewa się na raz 8 sztuk płynów.

**Odpowiedź nr 27:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 10.2 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza lampę typu kogut w tylnej części dachu.

**Odpowiedź nr 28:**

Przednia i tylna sygnalizacja świetlna musi być tego samego rodzaju (w tym samym typie).

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 12.4 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga jednego radiotelefonu przewoźnego oraz nie wymaga radiotelefonu przenośnego.

**Odpowiedź nr 29:**

TAK, jeden przewoźny, bez przenośnego.

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 12.4 – z uwagi na montowany w kieszeni DIN system SWD oraz radioodtworacz pojazdu – prosimy o dopuszczenie montażu radiotelefonu na półce nad kierownicą lub na górze na środku deski rozdzielczej lub na konsoli na środku pomiędzy siedzeniami co jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem pod względem dostępu, widoczności, itp.

**Odpowiedź nr 30:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 12.4 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający sam będzie stroił antenę poprzez odpowiednie jej docięcie.

**Odpowiedź nr 31:**

Radiotelefon musi być zestrojony z anteną.

**Pytanie nr 32:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 12.4 – prosimy o potwierdzenie, iż radiotelefon ma być nie zaprogramowany. Gdyby Zamawiający wymagał programowania – prosimy o potwierdzenie, iż po podpisaniu umowy dostarczy Wykonawcy częstotliwości.

**Odpowiedź nr 32:**

TAK, Zamawiający zaprogramuje we własnym zakresie.

**Pytanie nr 33:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 13 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga butli oraz reduktorów

**Odpowiedź nr 33:**

Tak, zgodnie z zapisami OPZ.

**Pytanie nr 34:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 15.2 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zarówno drukarkę atramentową jak i laserową

**Odpowiedź nr 34:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 35:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 17.1 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez asystenta pasa ruchu - w związku iż ambulans jest pojazdem specjalnym i podczas akcji porusza się często

niezgodnie z przepisami bardzo blisko innych pojazdów oraz nie trzymając się pasa ruchu – sugerujemy nie wymagać tego systemu.

**Odpowiedź nr 35:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ w zakresie objętym zapytaniem.

**Pytanie nr 36:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 17.1 – prosimy o potwierdzenie, iż pod pojęciem ECALL zamawiający ma na myśli system powiadamiania o wypadkach drogowych, który dla danej marki pojazdu może mieć inną nazwę np. SOS.

**Odpowiedź nr 36:**

Ogólnoeuropejska nazwa systemu to eCall.

**Pytanie nr 37:**

Dotyczy opis przedmiotu zamówienia – pkt. 17.3 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga tylko dodatkowych opon zimowych (bez felg i czujników ciśnienia).

**Odpowiedź nr 37:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ w zakresie objętym zapytaniem.

**Pytanie nr 39:**

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko wykonawcy co umożliwi odpowietrzenie i sprawdzenie układów.

**Odpowiedź nr 39:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

**Pytanie nr 40:**

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 120 dni.

**Odpowiedź nr 40:**

Zamawiający w chwili obecnej nie widzi podstaw do zmiany terminu realizacji zamówienia.

Wszystkie odpowiedzi na pytania udzielone w przedmiotowym postępowaniu są wiążące i stanowią integralną część SWZ.

Anna Koniec  
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno -  
Organizacyjnych  
.....  
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)

Sporządziła:  
Magdalena Oklińska, tel. 71 7731563