




INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

„DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (POWTÓRKA)”.

Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 28 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do transferu leków z fiolki typu spike z kolcem ; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. Pakowany jałowo, indywidualnie. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu .Opakowanie 100 szt. Apirogenny.?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.



Pytanie nr 2- dotyczy pakietu 28 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania i aspiracji płynów. Osłona z zatraskiem obj.wypełniania 0,25ml , filtr wlotu powietrza 0,1 mikr (hydrofobowy i przeciwbakteryjny) z dodatkowym filtrem 5 mikr ?



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 4 dopuści wycenę przedłużacza do przetoczeń o długości 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem wymaganej średnicy wewnętrznej przedłużacza. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu 28 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 28 poz. 1 dopuści wycenę równoważnego przyrządu do pobierania leków?

Cechy przyrządu:

- umożliwia higieniczne pobieranie leków z opakowań wielodawkowych różnej pojemności;
- łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt;
- z filtrem powietrza 0,1 um;
- kompatybilny ze złączami luer oraz luer-lock;
- szczelne i bezpieczne połączenie dzięki ostremu kolcowi biorczemu;
- pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów; sterylizowany tlenkiem etylenu;
- opakowanie opisane w języku polskim;
- mała objętość napełniania (0,25ml)
- dodatkowa nasadka zabezpieczająca kolec do nakłuć?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min >99,998%. Filtr przebadany w niezależnym laboratorium wartość podana w ostatniej godzinie badania filtra.

Wydajność nawilżania min.32,3mg H₂O/L przy VT 500ml. Przestrzeń martwa 57ml.Skuteczność filtracji względem NaCl o wyższych parametrach co potwierdza lepszą skuteczność NaCl ≥98,09%.

Parametry potwierdzone raportami badań z niezależnego laboratorium.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 - dotyczy pakietu 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra mikrobiologicznie czystego ,którego wydajność nawilżania jest min. 30,6mg H₂O/l przy VT 500ml i utratą wilgotności max 8mg H₂O/l przy VT 500ml. Przestrzeń martwa 125ml, Skuteczność filtracji względem NaCl o wyższych parametrach co potwierdza lepszą skuteczność NaCl ≥98,09%. Opakowanie folia-folia.

Parametry potwierdzone raportami badań z niezależnego laboratorium.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie 7 - dotyczy pakietu 5 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra mikrobiologicznie czystego o wydajności nawilżania 26,8mg H₂O/l przy VT 500ml. Przestrzeń martwa 11ml Skuteczność filtracji względem NaCl o wyższych parametrach co potwierdza lepszą skuteczność NaCl $\geq 98,09\%$. Opakowanie folia-folia. Parametry potwierdzone raportami badań z niezależnego laboratorium.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 - dotyczy pakietu 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o wydajność nawilżenia 30,2mgH₂O/l przy VT 250 ml. Parametry potwierdzone raportami badań z niezależnego laboratorium. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 9 - dotyczy pakietu 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra o wydajności nawilżania 26mg/l przy VT 500ml Parametry potwierdzone raportami badań z niezależnego laboratorium. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 - dotyczy pakietu 5 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra, którego minimalna objętość oddechowa jest 150ml. Objętość 42ml i waga 23g.

Proszę o odstąpienie wymogu wydajności nawilżania 9mgH₂O przy VT 500ml. W formularzu ofertowym oczekiwany jest filtr bez wymiennika ciepła i wilgoci co wyklucza wymóg wydajności nawilżania. Parametry potwierdzone raportami badań z niezależnego laboratorium. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wydajności nawilżania 9mgH₂O przy VT 500ml. Zamawiający modyfikuje opis minimalnych parametrów techniczno – użytkowych wykreślając w pakiecie 5 poz.6 pkt. 2

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych
Małgorzata Cierpka