



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego wraz z najmem: bezolejowej pompy próżniowej, 2 szt. aparatu do pomiaru ACT, generatora do litotrypsji dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej; znak sprawy:4WSzKzP.SZP.2612.58.2023

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz.1710 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 4 - Dotyczy Zadania nr 9 - Ze względu na dotychczasową współpracę, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie **równoważnego rozwiązania w stosunku do kuwet i aparatów opisanych w SIWZ, (lecz nowszej generacji) – z zachowaniem WSZYSTKICH wymogów dotyczących serwisu/napraw/gwarancji:**

APARATY OD AMERYKAŃSKIEGO PRODUCENTA i produkowane na terenie USA:

- Aparat do przyłózkowych pomiarów krzepliwości z krwi pełnej, i/lub z cytrynianem – do wyboru (możliwość oznaczania ACT, PT, APTT) dostosowany do potrzeb pracowni kardiologii, onkologii, elektrofizjologii, kardiochirurgii, intensywnej terapii, bloków operacyjnych i chirurgii naczyniowej;
- Paski pomiarowe dedykowane do aparatu – każdy test pakowany osobno.
- Mała objętość próbki krwi do badania – WYMAGANA JEST TYLKO 1 KROPLA KRWI PACJENTA;
- Przenośny charakter aparatu – waga wraz z bateriami - 0,8kg
- Możliwość używania aparatu bez konieczności ładowania baterii do 24 godzin!
- Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
- Możliwość skanowania próbek za pomocą kodów kreskowych
- Czułość wykrywania niskich stężeń heparyny – do 3u/ml krwi
- Zakres pomiaru czasu krzepnięcia 6s –850 s;
- Krótki czas pomiaru
- Automatyczne wykonywanie auto-testu po włączeniu urządzenia
- Przejrzysty wyświetlacz LED DOTYKOWY
- Możliwość zapisania w bazie danych minimum 500 pacjentów
- Wbudowane testy kontroli na dwóch poziomach
- Dodatkowo: Możliwość podłączenia urządzenia do zewnętrznego komputera (system Windows) w celu archiwizacji badań oraz ich wydruku. Możliwość podłączenia za pomocą WI-FI lub kabla.

Dodatkowe atuty:

- brak konieczności przechowywania testów w okresie 14-dniowym DO 14 DNI
- testy wyjęte z lodówki mogą być od razu użyte, nie ma konieczności ich ogrzewania jak w pierwotnie wymaganym SIWZ
- dodatkowym atutem jest bezsprzecznie możliwość wykonania testu, nawet w przypadku przelania ilości krwi (wymagana 1 kropelka) – w przeciwieństwie do testów pierwotnie wymaganym SIWZ, który to test po przelaniu nie wykona już pomiaru i poprosi o nowy test.



Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

*Z upoważnienia Komendanta
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk*