

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Szpital Miejski w Piekarach Śląskich

p.w. św. Łukasza

ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie


KRS nr 0000351024, NIP: 498-024-81-12

kapitał zakładowy 90.695.000,00 zł

www.szpital.piekary.pl

e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl

tel. 32 39-38-100, fax 32 39-38-101



Piekary Śląskie, dn. 20.02.2023 r.

ZP - 6/2023

Wyjaśnienia treści SWZ do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pomieszczeń i zakup sprzętu dla Pracowni Bronchofiberoskopii w Piekarskim Centrum Medycznym Sp. z o. o dla leczenia pacjentów z powikłaniami pulmonologicznymi po przebytych zakażeniu Covid-19 w celu zapobiegania, zwalczania oraz przeciwdziałania Covid-19”

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie 1 – dot. załącznik nr 1 B (pakiet nr 2 AUTOMATYCZNA MYJNIA - DEZYNFEKTOR DO ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH - 1 SZTUKA, poz. 56)

W związku z tym, iż do prawidłowej pracy myjni endoskopowej wystarczająca jest woda zmiękczona prosimy o wykreślenie wskazanego punktu. Stacja uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy znacznie podwyższy koszt oferty przetargowej. Wykonawca wraz z myjnią dostarczy opisany w pkt. 55 system zmiękczenia wody z systemem trójstopniowej filtracji.

Odp.: Zamawiający wykreśla poz. 56 (w załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany w tym zakresie załącznik Nr 1 B do SWZ – pakiet nr 2 – automatyczna myjnia (...)).

Pytanie 2 – dot. SWZ rozdział III, pkt. 4 (pakiet nr 2, Szafa do przechowywania endoskopów)

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaferowania urządzenia będącego wyrobem medycznym. Od dnia 26 maja 2021 r., szafy do suszenia i przechowywania endoskopów nie są już objęte definicją wyrobu medycznego określoną w Rozporządzeniu o Wyrobach Medycznych 2017/745 (MDR). Potwierdza to również norma ISO EN-16442:2015, która stwierdza, że szafy nie są uważane za urządzenia medyczne.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PROKURENT

Izabela Bacik

mgr Marcin Baron