



Uprawniony do wykonywania samodzielnej funkcji  
 Kierownika budowy w specjalności: instalacyjnej  
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych,  
 kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych  
 Upr. bud. 38/2000; 856/2000  
 31-965 Kraków, os. Sportowe 12/10

**PRELIMINARY**

**POSITION MAGNET**  
 KRAKOW  
 SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. J. J. J.  
 TOSHIBA VANTAGE TITAN 15T

Scale 1:50  
 Size A4  
 European  
 Unit mm  
 30  
 Page 2  
 Rev. A

EXAMINATION ROOM.  
 FINISHED STRUCTURAL FLOOR MUST BE WATERPROOFED, DRY,  
 (MAX. MOISTURE CONTENT OF SUBSTRUCTURE <9%)  
 FLAT & LEVEL WITHIN 2.5mm, MAX. 5mm TOTAL

Rev.	A	B	C	D	E	F
	15.10.2013-CC					



PR. Enclosure and Magnetic Shielding  
 TEL: +41-62-209 40 20  
 FAX: +41-62-209 40 23  
 www.medco-shielding.com

Drawing No. 5456.001