

Wołów, 11.10.2022 r.

12/PCM/2022/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 16

Dotyczy: postępowania nr: 12/PCM/2022/ZP/A **Dostawa aparatu RTG wraz z detektorami i oprogramowaniem, adaptacją pomieszczeń i przeszkoleniem personelu.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Dotyczy Pracownia szpital – Uniwersalny stół diagnostyczny pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat RTG ze stołem diagnostycznym o minimalnej wysokości blatu od podłogi 55 cm? Proponowana przez nas wysokość jest w większości stosowana w aparatach RTG dostępnych na rynku i jest wystarczająca do bezproblemowego użytkowania przez pacjentów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Zamawiający wymaga integracji nowego systemu PACS, RIS z systemem HIS firmy Kamssoft. Integracja PACS, RIS z Kamssoft pozwoli na wymianę danych pomiędzy tymi systemami. Wysyłka do p1 powinna odbywać się bezpośrednio z poziomu systemu HIS. Prosimy o potwierdzenie że wysyłka do p1 będzie się odbywała z poziomu systemu Kamssoft.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, wysyłka danych do p1 będzie odbywała się z poziomu systemu Kamssoft.





Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

www.pcmwołow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wołow.pl

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Piotr Burdach

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wołow.pl