



Poznań, 4 października 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

Nasz znak: AD-O.272.21.2022

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet IX, załącznik nr 10 do SWZ

Pytanie nr 1: „Zamawiający będzie sterylizował w autoklawie materiał po badaniach mikrobiologicznych (drobnoustroje I i II grupy szkodliwych czynników biologicznych). Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby autoklaw był wyposażony w filtr powietrza wylotowego, przeznaczony do sterylizacji materiału zakaźnego?”

Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający uzna za równoważną pokrywę autoklawu, która będzie zabezpieczona izolacyjnie przed nagrzewaniem się? Wymóg, aby pokrywa nie nagrzewała się i była bezpieczna dla operatora zostanie spełniony.”

Pytanie nr 3: „Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy poprzez sformułowanie „ciecz przypadkowo rozlana nad autoklawem” rozumie „ciecz przypadkowo rozlana nad komorą autoklawu”? Co do zasady ciecz, która zostanie rozlana nad autoklawem



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

(nad urządzeniem) w każdym przypadku spowoduje zalanie jego zewnętrznych części i komponentów, w tym również drukarki.”

Pytanie nr 4: „Zamawiający wymaga aby otwieranie i zamykanie pokrywy autoklawu odbywało się automatycznie. Czy dla jeszcze większego ułatwienia otwierania i zamykania pokrywy Zamawiający wymaga, aby pokrywa posiadała wgłębienia, dla wygodnego chwytania jej podczas otwierania/zamykania komory?”

Odpowiedź nr 1 – 4: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 10 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu wykonania Zamówienia dla Pakietu IX do 23.12.2022 r.?”

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji SWZ. Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia dostawa, zainstalowanie, w tym, jeżeli urządzenie tego wymaga podłączenie do instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu laboratoryjnego w terminie nie dłuższym niż do **9 grudnia 2022 r.**

z up. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KIEROWNIK
Zespołu ds. Administracyjnych

mgr Lidia Zuberzchowska-Cerek

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl