



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/88/19

Sucha Beskidzka, dnia 07.01.2020r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (IV)

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 3 dni roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych oraz do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części (...)” ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1c)

Rozwiązanie umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dniowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu poprzez dodanie zastrzeżenia: jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 2 ust.1 niniejszej umowy.

Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zad. 7. kardiomonitoring noworodkowe

5. Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, natomiast powrót do ekranu głównego oraz trendy dostępne są za pomocą przycisków ekranowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza

6. Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 6 krzywych z odpowiadającymi wartościami parametrów lub 5 krzywych z odpowiadającymi im wartościami parametrów i pasek z 4 parametrami cyfrowymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zad. 9. inkubatory zamknięte

7. Pkt. 18 Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru szerszy zakres regulacji nawilżania, tj. 30-95%?

Odp. Zamawiający uzna za spełnienie parametru.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczowski

Kierownik
Działu Zarządzania Publicznych
mgr Sabina Steczek