

Piekary Śląskie, dn. 26.09.2023 r.

ZP - 14/2023

**Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę gazów medycznych oraz technicznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

- 1) Pakiet 1, poz. 2 i 4 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli z tlenem medycznym pełnionych na 200 bar o zawartości gazu odpowiednio: 2 l (0,43 m³), 10 l (2,1 m³)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że butla jest przystosowana do ciśnienia 200 bar.

- 2) Pakiet 1, poz. 8 Pakiet 2, poz. 5 - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki przy oszacowaniu zapotrzebowania na legalizację butli będących własnością Piekarskiego Centrum Medycznego? Zgodnie z naszą wiedzą - jako obecnego dostawcy - legalizacje butli Zamawiającego wykonywane są na bieżąco i istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo potrzeby legalizowania większości opakowań na tlen medycznych i wszystkich butli na medyczny podtlenek azotu. Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie realnych potrzeb placówki w skali 12 miesięcy.

Odp.: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy Załącznika Nr 1 A do SWZ, który przekazuje w załączeniu do nn. pisma.

PK

- 3) §3, ust. 6 - W celu wyeliminowania zaistniałej nieprawidłowości w postaci sztucznego zawyżanie wartości przetargu Wykonawca wnosi o ponowne oszacowanie realnego zapotrzebowania na poszczególne produkty oraz usługi i zmianę zapisu §3, punkt 6 Wzoru umowy na: „Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, że świadczenie Wykonawcy zrealizowane zostanie na minimalnym poziomie 60 % wartości umowy, o której mowa w §5, ust. 3 Wzoru umowy.” Wykonawca zwraca uwagę, że ceny oferowanych produktów są dostosowane również do wielkości szacunkowego zapotrzebowania wskazanego w formularzach asortymentowo cenowych, a obecne zapisy umowy utrudniają prawidłowe oszacowanie ceny oraz wielkości zamówienia, które Zamawiający zrealizuje. Jednocześnie Wykonawca przypomina, że w przypadku podejrzenia prawdopodobieństwa konieczności zwiększenia zapotrzebowania w ciągu trwania umowy Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu tzw. „prawa opcji”, wówczas powinien uwzględnić je w specyfikacji postępowania oraz w formularzach asortymentowo cenowych, o co wnioskujemy. W przypadku skorzystania z prawa opcji i wyszczególnieniu w formularzach cenowych związanego z nim zapotrzebowania, prosimy o dodanie do umowy zapisu: PRAWO OPCJI:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw przedmiotu umowy z prawem opcji w zakresie zwiększenia ilości szacunkowej określonej w załączniku nr 1 o .. %.
 2. Zwiększenie ilości dostaw uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego.
 3. Maksymalna wartość dostawy brutto z uwzględnieniem prawa opcji w zakresie zwiększenia ilości dostaw wynosi zł.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji opcji do końca trwania umowy.
 5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zapis § 3 ust. 6 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „6. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia na przedmiot zamówienia zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, że świadczenie Wykonawcy zrealizowane zostanie na minimalnym poziomie wynoszącym 60 % wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 3.”

- 4) §3, ust. 7 - W związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy przekazują odbiorcy produkty butlowe wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw. Wykluczone jest dostarczanie produktów w opakowaniach butlowych bezpośrednio do pomieszczeń w budynkach Zamawiającego oraz pozostawienie pojazdu, którym wykonywane są dostawy bez nadzoru. Ta sama zasada dotyczy również odbioru pustych butli. Prosimy o precyzyjne opisanie w §3, ust. 7 Wzoru umowy miejsc dostaw, z uwzględnieniem, że dostawy butli z gazami medycznymi (oraz odbiór pustych opakowań) będą realizowane do wyznaczonej, bezpiecznej strefy dostaw znajdującej się na zewnątrz - bez konieczności wnoszenia butli do wewnątrz budynków i pomieszczeń Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zapis § 3 ust. 7 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „7. Dostawy będą dostarczone do Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., przy ul. Szpitalnej 11 w Piekarach Śląskich - wjazd od ulicy Janty (dot. pakietu nr 1, 2, 3, 5, 6, 7) wraz z wyładunkiem pełnych butli i załadunkiem butli pustych na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz do Przychodni Rejonowej nr 1, przy ul. Piłsudskiego 5 w Piekarach Śląskich (dot. pakietu nr 4). Dostawy butli z gazami medycznymi (oraz odbiór pustych opakowań) będą realizowane do bezpiecznej strefy dostaw znajdującej się na zewnątrz - przed budynkiem magazynu butli pustych i pełnych. Ubezpieczenie na czas transportu do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.”

- 5) §3, ust. 18 - Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie gazów odpowiadających standardom jakościowym, których wymaga Zamawiający, za prawidłowy stan opakowań przeznaczonych w dzierżawę oraz prawidłowo zrealizowanej usłudze legalizacji butli będących własnością Zamawiającego. Wykonawca nie może odpowiadać za sytuacje na które nie ma wpływu takich jak sposób w jaki Zamawiający będzie używał dostarczonych butli (zwłaszcza butli będących własnością Zamawiającego). Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłową eksploatację butli przez Zamawiającego, które mogą skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia oraz zanieczyszczeniem gazu znajdującego się w opakowaniu. W związku z powyższym oraz w celu traktowania obu Stron umowy w sposób równy i sprawiedliwy wnosimy o zmianę zapisu §3, ust. 18 Wzoru umowy na: „Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone komukolwiek podczas dostawy gazów w butlach będących przedmiotem umowy oraz odbioru pustych opakowań oraz jakości dostarczonego gazu znajdującego się wewnątrz z wyłączeniem sytuacji na które nie ma wpływu, tj. nieprawidłowy sposób w jaki Zamawiający będzie eksploatował dostarczone

butle, które mogą skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia oraz zanieczyszczeniem gazu znajdującego się w opakowaniu.”

Odp.: Zamawiający informuje, iż zapis § 3 ust. 18 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone komukolwiek podczas dostawy gazów w butlach będących przedmiotem umowy oraz odbioru pustych opakowań oraz jakość dostarczonego gazu znajdującego się wewnątrz z wyłączeniem sytuacji na które nie ma wpływu, tj. nieprawidłowy sposób w jaki Zamawiający będzie eksploatował dostarczone butle, które mogą skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia oraz zanieczyszczeniem gazu znajdującego się w opakowaniu.”

- 6) §3, ust. 20 - Zgodnie z wiedzą Wykonawcy Zamawiający posiada dwa zbiorniki na ciekły tlen medyczny, natomiast w związku z brzmieniem §3, ust. 20 Wzoru umowy, wnioskujemy że dostawy mają być zrealizowane do jednego zbiornika, w związku z tym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz wskazanie parametrów technicznych zbiornika/ zbiorników na ciekły tlen medyczny, którego będą dotyczyły dostawy, tj.: pojemności, rodzaju przyłącza, ciśnienia pracy zbiornika oraz udostępnienie karty danych technicznych, zbiornika/ zbiorników, do którego/ których będą realizowane dostawy ciekłego tlenu medycznego. Powyższe pytanie wnioskujemy również z uwagi na infrastrukturę terenu, na którym znajdują się zbiorniki Zamawiającego, gdzie dostawy ciekłego tlenu medycznego mogą być realizowane jedynie autocysterną typu solo, o ładowności cieczy 6-8 ton.

Odp.: Zamawiający informuje, iż posiada dwa zbiorniki: jeden o pojemności 10 t i drugi o pojemności 6 t. Ze względu na infrastrukturę dostawy mogą się odbywać jedynie autocysterną. Jednorazowo tankowanie będzie się odbywać do jednego lub do drugiego zbiornika. Zamawiający nie przewiduje równoczesnego tankowania dwóch zbiorników na tlen ciekły. Opis techniczny zbiorników Zamawiający przekazuje w załączeniu do nn. pisma.

- 7) §3, ust. 20, ppkt d) - Prosimy o wskazanie, na którym zbiorniku Wykonawca powinien wykonać montaż systemu telemetrycznego, jednocześnie prosimy o uwzględnienie w pakiecie nr 1 dodatkowych pozycji dot.: montażu systemu telemetrii, dzierżawy miesięcznej systemu telemetrii. Z uwagi na bardzo dużą rozbieżność pomiędzy deklarowaną minimalną wartością realizacji umowy Wykonawca nie jest w stanie uwzględnić powyższych kosztów w cenie ciekłego tlenu, ponieważ dostawy mogą wynieść 37 500 do 150 000 kg.

Odp.: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy § 3 ust. 20 projektowanych postanowień umowy poprzez wykreślenie zapisów pkt d).

- 8) §3, ust. 2, ppkt a) - Z uwagi na specyfikę działania telemetrii możliwość dokonania dostaw musi być nieprzerwana. Prosimy o zmianę zapisu §3, ust. 2, ppkt a) na: „całodobowo: 24h/ 7 dni w tygodniu – w zakresie ciekłego tlenu medycznego (pakiet nr 1)”. W przypadku braku możliwości zmiany powyższego zapisu prosimy o zrezygnowanie z wymogu zamontowania systemu telemetrycznego.

Odp.: patrz odp. na pytanie nr 7.

- 9) §6, ust. 6 - Wnosimy o zmianę zapisu §6, ust. 6 Wzory umowy na: „Strony dopuszczają przesyłanie faktur elektronicznych na adres Zamawiającego:..... Faktury będą wysyłane z adresu Wykonawcy:”

Odp.: Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail.

- 10) §6, ust. 7 - Z uwagi na różnice w klasyfikacji składowych przedmiotu postępowania (produkty lecznicze, wyroby medyczne, usługi np. legalizacja) oraz różnice związane z ich dystrybucją, a w konsekwencji sposób ich fakturowania wnosimy o zmianę zapisu §6, ust. 7 na: „Wykonawca będzie wstawiać Zamawiającemu faktury raz w miesiącu (na oddzielnych fakturach dla każdego pakietu), najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca następnego, które obejmować będą wszystkie dostawy zrealizowane w całym poprzednim miesiącu kalendarzowym.”

Odp.: Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

- 11) §8 - Z uwagi na rażąco nieproporcjonalne różnice pomiędzy minimalną wartością wykorzystania umowy (25%), a maksymalną wartością kar umownych (30%) Wykonawca przypomina, że maksymalna wysokość kar umownych nie powinna prowadzić do zarobkowania po stronie Zamawiającego na realizacji danego kontraktu. W związku z powyższym wnoskujemy o zmianę treści paragrafu §8 przez wprowadzenie postanowień dot. naliczania kar umownych od części zamówienia, którego rzeczywiście dotyczy naruszenie umowy, za które zastrzeżona jest kara lub od niezrealizowanej części umowy, a nie od całości: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- 1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto niedostarczonej partii dostawy licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

- 1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 kary w wysokości 1 % wartości brutto nie dostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
- 1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 - 23 umowy, kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 3 w zakresie przedmiotu pakietu, którego dotyczy naruszenie.
- 1.4. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wartości brutto, określonej w § 5 ust. 3, niezrealizowanej części (dla każdego pakietu odrębnie) w tym za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w trybie wskazanym w § 10 ust. 6.
- 1.5. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5 % wartości brutto, określonej w § 5 ust. 3, niezrealizowanej części umowy w zakresie przedmiotu każdego pakietu odrębnie.
- 1.6. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 11 ust. 10, w wysokości 0,1 % należnej kwoty za każdy dzień zwłoki. Za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom przyjmuje się okres 30 dni licząc od daty zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dokonany przez Zamawiającego.
2. Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może być większa niż 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 3 niniejszej umowy w zakresie przedmiotu każdego pakietu odrębnie. W przypadku, gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy wartość, o której mowa w zd. 1 Stronom przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy za zasadach określonych w treści § 10 ust. 6 z zachowaniem uprawnienia do naliczenia stosownej kary umownej.
4. W przypadku gdy wartość powstałej szkody przekroczy wartość naliczonych kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

12) Pakiet nr 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 1.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy postępowanie jest już ogłoszone na platformie „e-zamowienia” nie ma możliwości zmiany ogłoszenia w zakresie zwiększenia / zmniejszenia liczby zadań częściowych.


Zamawiający informuje jednocześnie, iż przesunięciu ulega:

- 1) termin składania ofert – na dzień 04.10.2023 r., godz. 9:00
- 2) termin otwarcia ofert – na dzień 04.10.2023 r., godz. 9:05.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

mgr Małgorzata Smoleń

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

mgr Marcin Baron

