



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat
Centrala
Fax
e-mail:
67 210 62 05
67 210 66 66
67 212 40 85
kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 12.06.2024 roku

FZP.III-241/54/24

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „SIATKI DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI I NIETRZYMANIA MOCZU”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:


Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm ;porowatość max.: 2314 μm ;grubość taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm , gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) która zapewnia optymalną wytrzymałość we wszystkich kierunkach oraz zapobiega deformacji i zwijaniu się taśmy ?
oraz komplet igieł spiralnych prawa lewa wielorazowego użytku do implantacji przez otwory zastonione?
Uzasadnienie Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2.

Pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę ginekologiczną stosowaną do zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej leczenia obniżenia narządu rodne. Siatka ta wykonana jest techniką dziewiarską z zastosowaniem polipropylenu monofilamentowego w kolorze transparentnym oraz niebieskim, o grubości 0,10 mm. Wyrób ten posiada sześć ramion – dwa ramiona ułożone są prostopadle do długości wyrobu, a cztery równoległe do długości wyrobu. Typ ten zaleca się stosować u pacjentek z objawami takimi jak rectocele i enterocele oraz obniżenie macicy lub sklepienia pochwy po histerektomii.
Wyrób wyjałowiony w procesie sterylizacji EO. Opakowanie jednostkowe koperta zawiera wyrób zapakowany w podwójny rękaw papier-folia z etykietą i instrukcją użytkowania.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3.

Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści siatkę ginekologiczną stosowaną do zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej leczenia obniżenia narządu rodno. Siatka ta wykonana jest techniką dziewiarską z zastosowaniem polipropylenu monofilamentowego w kolorze transparentnym oraz niebieskim, o grubości 0,10 mm. Wyrób ten posiada cztery ramiona – ułożone równoległe do długości wyrobu.

Typ ten zaleca się stosować u pacjentek z objawami takimi jak cystocele.

Wyrób wyjałowiony w procesie sterylizacji EO. Opakowanie jednostkowe koperta zawiera wyrób zapakowany w podwójny rękaw papier-folia z etykietą i instrukcją użytkowania.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4.

Pakiet 4: Czy Zamawiający dopuści taśmę z narzędziem wielorazowego użytku, które może być sterylizowane z innymi narzędziami stosowanymi w zabiegu i tym samym nie podwyższa kosztu sterylizacji, eliminując przy tym koszt utylizacji narzędzi jednorazowych?

Czy Zamawiający dopuści produkt o poniższych parametrach? Taśma urologiczna wytwarzana techniką dziewiarską z transparentnej monofilamentowej przędzy propylenowej, na obydwu końcach zaopatrzona w uchwyty z przędzy monofilamentowej w kolorze niebieskim, pozwalające na bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, a także dobrą widoczność w polu operacyjnym. Każdy uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem w postaci rurek termokurczliwych. Masa powierzchniowa taśmy (bez uchwytów) 65-75 g/m², szerokość taśmy 1,1 cm +/- 0,2 cm, grubość nitki 0,16 mm, powierzchnia porów ok. 5,9 mm² długość taśmy (bez uchwytów) 45 cm (+/- 3 cm) lub 60 cm (+/- 3 cm). Taśma charakteryzuje się bezpiecznymi, atraumatycznymi brzegami, niską masą liniową, biostabilnością, dzięki czemu nie traci właściwości fizycznych podczas długotrwałego kontaktu z tkankami i płynami ustrojowymi, porowatą strukturą minimalizującą ryzyko infekcji bakteryjnej, optymalnie opracowaną strukturą przestrzenną, gdzie wielkość porów umożliwia szybkie przerastanie tkanką łączną. Taśma urologiczna przeznaczona jest do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet metodami TVT i TOT, które umożliwiają beznapięciowe założenie implantów syntetycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5.

Dot. SWZ : Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Prawo polskie nie nakłada na wykonawcę obowiązku podawania numeru postępowania na pełnomocnictwie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w §8 st. 1 . wzoru umowy na 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 8 ust. 1 ?

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości

wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „4 dni” zostało zastąpione wyrażeniem „7 dni”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody