



Słupsk dnia 02. 03. 2023 r.

Numer sprawy nr: **SE-407/10/23**

**Wykonawcy w postępowaniu**

### **Odpowiedzi na zadane pytania**

dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie **zaptania ofertowego na usługę serwisowania apartury medycznej.**

W dniach 01-02 marca 2023 r. Zamawiający otrzymał pytania dot. Opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

**1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK12/15 (poz. 14-31) i urządzeń LUCAS (poz. 85-96) oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z użytku defibrylatorów LIFEPAK12 w przypadku braku możliwości naprawy? Wsparcie techniczne dla tych urządzeń zostało już zaprzestane i nie gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych/ akcesoriów. Takie działanie pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis techniczny.

**Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

**2.** Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK oraz urządzeń LUCAS zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

**Odp. Zamawiający dopuszcza na zasadach równoważności.**

**3.** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK/LUCAS w jednym terminie? Jeżeli nie to w jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy urządzeń LIFEPAK/LUCAS? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.

**Odp. Zgodnie z zaleceniami producenta.**

**4.** Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych do urządzeń LIFEPAK/LUCAS oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza na zasadach równoważności.**

**5.** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw urządzeń LIFEPAK/LUCAS w siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

**6.** Czy Zamawiający wymaga użycia dedykowanego przez Producenta smaru dla urządzeń LUCAS, który jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu technicznego? Nienasmarowanie śruby poruszającej tłokiem może doprowadzić do zatarcia silnika.



**Odp. Zgodnie ze standardem przeglądów**

7. Czy Zamawiający wymaga używania dedykowanego oprogramowania służącego do przeprowadzenia prawidłowo procesu kalibracji położenia tłoka dla urządzeń LUCAS? Pozwala to na odczyt danych z urządzenia, takich jak liczba użyć akumulatora.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

8. Pytanie dotyczące Załącznika nr 1 II. Opis przedmiotu zamówienia pnkt 2 podpunkt b. Proszę o doprecyzowanie. Jeżeli pod pojęciem naprawy należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości działania sprzętu poprzez wymianę uszkodzonych części to oznacza to, że wyceniając koszty na naprawy wyceniamy samą czynność wymiany czy też koszty zakupu części zamiennych ?

**Odp. Zamawiający oczekuje wyliczenia szacunkowego na naprawy w wysokości 20% od wartości wyliczonych przeglądów aparatury oraz sprzętu medycznego w załączniku nr 2.**

*Zamawiający:*