



WSPRiTS/ZP/101/2024  
ZP.261.13.2024

Warszawa, dnia 27 marca 2024 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w TED Nr 2024/S 048-141098 z dnia 07.03.2024 r. na zakup akcesoriów i wyposażenia do sprzętu medycznego [Nr postępowania: 13/ZP/2024].**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Dotyczy Części 2 „Akcesoria do defibrylatorów Zoll”:**

**1) PYTANIE: dot. poz. 6** - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie dokładnie akcesorium zostało opisane w pkt 6 jako: „Kabel/łącznik dla ZOLL X-Series do zasilania defibrylatora”. Zamawiający oczekuje dostarczenia zasilacza do defibrylatora (część podłączana do defibrylatora), czy samego kabla zasilającego sieciowego (część podłączana do gniazdka)? Jeżeli Zamawiający oczekuje dostawy zasilacza, prosimy również o doprecyzowanie, czy oczekuje zasilania AC czy DC.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający precyzuje, że miał na myśli kabel zasilający między uchwytem, a defibrylatorem ZOLL X-Series.

### **Dotyczy Części 3 „Akcesoria do respiratorów Medumat i urządzeń Corpuls”:**

**2) PYTANIE: dot. poz. 9** - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie mankietu wielorazowego do defibrylatora Corpuls 3, zakres ramienia 40 - 55 cm, otyli. Nasza prośba wynika z faktu wprowadzenia nowych mankiety przez producenta. Różnica 2 cm obwodu nie będzie miała wpływu na praktyczne wykorzystanie mankiety, szczególnie że mankiety mniejsze (28 - 40 cm obwodu) będzie „zazębiał” się z tym mankiety.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mankiety wielorazowego do defibrylatora CORPULS 3, w zakresie 40-55 cm mierzącego NIBP dla pacjentów otyłych.

**3) PYTANIE: dot. poz. 3-14** - Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 3 do 14 dni jako parametru punktowanego za 0 pkt.?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje wymagany termin dostawy zgodnie z SWZ.

**Dotyczy Części 7 „Kable przedłużające i czujniki SpO2”:**

**4) PYTANIE: dot. poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści odpowiednik przewodu M-LNCS-RC 4 o dł. 2,2 m?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza zamienników oraz wymaga akcesoriów pracujących w technologii Masimo SET.

**5) PYTANIE: dot. poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści odpowiednik czujnika M-LNCS DCI, o dł. 1,1 m?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza zamienników oraz wymaga akcesoriów pracujących w technologii Masimo SET.

**6) PYTANIE: dot. poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści odpowiednik czujnika M-LNCS Inf, o dł. 0,9 m?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza zamienników oraz wymaga akcesoriów pracujących w technologii Masimo SET.

**7) PYTANIE: dot. poz. 6** - Prosimy o podanie 4-cyfrowego numeru ref. dotychczas użytkowanego kabla.

**ODPOWIEDŹ:** Numer referencyjny dotychczas użytkowanego kabla: 2501.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do nanieśnięcia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

*Sprawę prowadzi:*

Julia Wizlińska-Motyka

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Tel. /22/ 52 51 243