

Nr sprawy: 40/P/2024

Załącznik nr A3 do SWZ

### Specyfikacja techniczna

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera do pomiarów 3D wzrostu guzów nowotworowych o poniższych wymaganiach**

Wymagania aparaturowe:

1. Skaner guzów wraz z niezbędnym wyposażeniem
2. Laptop wraz z oprogramowaniem
3. Zakres pomiarowy (X-Y): 25-25 mm
4. Zakres pomiarowy (X-Y-Z):  $\leq 20-20-20$  mm
5. Dokładność pomiaru 3D:  $<0,3$  mm
6. Czas przechwytywania stereo, około 0,1 s
7. Minimalna rozdzielczość kamery: 1600 x 1200 pikseli,
8. Minimalna rozdzielczość projektora: 300 x 300 pikseli,
9. Odległość robocza kamera / projektor: max, 50 mm,
10. Gwarancja min. 24 miesiące
11. Zamawiający wymaga przeprowadzenie szkolenia z użytkowania urządzenia w terminie uzgodnionym w siedzibie Zamawiającego.