



# WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

ul. Ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50  
NIP 554-22-12-161 REGON 001044962 KRS 0000002035  
[www.wspr.bydgoszcz.pl](http://www.wspr.bydgoszcz.pl) e-mail [sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl](mailto:sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl)

Bydgoszcz, dnia 12 sierpnia 2022 r.

DOZ.240.7.2022

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*Dotyczy: postępowania przetargowego na „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, sprzętu diagnostycznego, materiałów opatrunkowych na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”*

*Numer ogłoszenia: 2022/S 145-412183; data ogłoszenia: 29.07.2022 r.*

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ w Części 2 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku, w niżej wskazanym zakresie:

### **Pytanie nr 1**

Część 1, pozycja 3-6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 2**

Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH6?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie nr 3**

Część 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH4 o powierzchni satynowej (zmrożonej)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie nr 4**

Część 1, pozycja 16-19

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne w opakowaniu a'50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 5**

Część 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 6**

Część 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści pęsete o długości 13cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Pytanie nr 7**

Część 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z kontrastującym, białym tłokiem o skali rozszerzonej do 2,2 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 8**

Część 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z kontrastującym, białym tłokiem o skali rozszerzonej do 5,5 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 9**

Część 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z kontrastującym, białym tłokiem o skali rozszerzonej do 11 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 10**

Część 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z kontrastującym, białym tłokiem o skali rozszerzonej do 22 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 11**

Część 1, pozycje 28-30

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 12**

Część 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.**Pytanie nr 13**

Część 1, pozycja 32-33

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające pojedynczą, wyraźną skalę pomiarową?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza dla pozycji 32, dopuszcza dla pozycji 33.**Pytanie nr 14**

Część 1, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści kaniule 0,6 x 19 mm wykonane z FEP bez automatycznego mechanizmu zabezpieczającego końcówkę igły przed zakłuciem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie nr 15**

Część 1, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,1 x 32 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.**Pytanie nr 16**

Część 1, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,3 x 45 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Pytanie nr 17**

Część 1, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,7 x 45 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 18**

Część 1, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 2,0 x 45 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 19**

Część 1, pozycja 42-44

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki z kolorową (kolorystyczne oznaczenie rozmiaru łącznika), nieprzezroczystą końcówką?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20**

Część 1, pozycja 42-44

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki z kolorową (kolorystyczne oznaczenie rozmiaru łącznika), półprzezroczystą końcówką?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 21**

Część 1, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści osłonki w opak. zbiorczych a'800 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 22**

Część 2, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści maskę z rezerwuarem tlenowym posiadająca silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza z drenem o długości 2,1 m, który nie został ujęty w zapytaniu.

**Pytanie nr 23**

Część 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę 6Fr dla rurek od 2,0 do 4,0 oraz 10Fr dla rurek od 4,5 do 6,5?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 24**

Część 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę 10Fr dla rurek od 4,5 do 6,5 oraz 14Fr dla rurek od 7,0 do 10,0?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 25**

Część 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji jednorazowego użytku o następujących parametrach:

- wykonana z medycznego polietylenu niskiej gęstości LDPE o właściwościach poślizgowych
- zagięta i zaokrąglona końcówka umożliwia bezpieczną intubację bez uszkodzania tkanek miękkich
- optymalna elastyczność, sztywność oraz wzmocnienie na całej długości ułatwia prawidłowe wprowadzenie oraz bezpieczne usunięcie prowadnicy po zaintubowaniu pacjenta
- na wyrobie nadruk rozmiaru, średnicy oraz nazwa producenta
- korpus w jaskrawo żółtym kolorze zwiększającym widoczność prowadnicy w kanale rurki intubacyjnej
- wyraźna, czytelna skala co 1 cm



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

- dostępna w trzech rozmiarach i długościach
- nie zawiera PVC, lateksu oraz ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 26**

Część 2, pozycja 12-17

Czy Zamawiający dopuści rurkę z polipropylenowym blokerem zgryzu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27**

Część 2, pozycje 18-21

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez mankietu wykonane z elastycznego PVC zapewniającego dużą elastyczność rurki, z informacją o rozmiarze rurki w trzech miejscach: na łączniku oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28**

Część 2, pozycje 18-21

Prosimy o doprecyzowanie – czy nie doszło do omyłki odnośnie baloniku kontrolnego dla rurki intubacyjnej bez mankietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 2 do SWZ, w Części 2 – Sprzęt medyczny jednorazowego użytku, pozycje 18 – 21, nowy zapis w brzmieniu: „Jednorazowa wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, półprzezroczysta, bez mankietu z wyraźnie oznaczoną numeracją na korpusie, sterylna.”

**Pytanie nr 29**

Część 2, pozycje 22-26

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankiem uszczelniającym wykonaną z elastycznego PVC z informacją o rozmiarze rurki w czterech miejscach: na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30**

Część 2, pozycje 27-28

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z oznaczeniem rozmiaru na skrzydełkach?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 31**

Część 2, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1 l lub 2 l?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 32**

Część 2, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści czarna folię do zwłok o wymiarach 220 x 180 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 33**

Część 5, pozycja 1

Prośba o doprecyzowanie – jakiego wymiaru papieru do defibrylatora Lifepak oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź:** Wymiary 106,5 x 23



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Pytanie nr 34**

Część nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy w opakowaniu papier-folia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 35**

Część nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików pakowanych pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 36**

Część nr 6, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z prostymi brzegami?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 37**

Część nr 6, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z foli polietylenowej w rozmiarze 9,14 m x 2,5 cm na rolce?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 38**

Część nr 6, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z ząbkowanymi brzegami, z białej tkaniny, w rozmiarze 9,14 m x 2,5 cm na szpulce?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 39**

Część nr 6, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca pakowanego po 12 szt. z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 40**

Część nr 6, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca pakowanego po 12 szt. z podaniem ceny za 1 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 41**

Część nr 6, pozycja 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca zastępującego szwy chirurgiczne w rozmiarze 6 mm x 7,5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 42**

Część nr 6, pozycja 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra do mocowania kaniul pakowanego pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

**Pytanie nr 43**

Część nr 6, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 2,5 - 4,5 cm przeznaczony na podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 44**

Część nr 6, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 4 - 6 cm przeznaczony na głowa, ramię, podudzie, kolano?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 45**

Część nr 6, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o szerokości 5 - 9,5 cm przeznaczony na udo, głowa, biodro?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 46**

Część nr 6, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną włókninową?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 47**

Część nr 6, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną w rozmiarze 96 cm x 96 cm x 130 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 48**

Część 6, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny w kolorze białym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 49**

Część 6, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny w rozmiarze 4 cm x 4 m?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 50**

Część 6, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny w rozmiarze 6 cm x 4 m?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

*Sporządził(a): Anna Tomas*



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie