



*Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 21 maja 2024 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawa myjni dezynfektorów oraz maceratora dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie”. Nr sprawy: **12/TP/2024**.

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

1.

dotyczy – Macerator pkt. 7, 9

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą „czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Ad.1 Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

2.

dotyczy – Macerator pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające macerację przy użyciu 2 modułów tnąco-rozrywających gwarantujących rozdrabnianie najwyższej jakości?

Ad.2 Pozostaje jak w SWZ.

3.

dotyczy – Macerator pkt. 13, 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pojedynczą komorę maceracji - wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ścierki wielorazowe, lignina itp.)?

Ad.3 Pozostaje jak w SWZ.

4.

dotyczy – Macerator pkt. 15, 16, 17

Czy Zamawiający dopuści moc całkowitą urządzenia/silnika 0,4 kW, mocy pompy wody 115W? Taki silnik jest typowy dla maceratorów nowej generacji, zapewnia mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji.

Ad.4 Pozostaje jak w SWZ.

5.

dotyczy – Macerator pkt. 23, 24, 25, 27, 28, 34

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadającą obudowę (konstrukcję) ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa, o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: szer. 360mm x gł. 445mm x wys. 977mm (1253mm przy otwartej pokrywie), z poziomem hałasu 68dB +/-2dB, pojemnością zbiornika 10l dostosowaną do 10l zużycia wody na cykl?

Ad.5 Zamawiający dopuszcza.

6.

dotyczy – Macerator pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści macerator wyposażony w diody LED informujące o stanie urządzenia i fazie cyklu?

Ad.6 Zamawiający dopuszcza.

7.

dotyczy – Macerator pkt. 42, 44, 45, 46

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 42, 44, 45, 46 wymaganych parametrów?

Ad.7 Zamawiający nie odstąpi od w/w parametrów.

8.

dotyczy – Macerator

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej (górnej) części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia w przypadku maceracji nieodpowiednich materiałów (np. ścierki wielorazowe, lignina itp.)?

Ad.8 Zgodnie z SWZ.

9.

dotyczy – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby moc silnika była nie większa niż 0,4 kW? Taki silnik jest typowy dla maceratorów nowej generacji, zapewnia mały pobór prądu przy zachowaniu najwyższej efektywności maceracji.

Ad.9 Zgodnie z SWZ.

10.

dotyczy – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Ad.10 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11.

dotyczy – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Ad.11 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem oraz zmienia SWZ w rozdziale IV – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3, ppkt 3) i pkt. 6.

12.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 12, 15, 16, 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach szer. 600mm x gł. 650mm x wys. 940mm (1434mm przy otwartej pokrywie) nieznacznie różniących się od wymaganych, posiadające solidną konstrukcję - w całości wykonane ze stali nierdzewnej bez elementów z tworzywa sztucznego antybakteryjnego? Zgodnie z pozyskaną wiedzą myjnia dezynfektor o takich wymiarach jest możliwa do zainstalowania w każdym z brudowników.

Ad.12 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.

13.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 13, 25

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające dezynfekcję termiczną bądź chemiczno-termiczną, w którym po fazie mycia i dezynfekcji następuje chłodzenie komory zimną wodą oraz automatycznie otwarcie pokrywy przyspieszające wysychanie naczyń? Schładzanie zimną wodą po procesie dezynfekcji przyspiesza wysychanie naczyń i jest parametrem równoważnym do płukania ciepłą wodą, która nie odgrywa już żadnej roli w procesie dezynfekcji.

Ad.13 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.

14.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 12 dysz natryskowych (w tym 4 obrotowe) umieszczone wewnątrz komory, gwarantujące wysoką jakość mycia?

Ad.14 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.

15.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy całkowitej/ mocy generatora pary 3000W?

Ad.19 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.

16.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wymagające min przepływu wody 16l/min, 1bar?

Ad.16 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.

17.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści bardziej zaawansowane urządzenie posiadające 2 pompy dozujące, 3 programy mycia (standardowy, intensywny, sporobójczy), w którym wybór programu (uruchomienie) oraz zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywa się za pomocą przycisków nożnych co jest równoważne z czujnikami podczerwieni? 3 programy i dwie pompy są bardzo istotne z punktu widzenia epidemiologicznego, ponieważ dają możliwość zaprogramowania specjalnego programu w sytuacjach epidemii, jak również stworzenie programu do dezynfekcji chemiczno-termicznej.

Ad.17 Zamawiający dopuszcza zgodnie z powyższym zapisem.

18.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.), pkt. 32, 34, 38

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 32, 34, 38 wymaganych parametrów?

Ad.18 Zamawiający nie odstąpi od w/w parametrów.

19.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.)

Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby myjnia posiadała dedykowaną wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. bez konieczności uruchamiania cyklu. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu.

Ad.19 Zamawiający nie wymaga powyższej funkcjonalności.

20.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.)

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające automatyczne opróżnianie basenu o 180°? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz wygodę użytkownika.

Ad.20 Zamawiający nie wymaga powyższej funkcjonalności.

21.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.)

Czy Zamawiający wymaga aby komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych.

Ad.21 Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

22.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.)

Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłączając za rączkę, bez potrzeby ręcznego wylewania wydaliny ludzkiej obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory jak wymaga tego norma EN 15883? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o

przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu.

Ad.22 Zamawiający nie wymaga powyższej funkcjonalności.

23.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.)

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra 20l , pojemniki na dobową zbiórkę moczu, kosz na drobne elementy (np. pokrywki od kaczek) itp.?

Ad.23 Zgodnie z zapisami SWZ.

24.

dotyczy – Myjnia dezynfektor (3szt.)

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonane było w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304?

Ad.24 Zamawiający nie wymaga spełniania powyższego parametru.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień: 28 maja 2024r.

podpis elektroniczny