

Łódź, dn. 11.07.2023 r.

OXFORD POL Sp. z o.o.  
Pl. Zwycięstwa 2  
90-312 Łódź

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi  
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zakup pulsoksymetrów napalcowych.

nr sprawy **WOMPCPL.DTA.3310.ZP.7.2023**

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem w trybie postępowania przetargowego na Zakup pulsoksymetrów napalcowych, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania i wyjaśnienie treści SWZ.

**Pytanie 1 (pkt 3 tabeli Parametrów techniczno-użytkowych i wyposażenia)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetrów z rokiem produkcji 2020. Sprzęt będzie nowy, niepowystawowy, w pełni sprawny, objęty wymaganą min. 24 miesięczną gwarancją.

**Pytanie 2 (pkt 10 tabeli Parametrów techniczno-użytkowych i wyposażenia)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetrów z automatyczne wyłączeniem w ciągu 16 sekund od wyjęcia palca.

**Pytanie 3 (pkt 14 tabeli Parametrów techniczno-użytkowych i wyposażenia)**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu odporności na otaczające światło.



ISO 9001

---

OXFORD POL Sp. z o.o., 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2

KRS 0000143581

NIP 522-00-14-573

Wysokość kapitału zakładowego spółki: 782 000 PLN

REGON 010393380