



Zielona Góra 11.06.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. ) którego przedmiotem zamówienia są **Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego**, nr referencyjny: NZ.261.22.2024, TED: 2024/S 97-294738

## Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień oraz zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

### I. Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie 1

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) 10% niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 2) 1% wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 2 oraz w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnej dostawy,
- 3) 100 zł za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii aneksu, o którym mowa w § 3 ust. 11,
- 4) 1% wynagrodzenia podwykonawcy za brak zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 10,
- 5) 1% wynagrodzenia podwykonawcy za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 9.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### Pytanie 2

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącego limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 30%.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### Pytanie 3

##### Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 1:


Czy Zamawiający wymaga przyrządu do wielokrotnego pobierania płynów infuzyjnych i leków z butelki w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie stawia wymagań co do koloru.

**Pytanie 4**
**Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6?**

Siatkę w kształcie litery „Y” do fiksacji kikuta pochwy lub szyjki macicy w procedurach laparoskopowych lub laparotomii.

- Materiał: polipropylen monofilamentowy
- Gramatura siatki 45 g/m<sup>2</sup>
- Grubość siatki: 0,34 mm
- Wymiary: 2,5cm ( szerokość ramion) x 18 cm ( całkowita długość)



**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 pozycji nr 1 jałowego przyrządu jednorazowego użytku do bezigłowego pobierania i dostrzykiwania produktów leczniczych, posiadającego dwa filtry: filtr bakteryjny 3µm oraz filtr cząsteczkowy 5µm, posiadającego skuteczność bakteriobójczą >99,999% oraz okres ważności 4 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6**
**Zadanie nr 1 poz.1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do wielokrotnego pobierania płynów infuzyjnych i leków z butelki, zaopatrzonego w filtr bakteryjny 0,45 µm i filtr cząsteczkowy 5 µm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7**
**Zadanie nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym



- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Niesterylne
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 8**

**Zadanie nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2000ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 9**

**Zadanie nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następującej specyfikacji:

- Wykonany z medycznego PCV
- Worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną
- Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem
- zabezpieczonym zatyczką
- Bezigłowy port do pobierania próbek moczy
- Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia
- Komora pomiarowa o pojemności 500ml
- Filtr hydrofobowy w worku i komorze
- Worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml
- Komora kroplowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml
- Uniwersalny, zintegrowany wieszak
- Jednorazowego użytku
- Bezląteksowy
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie: folia/papier?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 10**

**Zadanie nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 4 z Zadania nr 3 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się w asortymencie opisanym w pozycjach 1-3.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie ma technicznej możliwości na wyłączenie.

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 1 Pytanie 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga przyrządu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, natomiast dopuszcza aby przyrząd posiadał filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, niewystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu i tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ.



**Pytanie nr 12**

**Pakiet 1 Pytanie 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zastawka powinna posiadać płaską powierzchnię pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję, uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce?

**Odpowiedź:** *Zamawiający potwierdza, że zastawka powinna posiadać płaską powierzchnię pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję, uniemożliwiającą cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce i tym samym zmienia załącznik nr 2 do SWZ.*

**UWAGA**

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

**II. Zawiadomienie o zmianie treści SWZ**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Miejsce, w którym zmieniana jest treść:**

W miejsce dotychczasowych załączników:

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny zadanie nr 1

wprowadza się:

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny zadanie nr 1\_PO ZMIANACH

**Prezes Zarządu**  
**Marek Działoszyński**  
(podpis na oryginale)

**ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowo-techniczny zadanie nr 1\_PO ZMIANACH

**Publikacja:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/926839>  
a/a NZ.261.22.2024