

Znak: ZOZ.V.010/DZP/21/19

Sucha Beskidzka dnia 25.04.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym**

INSTRUMENTARIUM DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a** tolerancje długości narzędzi chirurgicznych +/- 10 mm ? Pytanie wynika głównie z tego iż nie wszyscy wykonawcy posiadają te same długości tych samych wyrobów medycznych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Abrazji x 4

Czy Zamawiający dopuści w **załączniku nr 1a poz. 1** kleszcze haczykowate BRAUN o długości 25 cm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **załączniku nr 1a poz. 2** Sondę maciczną SIMS o długości 32 cm ?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Czy Zamawiający dopuści w **załączniku nr 1a poz. 5** skrobaczkę maciczną RECAMIER o długości 31 cm ?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Czy Zamawiający dopuści w **załączniku nr 1a poz. 8-10** skrobaczkę maciczną RECAMIER o długości 31 cm ?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Czy Zamawiający dopuści w **załączniku nr 1a poz. 38** Wziernik pochwy SCHERBAK o wymiarach 62 x 40 - 60 mm ?


Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **załączniku nr 1a poz. 38** Wziernik pochwy SCHERBAK o wymiarach 55 x 40 - 60 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **załączniku nr 1a poz. 40** tacę kontenera o wymiarach 405 x 255 x 30 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 41 tacę kontenera o wymiarach 405 x 255 x 50 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 42 matę silikonową o wymiarach 440 x 230 mm ? Mata posiada możliwość przycinania do wymaganego wymiaru.

Odp. TAK.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 42 matę silikonową o wymiarach 380 x 230 mm ?

Odp. TAK.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 42 matę silikonową o wymiarach 545 x 255 mm ?

Mata posiada możliwość przycinania do wymaganego wymiaru.

Odp. TAK.

Dot. Zestawu narzędzi dodatkowych do Abrazji

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1a poz. 1 kleszcze haczykowate BRAUN o długości 25 cm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 3 Wziernik pochwowy SCHERBAK o wymiarach 62 x 40 – 60 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 3 Wziernik pochwowy SCHERBAK o Wymiarach 55 x 40 – 60 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 4-5 skrobaczkę maciczna RECAMIER o długości 31 cm ?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 8 Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) o wymiarach 280 x 580 x 135 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 8 Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) o wymiarach 280 x 580 x 150 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 8 Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) o wymiarach 280 x 465 x 135 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 8 Pojemnik - kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) o wymiarach 274 x 585 x 138 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 8 tolerancje długości pojemnika – kontenera sterylizacyjnego +/- 10 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Zestawu do porodu x 10

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1a poz. 2 imadło Mayo Hegar o długości 180 mm ?

Odp. TAK.

Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1a poz. 5 Kleszcze naczyniowe Kocher (Ochsner) o dł. 160 mm ?



Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Dot. Zestawu narzędzi dodatkowych do porodu

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 1** imadło Mayo Hegar o długości 180 mm ?

Odp. TAK.

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 9** Kleszcze naczyniowe Pean o dł. 130 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dot. Zestawu do cięcia cesarskiego x 2

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 1** Hak FRITSCH , łopatką „siodłową” 43 x 51 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 1** Hak FRITSCH , łopatką „siodłową” 45 x 50 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 1** Hak FRITSCH o długości 24 cm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 3** kleszcze do polipów i tamponowania GROSS MAIER o długości 270 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 3** kleszcze do polipów i tamponowania GROSS MAIER o długości 250 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 7** pęsetę chirurgiczną o długości 200 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 9** Nożyczki Metzenbaum o długości 200 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 10** Nożyczki Standard o długości 200 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 12** imadło Mayo Hegar o długości 200 mm ?

Odp. Tak. Pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 13** Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester) o dł. 200 mm ?

Odp. TAK.

Czy Zamawiający dopuści w **Załączniku nr 1a poz. 18** Kleszcze naczyniowe Pean Nippon o dł. 160 mm ?

Odp. TAK.

Czy Zamawiający dopuści w **załączniku nr 1a poz. 19** tacę kontenera o wymiarach 405 x 255 x 30 mm ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści w **załączniku nr 1a poz. 20** matę silikonową o wymiarach 440 x 230 mm ?

Mata posiada możliwość przycinania do wymaganego wymiaru.



Odp. TAK.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 20 matę silikonową o wymiarach 380 x 230 mm ?

Odp. TAK.

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 1a poz. 20 matę silikonową o wymiarach 545 x 255 mm ?

Mata posiada możliwość przycinania do wymaganego wymiaru.

Odp. TAK.

z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Surochowie Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Sabina Dziurka

Chm