

Konin, 02.08.2024r.

WSZ-EP-9/940/2024

**Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty/
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /
ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT
W ZAKRESIE PAKIETU NR 11**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla Pracowni Leku Cytostatycznego”, nr sprawy WSZ-EP-9/2024

Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w zakresie Pakietu nr 11:
1) unieważnia czynność badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenia oferty KD Medical Polska Sp. z o.o., dokonaną w dniu 23.07.2024 roku,
2) przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenia oferty KD Medical Polska Sp. z o.o.:

W dniu 31.07.2024 roku Wykonawca KD Medical Polska Sp. z o.o. złożył pismo stanowiące wniosek o:

- unieważnienie czynności odrzucenia oferty KD Medical Polska Sp. z o.o. w zakresie Pakietu nr 11,
- powtórzenie czynności Zamawiającego związanych z badaniem i oceną oferty w zakresie Pakietu nr 11,

uzasadniając, iż oferta Wykonawcy KD Medical Polska Sp. z o.o. w zakresie Pakietu nr 11 poz. 1 jest zgodna z warunkami zamówienia określonymi w SWZ nr WSZ-EP-9/2024 i nie powinna podlegać odrzuceniu, ponieważ zaoferowana linia boczna z filtrem o numerze referencyjnym LNT106P2 /pakiet 11 poz. 1/ posiada objętość wypełnienia całego zestawu zgodnie z wymogiem Zamawiającego, tj. 4,2ml (na potwierdzenie przesyłane zostało oświadczenie producenta, zgodnie z którym produkt o nr referencyjnym LNT106P2 posiada pojemność wypełnienia 4,2 ml). Wskazana, w załączonym do oferty folderze, pojemność wypełnienia 2ml dotyczy wyłącznie filtra 0,2µm, a nie całego zestawu.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że zachodzi konieczność unieważnienia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenia oferty KD Medical Polska Sp. z o.o. w zakresie Pakietu nr 11.

Po zakończeniu czynności ponownego badania i oceny ofert Zamawiający niezwłocznie przekaze odrębnym pismem informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu nr 11.

Sporządziła: Żaneta Borowska