



D.25C/250/732/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **ZAKUP WYPOSAŻENIA DO TRANSPORTU ORAZ POBYTU SZPITALNEGO PACJENTA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. W LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/38-76rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 2

Dot. pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, jednocześnie zabezpieczającymi pacjenta na ¼ długości leża, barierki składane poniżej poziomu materaca?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 2

Dot. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści barierki boczne jednocześnie zabezpieczające pacjenta w każdej pozycji, również w pozycji siedzącej, nieporuszające się wraz z leżem przy regulowaniu segmentu oparcia pleców?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 2

Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści łóżko, które z uwagi na wygodę i szybkość obsługi sterowane jest za pomocą 1 pilota (zarówno dla pacjenta jak i personelu), służący do regulacji wszystkich funkcji elektrycznych łóżka (regulacja nachylenia segmentu pleców, ud, wysokości, funkcja przechyłów wzdłużnych, autokontur) z możliwością zawieszenia go na obu barierkach bocznych oraz szczytce łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 2

Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji autokontur, Trendelenburga i antyTrendelenburga sterowaną za pomocą pilota przewodowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 2

Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją do pozycji krzesła kardiologicznego uzyskiwana za pomocą 2 przycisków na pilocie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 2



znak: D25C/251/N/38-76rj/24

Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z mechaniczną funkcją CPR (dźwignia CPR oznaczona kolorem czerwonym); pilot z graficzną informacją o lokalizacji dźwigni CPR?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 2

Dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora dostępny w pilocie ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 2

Dot. pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści przewodowy pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny za pomocą kluczyka pracujący w 3 trybach: tryb blokady wszystkich funkcji, tryb personelu (zablokowana pozycja Trendelenburga), tryb pacjenta (dostępne wszystkie funkcje): regulacja oparcia pleców, regulacja wysokości leża, regulacja segmentu uda); diodowy wskaźnik trybu pilota umieszczony na pilocie informujący o wybranym trybie poprzez zmianę koloru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 2

Dot. pkt. 20 i 21 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku uruchamiającego dostępność funkcji i bez przycisku bezpieczeństwa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 2

Dot. pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez półki na pościel?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 2

Dot. pkt. 25 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 25 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza łóżko bez funkcjonalności opisanej w pkt. 25.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

INSPEKTOR
Bi. Zamówień Publicznych

Milena Żolnowska-Dampe