



WSzSL/FZ.381.40/24. 292 .2024

Legnica 12.06.2024 r.

## ZAINTERESOWANI

### Dotyczy:

**POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA DOSTAWĘ TESTÓW DO IDENTYFIKACJI BAKTERII I OZNACZANIA  
LEKOOPORNOŚCI, PODŁOŻA NA PŁYTKACH 90MM WRAZ Z NAJMEM APARATU DO  
TESTÓW, PODŁOŻY DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z NAJMEM  
APARATÓW**

**znak sprawy WSzSL/FZ-40/24**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

### WYKONAWCA NR 1

#### Pytanie nr 1

Dotyczy wzoru umowy § 3, ust. 5 pkt. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu dostarczenia ulotek wraz z dostarczaniem towarem w zamian za udostępnienie przez Wykonawcę strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać instrukcję/ulotkę dla określonego numeru katalogowego.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio modyfikuje treść SWZ.

#### Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy § 3, ust. 5 pkt. 1

Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany asortyment etykiet handlowych w języku polskim?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” oraz pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio modyfikuje treść SWZ.

#### Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy § 4

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dostarczanie faktury w formacie pdf



na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio modyfikuje treść SWZ.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 pkt. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisu dotyczącego prawa opcji. W dokumentach postępowania trudno znaleźć informację na temat wysokości opcji.

**Odpowiedź:**

W związku z tym, że w postępowaniu nie ma zastosowania prawo opcji, Zamawiający usunął z § 4 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy treść dotyczącą prawa opcji, która znalazła się tam omyłkowo.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy wzoru umowy § 6, ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę zapisów umowy z:

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w §3 ust. 1 i/lub w §3A ust. 2 i/lub w §3A ust. 4 - w wysokości 0,1% wartości netto asortymentu którego zwłoka dotyczy wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy,

2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 - w wysokości 0,3% wartości netto asortymentu którego zwłoka dotyczy wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy,

3) 300 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §2 ust. 2,

4) 100 zł za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §2A ust. 1,

5) 200 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §2A ust. 3.

2. Kary, o których mowa w ustępie poprzedzającym mogą być nakładane wielokrotnie i niezależnie od siebie.

na:

1. Zamawiającemu przysługują kary umowne:

1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do któregośkolwiek z terminów, o których mowa w §3 ust. 1 i/lub w §3A ust. 2 i/lub w §3A ust. 4 - w wysokości 0,1% wartości netto asortymentu którego zwłoka dotyczy wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy,

2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 - w wysokości 0,3% wartości netto asortymentu którego zwłoka dotyczy wskazanej w Załączniku nr 1 do umowy,

3) 150 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §2 ust. 2,

4) 50 zł za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §2A ust. 1,

5) 100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §2A ust. 3.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy załącznika 2A do SWZ, tabela I, pkt. 4 formularza asortymentowo-cenowego

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację wymagania z: „Suplement posiada oznakowanie CE IVD zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro” na: „Suplement posiada oznakowanie CE IVD zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC lub zgodnie z Rozporządzeniem 2017/746 dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro”

Uzasadnienie: Zmiana ta wynika z okresu przejściowego, w którym Dyrektywa 98/79/EC zastępowana zostaje Rozporządzeniem 2017/746 i przez określony czas oba dokumenty zachowują ważność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiednio modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ.



**Pytanie nr 7**

Dotyczy załącznika 2A do SWZ, tabela C, pkt 1 formularza asortymentowo-cenowego  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży z datą ważności 4-6 tygodni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy załącznika nr 2A do SWZ, tabela D, pkt 8 formularza asortymentowo-cenowego  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu opartego o wytyczne EUCAST v.13.1 z aktualizacją wersji wytycznych w trakcie trwania kontraktu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Składając ofertę wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie nr 9**

Dotyczy załącznika nr 2A do SWZ, tabela E, pkt 5 formularza asortymentowo-cenowego  
Czy Zamawiający wymaga, aby selektywność podłoży do hodowli grzybów zapewniana była przez dodatek antybiotyków (np. Tobramycyna, chloramfenikol) hamujących wzrost flory bakteryjnej w podłożu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ponad to, co opisał w pkt 5 Tabeli E Załącznika 2A do SWZ.

**Pytanie nr 10**

Dotyczy załącznika nr 2A do SWZ, tabela I, pkt 7 formularza asortymentowo-cenowego  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości szkoleń - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szkolenia dla 1 osoby z częstotliwością 1 szkolenie na rok?

**Odpowiedź:**

Zamawiający odpowiednio modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ doprecyzowując wymóg.

**Pytanie nr 11**

Dotyczy załącznika nr 2A do SWZ, tabela J, pkt 8 formularza asortymentowo-cenowego  
Czy Zamawiający dopuści podłączenie nowych aparatów do posiewów krwi z oprogramowaniem BD Epicenter (służącym do zarządzania danymi mikrobiologicznymi, zapewniającym możliwość tworzenia raportów mikrobiologicznych oraz epidemiologicznych dotyczących między innymi posiewów krwi, identyfikacji drobnoustrojów oraz gromadzącym dane istotnie diagnostycznie), będącym własnością Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Składając ofertę należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie nr 12**

Dotyczy załącznika nr 2A do SWZ, tabela D, pkt 2 formularza asortymentowo-cenowego  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu najnowszego technologicznie z oferty danego producenta, używanego, nie starszego niż z 2019 roku, w pełni sprawnego, poddanego wszystkim niezbędnym pracom serwisowym, z aktualnym przeglądem technicznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ.



**Pytanie nr 13**

Dotyczy załącznika nr 2A do SWZ, zapis pod tabelą J: „UWAGA :W przypadku wykonywania dużej ilości badań, w stosunku do prognozowanej, w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do użyczenia Zamawiającemu dodatkowy aparat lub aparat modułowy posiadający min 40 miejsc, nie starszy niż 3 letni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku wykonywania dużej ilości badań, w stosunku do prognozowanej na możliwość dostarczenia Zamawiającemu dodatkowego aparatu lub modułu posiadającego min 40 miejsc na podstawie odrębnej oferty?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga użyczenia aparatu, dlatego nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

**Pytanie nr 14**

Dotyczy wzoru umowy § 2, ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu instalacji do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio modyfikuje treść SWZ.

**Pytanie nr 15**

Dotyczy wzoru umowy § 2A, ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie napraw zdalnych, poprzez infolinię serwisową czynną przez 5 dni w tygodniu (w dniach od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i odpowiednio modyfikuje treść SWZ.

**Z poważaniem,**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Andrzej Urniaż*