



POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
SPÓŁKA Z O.O. W BRANIEWIE
14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, tel. 55 620 83 61 tel./fax 55 620 83 62,
e-mail: pcm@szpital-braniewo.home.pl

Braniewo, dnia 12.09.2023 r.

Znak sprawy: PCM/ZP 04/I/2023

INFORMACJA O PYTANIACH DO SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pod nazwą „**Dostawa wyposażenia w sprzęt medyczny i aparaturę medyczną i diagnostyczną w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości opieki medycznej w Powiatowym Centrum Medycznym Spółka z o. o. w Braniewie ”**”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

ZADANIE 3: DEFIBRYLATOR KLINICZNY.

Pkt 7

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany Defibrylator był wyposażony w zintegrowany z obudową uchwyt do wieszania urządzenia na ramie łóżka z możliwością złożenia ? Uchwyt po złożeniu nie wystaje poza obrys urządzenia.

Parametr ten znacznie zwiększa komfort użytkowania oraz zabezpiecza urządzenie przed upadkiem z wysokości w czasie transportu pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pkt 9.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Defibrylator z czasem ładowania akumulatorów od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 5 godzin ?

Wydłużony czas ładowania akumulatorów wynika z ich dużej pojemności, co pozwala na min 300min. ciągłego monitorowania pacjenta oraz wykonania min. 150 wyładowań 360J

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pkt 14.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Defibrylator ze wzmocnieniem sygnału EKG w zakresie: AUTO, 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0, 4,0 cm/mV ?

Jest to parametr lepszy od opisanego

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pkt 28.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Defibrylator wyposażony w pełne sterowanie funkcjami (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie energii, rozładowanie) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej urządzenia oraz za pomocą przycisków umiejscowionych na łyżkach twardych ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pkt 36.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Defibrylator wyposażony w moduł stymulacji z zakresem regulacji:

- częstość stymulacji w zakresie 30-180 imp/rnin
- natężenie prądu stymulacji w zakresie 0-140mA
- szerokość impulsu stymulacji wynosząca 40 ms

Szeroki impuls stymulacyjny 40ms nie wymaga wysokich wartości energii stymulacji i optymalne efekty terapii uzyskujemy przy znacznie niniejszych wartościach niż przy impulsie 20ms dla którego szeroki przedział i wysoka energia stymulacji jest niezbędna.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

ZAPYTANIE II**ZADANIE 8: PODGRZEWACZ DO KRWI I PŁYNÓW INFUZYJNYCH**

Pozycja 4 Czy Zamawiający wymaga dłuższego wymiennika ciepła niż opisany? Wymiennik w postaci elastycznego profilu grzewczego o długości 180 cm, w którym umieszcza się dreny infuzyjne?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 5 Czy Zamawiający wymaga wymiennika dostosowanego do drenów infuzyjnych o średnicy 4mm-5mm lub 6-7mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia, regulacji temperatury płynu w zakresie od 33 do 43°C. Skok co 1 °C?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: wartość graniczna alarmu niskiej temperatury, która wynosi 3°C poniżej temperatury nastawnej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu zapewniającego skuteczne ogrzewanie przy przepływie od 0 do 30ml/min potwierdzone wynikami przeprowadzonych testów w instrukcji użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masy jednostki sterującej max. 3.0 kg.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 20 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opisanego poboru mocy (max 120VA) i wymaga niższej mocy poboru max 90 VA?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pozycja. 21 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: maksymalne wymiary zewnętrzne: 120 mm x 280 mm x 175 mm (Szerokość x wysokość x głębokość wraz z uchwytem mocującym)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 22 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie według klasyfikacji IEC 60601-1 - Urządzenie Klasy I, Typ CF, odporne na defibrylację.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 23 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klasę ochrony według Klasyfikacji (IEC 60529)IPX1
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

ZAPYTANIE III

Zadanie 1, Załącznik nr 2A

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wyrazi zgodę na zaoferowanie podwójnej lampy operacyjnej spełniającej wszystkie parametry techniczne, nie wyposażonej w kamerę HD z możliwością doposażenia w kamerę w przyszłości?

Rozwiązanie takie będzie korzystniejsze dla budżetu jakim dysponuję Zamawiający

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

ZAPYTANIE IV

Dotyczy: Zadanie 6: Wózek reanimacyjny – 1 szt.

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka reanimacyjnego wyposażonego w szafkę z 3 szufladami?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka (bez wyposażenia dodatkowego): szerokość 720 mm, głębokość 620 mm, wysokość od podłoża do blatu 985 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

3. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów szafki: szerokość 650 mm, głębokość 550 mm, wysokość z kołami do blatu 985 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

4. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w szafkę z 3 szufladami o wysokości frontu 225 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

5. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów powierzchni użytkowej szuflad: szerokość 390 mm, głębokość 450 mm, wysokość 200 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

6. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję oraz estetycznego tworzywa sztucznego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

7. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu wózka wykonanego z tworzywa sztucznego, z przegłębieniem, otoczonego z 3 stron bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu, blat bez możliwości demontażu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

8. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu o wymiarach 640 x 545 mm, wymiary powierzchni użytkowej blatu 570 x 470 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

9. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową w kolorze szarym, fronty wykonane z

tworzywa sztuczne w kolorze szarym (możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad, 6 kolorów do wyboru przez Zamawiającego)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

10. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów szuflad bez ostrych krawędzi, wykonanych z tworzywa sztucznego, umieszczonych na całej szerokości szuflady, z możliwością wyboru kolorystyki przez Zamawiającego (6 kolorów do wyboru)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

11. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez szyn instrumentalnych? W oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyn instrumentalnych do montowania wyposażenia dodatkowego).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

12. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w tworzywowy pojemnik do worka na odpady z pokrywą, z możliwością jej otwierania kolanem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

13. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na narzędzia 255 x 245 x 90 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

14. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w deskę do RKO z odpornego tworzywa sztucznego, niewyprofilowaną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

15. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w półkę pod defibrylator z regulacją obrotu, bez regulacji wysokości, wymiary półki 400 x 320 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

16. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do przetaczania umiejscowiony z boku wózka, stalowy lakierowany proszkowo na kolor szary?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

17. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym dodatkowe akcesoria mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem wózka?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Zadanie 6: Wózek anestetyczny – 2 szt.

18. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość 720 mm, głębokość 620 mm, wysokość od podłoża do blatu 985 mm, wysokość z nadstawką ok. 1650 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

19. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów szafki: szerokość 650 mm, głębokość 550 mm, wysokość z kołami do blatu 985 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

20. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki wyposażonej w 4 szuflady:
- 3 x szuflada o wysokości frontu 150 mm
- 1 x szuflada o wysokości frontu 225 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

21. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów powierzchni użytkowej szuflady:
- przy wysokości frontów 3 x 150 mm: 390 x 450 x 130 mm
- przy wysokości frontu 1 x 225 mm: 390 x 450 x 200 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

22. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania materiału wygłuszającego, niechłonnego wilgoci, minimalizującego drgania o różnych częstotliwościach?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

23. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki i szuflad wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową w kolorze szarym, fronty wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad, 6 kolorów do wyboru przez Zamawiającego)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

24. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, otoczonego z 3 stron bandami o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

25. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwytów szuflad bez ostrych krawędzi, wykonanych z tworzywa sztucznego, umieszczonych na całej szerokości szuflady, z możliwością wyboru kolorystyki przez Zamawiającego (6 kolorów do wyboru)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

26. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w blat boczny wysuwany z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, blat o wymiarach 360 x 360 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

27. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w stelaż nadstawki stalowy, lakierowany proszkowo (bez kanałów montażowych) wyposażony w 10 (5+5) transparentnych, uchylnych pojemników?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

28. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez szyn instrumentalnych? W oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyn instrumentalnych do montowania wyposażenia dodatkowego).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

29. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik o wym. 255 x 245 x 90 mm ze stali nierdzewnej (zamiast miski)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

30. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego z boku w trzy uchylne, tworzywowe pojemniki przeznaczone na akcesoria (zamiast koszyków)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

31. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w tworzywowy pojemnik do worka na odpady z pokrywą, z możliwością jej otwierania kolaniem (zamiast kosza z pokrywą wahadłową)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

32. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z boku wózka, stalowy lakierowany proszkowo na kolor szary?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

33. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym dodatkowe akcesoria mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelażu nad blatem wózka?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Zadanie 9: Łóżka szpitalne z materacami w pokrowcach wodoodpornych

1. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 100-240V, 50/60Hz? Oferowany parametr nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego stopień ochrony przed wpływem środowiska IP66? Jest to parametr lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

3. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka przystosowanego do materaca 1900 x 850 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

4. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wydłużenie leża o 300 mm? Oferowany parametr różni się minimalnie od wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

5. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego minimalną wysokość leża od podłogi 410 mm (+/- 10 mm), wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do parametru wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

6. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie od 0° do 66° (+/- 5°)? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do parametru wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

7. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej 66° (+/- 5°) oraz segmentu uda do 46° (+/- 2°)? Oferowany zakres ma taką samą funkcjonalność jak parametr wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

8. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu uda w zakresie od 0° do 46° (+/- 2°)? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do parametru wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

9. Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel bez diodowej sygnalizacji podłączenia do sieci? W oferowanym łóżku pilot posiada diodową sygnalizację podłączenia do sieci.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

10. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość ustawienia leża w pozycji Fowlera (obniżenie wysokości leża, uniesienie segmentu oparcia pleców i uda) za pomocą dwóch przycisków służących do regulacji segmentów leża dostępnych na panelu centralnym? Oferowane rozwiązanie umożliwia w prosty sposób uzyskanie pozycji oczekiwanej przez Zamawiającego, a z uwagi na to, że nie jest to funkcja ratująca życie, a jedynie jedna z wielu wykorzystywanych pozycji – według norm europejskich nie musi być dostępna automatycznie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

11. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego (zamiast pozycji Fowlera) pozycję wyjściową (segment oparcia pleców unosi się, a łóżko wykonuje przechył Trendelenburga, aż do ułożenia pacjenta w pozycji siedzącej ułatwiającej wyjście z łóżka) uzyskiwaną automatycznie po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

12. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel centralny wyposażony w diodę LED informującą o uzyskaniu kąta 30° podczas regulacji segmentu oparcia

pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30° zatrzymuje się automatycznie) oraz diodę LED informującą o najniższym położeniu łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

13. Czy (w pkt. 25 i 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratunkowych tj. Trendelenburga ratunkowego i elektrycznego CPR oraz funkcji pomocniczych tj. pozycja wyjściowa, pozycja kardiologiczna, pozycja egzaminacyjna) – z diodową informacją o zablokowanych funkcjach?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

14. Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment podudzia regulowany za pomocą sprężyny gazowej? Oferowane rozwiązanie będzie wygodniejsze niż wskazane przez Zamawiającego, ponieważ zapewnia bezstopniową regulację segmentu podudzia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

2. Czy (w pkt. 34) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segmenty ruchome tj. segment oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi HPL, przeziernymi dla promieniowania RTG?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

15. Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyrównania potencjału?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

16. Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego (zamiast poziomnic) wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych leża, które znajdują się w barierkach bocznych po obu stronach leża? Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze. W oferowanym łóżku wskaźniki będą zawsze widocznie bez względu na pozycję łóżka i ułatwią pozycjonowanie pacjenta, ponadto informowały będą personel o aktualnie uzyskanym kącie nachylenia, a takiej funkcjonalności nie zapewni poziomnica.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

17. Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego osiem haczyków do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch stron leża?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

18. Czy (w pkt. 43) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego dopuszczalne obciążenie robocze 250 kg?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac bez właściwości antyalergiczných?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

ZAPYTANIE V

**Dotyczy: Zadanie 1: Stół operacyjny z wyposażeniem i urządzeniami – załącznik nr 2A
I - STÓŁ OPERACYJNY – 2 SZT.**

Pytanie nr 1 – poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania montowanie segmentów stołu do blatu za pomocą szybkozłączki opartych na układzie klinów okrągłych?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 2 – poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy wykonane z kwasoodpornej stali do mocowania wyposażenia, bez dodatkowego zabezpieczenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 – poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z wypełnieniem wykonanym ze specjalnego tworzywa gwarantującego bardzo małe napromieniowanie podczas wykonywania zdjęć RTG (ok 0,5 mm Al) jako rozwiązanie równoważne do opisanego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 – poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania podstawę stołu w kształcie litery „H” zawierającą wycięcia na stopy oraz dodatkowy pojemnik (np. wiadro) dzięki czemu chirurg może znajdować się bliżej pacjenta? Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 – poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania podstawę stołu pokrytą włóknem szklanym, nie metalem co eliminuje ryzyko porażeniem prądem elektrycznym? Kolumna stołu pokryta panelami ze stali niklowo-chromowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 – poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół blokowany poprzez chowanie się kół w podstawie? Po zablokowaniu urządzenie opiera się swoją powierzchnią na podłodze co niweluje ewentualne nierówności.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 7 – poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania długość stołu z blatem 2060 mm, jest to parametr nieznacznie niższy od wskazanego?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 8 – poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania całkowitą szerokość blatu z szynami bocznymi 590 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 9 – poz. 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szerokość materacy 520 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 – poz. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania regulację wysokości blatu (bez materaca) od 498mm do 1000 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 11- poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania regulację podglówka w zakresie -90 do 45?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 12 – poz. 17

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przechyły boczne w obie strony o wartości 21°/21

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13 – poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przechył Trendelenburga 26°?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14 – poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przechył anty -Trendelenburga 26°?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15 – poz. 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania regulację kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej -90° / 20°?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 16 – poz. 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przesuw wzdłużny blatu na długości 320 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 – poz. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z regulacją pilotem przewodowym następujących pozycji:

- regulacja wysokości blatu,
- regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu),
- funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku),
- przechyły wzdłużne i boczne,
- pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców,
- przesuw wzdłużny blatu,
- blokowanie stołu do podłoża – chowanie się kół?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18 – poz. 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół wyposażony w przewodowy ergonomiczny pilot z klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Diodową informacją o stanie blokady stołu, podłączenia zasilania i stanie baterii? Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19 – poz. 24

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół w którym po włączeniu pilota znajduje się informacja o stanie naładowania baterii stołu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20 – poz. 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z regulacją funkcjami stołu z pilota jednostopniowa -co umożliwi łatwiejszą obsługę i nie naraża na przypadkowe uruchomienie danego ruchu białem wraz z pozycją Trendelburga oraz „0”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21 – poz. 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół wykonany ze stali aisi 316l oraz 304. Są to materiały sprawdzone i stosowane przez wiele lat przez producenta stołów operacyjnych na całym świecie?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 22 – poz. 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z regulacją podglówka z systemem zapadkowym który jest bez awaryjny i najbezpieczniejszy dla pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23 – poz. 29

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z wypiętrzeniem klatki piersiowej regulowanej mechanicznie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24 – poz. 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół wyposażony w antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwoleżynowe wykonane z dwóch rodzajów pianki poliuretanowej o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów.

Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. Grubość materacy 75 mm. Stabilny i pewny montaż materacy do blatu za pomocą rzepów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Wyposażenie stołu**V – Przystawka ginekologiczna 2 szt.****Pytanie nr 25 – poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół wyposażony w miskę ginekologiczną wykonana ze stali nierdzewnej, montowana pod podnóżkami?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

VI – Panel boczny sterujący – 2 szt.**Pytanie nr 26 – poz. 1**

Z uwagi, że Zamawiający opisał rozwiązanie charakterystyczne dla danego producenta wraz z podaniem nazwy własnej uprzejmie prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w panel sterowania zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem funkcji przy pomocy konieczności naciśnięcie jednocześnie dwóch przycisków?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

VII – Pilot bezprzewodowy do stołu operacyjnego – 2 szt.**Pytanie nr 27 – poz. 1**

Z uwagi, że Zamawiający opisał rozwiązanie charakterystyczne dla danego producenta wraz z podaniem nazwy własnej uprzejmie prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego wyposażonego w pilot sterowania wykonany w innej technologii.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

INFORMACJE DODATKOWE - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, DOKUMENTY, INNE

Pytanie nr 28 – poz. 9

Prosimy o dopuszczenie możliwości wymiany naprawianego elementu na nowy a nie całego urządzenia.

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

XVIII – LAMPA OPERACYJNA PODWÓJNA – 2 SZT.

Pytanie nr 29 – poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy wyposażonej w dodatkowe 4 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Uchwyty, przez, które nie można przełożyć dłoni.

[Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Wymagamy uchwytów przez które można przełożyć dłoni.](#)

Pytanie nr 30 – poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp z możliwością sterowania natężeniem światła oraz regulacji średnicy pola operacyjnego uchwytem centralnym.

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy takie rozwiązanie, pod warunkiem, że będzie to uchwyt sterylny zamocowany centralnie w osi lampy z zachowaniem wymaganych w SIWZ funkcjonalności.](#)

Pytanie nr 31– poz. 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości regulacji temperatury barwowej światła w 5 krokach w zakresie od 3500 do 5100 K.

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy takie rozwiązanie](#)

Pytanie nr 32 – poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp wyposażonych w funkcję oświetlenia otoczenia stosowaną podczas zabiegów endoskopowych o natężeniu światła 3% wartości maksymalnej, światło zielone, włączaną dedykowanym (jednofunkcyjnym) przyciskiem na panelu sterowania.

[Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Wymagane światło białe](#)

Pytanie nr 33 – poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lamp w której każda z nich posiada 78 wysokowydajnych diod LED. Ilość diod nie może świadczyć o jakości wytwarzanego przez lampę światła, ponieważ różni producenci stosują różne diody.

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy takie rozwiązanie](#)


Pytanie nr 34 – poz. 22

Czy Zamawiający wymaga, aby w czaszach diody były wymieniane pojedynczo?

[Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga](#)

Pytanie nr 35 – poz. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czasz w kształcie litery X wpisanej w okrąg o łatwej do czyszczenia budowie.



Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36 – poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie średnicy czaszy 70 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37 – poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej z kamerą zintegrowaną z uchwytem sterylnym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

INFORMACJE DODATKOWE - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, DOKUMENTY, INNE

Pytanie nr 38 – poz. 9

Prosimy o dopuszczenie możliwości wymiany naprawianego elementu na nowy a nie całego urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 39 – poz. 10

Prosimy o rezygnację z wymogu ponieważ nie ma możliwości wstawienia zastępczej kolumny.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

XIX – KOLUMNA CHIRURGICZNA – 2 SZT.

Pytanie nr 40 – poz. 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby kolumny chirurgiczne były pokryte powłoką antybakteryjną umożliwiając tym samym bezpieczne korzystanie ze sprzętu co w obecnych czasach ma kluczowe znaczenie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 41 – poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z ramieniem o przekroju przypominającym kształt prostokąta zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. W warunkach reżimu bloku operacyjnego przedstawiony parametr nie ma znaczenia klinicznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 42 – poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lepszego rozwiązania jakim są: głowica kolumny o wymiarach: szerokość: 298 mm, głębokość: 280 mm umożliwiającą montaż 20 gniazd na tylnej i bocznej ścianie

głowicy z panelami instalacyjnymi kolumn wykonanymi z aluminium malowanym proszkowo z powłoką antybakteryjną.

[Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie nr 43 – poz. 13 i 15

Dot. 13 i 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której zainstalowane są 4 prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp.) z przodu i z tyłu głowicy. Pionowe prowadnice niewystające (bez ostrych krawędzi) poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję.

[Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ,](#)

Pytanie nr 44 – poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z możliwością zamontowania wyposażenia na dwóch stronach głowicy.

[Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie nr 45 – poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie punktów poboru gazów renomowanej marki niemieckiego producenta gniazd gazowych firmy Greggersen.

[Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza](#)

Pytanie nr 46 – poz. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami o szerokości 530 mm i głębokości 480 mm.

[Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza](#)

Pytanie nr 47 – poz. 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami z możliwością pionowego przesunięcia półki.

[Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ](#)

Pytanie nr 48 – poz. 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z półkami wyposażonymi w szuflady z opływowymi uchwytami.

[Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie nr 49 – poz. 31, 32 i 33

Dot. 31, 32 i 33. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z uchwytami do zwalniania hamulców wyposażonymi w przyciski oznaczone kolorem i symbolem odpowiadającym dedykowanemu przegubowi. Uchwyty montowane na ścianie jednej z półek z możliwością regulacji wysokości półki i dodatkowo na tylnej ścianie głowicy.

[Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie nr 50 – poz. 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z wysięgnikiem drążka infuzyjnego o udźwigu 20 kg.

[Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ](#)

Pytanie nr 51 – poz. 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z drążkiem infuzyjnym z 4 metalowymi zaczepami rozmieszczonymi na jednej płaszczyźnie co 90 stopni (w kształcie litery „X”)

[Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza](#)

Pytanie nr 52 – poz. 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z w których gniazda elektryczne montowane są na ścianach bocznych i tylnej głowicy niezależnie od półek co zwiększa funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 53 – poz. 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny, w której półka wyposażona jest w schowek na nadmiar kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych z możliwością chowania przewodów z lewej i prawej strony nie wystający poza zarys półki.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pojemności.

INFORMACJE DODATKOWE - WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, DOKUMENTY, INNE

Pytanie nr 54 – poz. 21

Prosimy o dopuszczenie możliwości wymiany naprawianego elementu na nowy a nie całego urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 55 – poz. 22

Prosimy o rezygnację z wymogu ponieważ nie ma możliwości wstawienia zastępczej kolumny.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

ZAPYTANIE VI

Formularz warunków technicznych

Załącznik nr 2D do oferty

ZADANIE 4: APARAT DO ZNIECZULENIA Z KARDIOMONITOREM

Poz. 17

Prosimy o wyjaśnienie jakich typu anestetyków używacie Państwo w chwili obecnej, Abbvie czy Baxter?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w chwili obecnej używa anestetyków Baxter

Poz. 38

Prosimy o wyjaśnienie jakich przetworników w chwili obecnej używa Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w chwili obecnej używa przetworników Becton Dickinson

ZAPYTANIE VII

dot. zał. 2C- defibrylator.

1) Czy Zamawiający dopuści defibrylator posiadający kabel EKG pozwalający na monitorowanie z 3-5 odprowadzeń, ale bez możliwości o rozbudowę EKG 12-kanałowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

2) Czy Zamawiający dopuści defibrylator z papierem do drukarki wew. 50mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

3) Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez certyfikatu upadku z wysokości 70cm, posiadający odporność na wnikanie płynów IPX4 oraz przed wnikaniem cząstek stałych IP4X?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

4) Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości automatycznego wydruku podczas wystąpienia alarmów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

5) Czy Zamawiający dopuści defibrylator cięższy niż podano w specyfikacji (8,5kg z akumulatorem) z możliwością zainstalowania kabla EKG 12odprowadzeniowego,

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

ZAPYTANIE VIII

zadanie 1: stół operacyjny z wyposażeniem i urządzeniami

I. STÓŁ OPERACYJNY – 2 SZT

poz. 31

Prosimy o odstąpienie od wymogu obwód głowy 55-68 cm i dopuszczenie pozycjonera w rozmiarze L o wymiarach: 282mm x 237mm x 132mm (±5mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

ZAPYTANIE IX

Zad 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości ssak o następujących parametrach:

Ad 8. Max szybkość zasysania 43L/min

Ad 11. Max osiągnięte podciśnienie 95kPa

Ad 14. Waga aparatu z wyposażeniem 21kg

Ad 16. Włączanie/wyłączanie ssaka z panelu

Ad 18. Wymiary 480x900x460mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Zad 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie równoważności, wysokiej jakości defibrylator o następujących parametrach:

Ad 6,10. Defibrylator o wadze max 8,5kg z większym ekranem, z możliwością podłączenia kabla EKG 12sto odprowadzeniowego.

Ad 10,39. Defibrylator o wadze max 6,5kg bez możliwości podłączenia kabla EKG 12sto odprowadzeniowego, bez możliwości podłączenia czujnika kapno, temp i ciśnienia inwazyjnego

Ad 11. Pomiar bezdechu z kabla EKG z alarmem bezdechu w zakresie 10-60s bez licznika bezdechów.

Ad 16. Archiwizacja ostatnich 200 zdarzeń.

Ad 22. Możliwość kopiowania do komputera PC poprzez port USB- pamięć USB/kabel USB.

Ad 28. Ładowanie energii przyciskiem z 1 łyżki, wyładowanie energii przyciskami na obu łyżkach.

Ad 31. Papier o szerokości 50mm.

Ad 38. Funkcja metronomu w trybie półautomatycznym

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

ZAPYTANIE X

Zadanie nr. 8- Podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych

- 1- Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych o wadze 2,1kg?
Warunek posiadania możliwości zamocowania na stojakach do kroplówek o różnej średnicy za pomocą klamry montażowej praktycznie niweluje wszelkie różnice związane z wagą urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

- 2- Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych z poborem mocy max 200VA gwarantującą stabilniejszą pracę urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

- 3- Czy zamawiający dopuści podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych o wymiarach 174x236x65mm- urządzenie objętościowo mniejsze od opisanego w opisie przedmiotu zamówienia

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
BOŻENA DUDUŚ