

Specyfikacja techniczna

Zamawiający

Laboratorium Działu Kontroli Jakości RADPOL SA w Człuchowie

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:


Wykonanie płytek do prasy hydraulicznej

Wymagania:

1. 2 polerowane lite płyty dociskowe o wymiarach 200mm x 200 mm i grubości minimum 2 mm
2. Rama polerowana o wymiarach zewnętrznych 200mm x 200 mm i wymiarach wewnętrznych minimum 160 mm x 160 mm o grubości 1,0 mm- 2 sztuka
3. Rama polerowana o wymiarach zewnętrznych 200mm x 200 mm i wymiarach wewnętrznych minimum 160 mm x 160 mm o grubości 2,0 mm- 2 sztuka
4. Rama polerowana o wymiarach zewnętrznych 200mm x 200 mm i wymiarach wewnętrznych minimum 160 mm x 160 mm o grubości 4,0 mm- 2 sztuka

Materiał wykonania: stal nierdzewna narzędziowa

Tolerancja wykonania grubości płytek + 0,2 mm



Przygotowała: Izabela Rafalska

RADPOL S.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów | Telefon +48 59 834 22 71 | Fax +48 59 834 25 51 | e-mail: radpol@radpol.com.pl
NIP 843-00-00-202 | REGON 770807479 | KRS 0000057155 Sąd Rejonowy Gdansk Północ w Gdansku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
wysokość kapitału zakładowego: 1.147.818,15 zł | wysokość kapitału wpłaconego: 1.147.818,15 zł