



Włocławek, dnia 22.01.2020r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania
pn. „ dostawa drobnego sprzętu medycznego”
DZP/112/2019**

Numer ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej: 2019/S 249-617744 data przekazania: 23.12.2019r., data publikacji 27.12.2019r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy części nr 41, poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 41 poz. 1 igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych typu SPINOCAN w rozmiarach: 22G/90mm; 25G/90mm; 25G/120mm; 26G/120mm;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy części nr 41, poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 41 poz. 2 igieł do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point w rozmiarach: 27G/90mm; 25G/90mm; 26g/90mm; 27G/120mm; 25G/120mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy części nr 66

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 66 kateterów do histerosalpingografii w rozmiarach 5.5F i 7F x 40 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy części nr 56 poz.1

Smoczki i butelki jednorazowe dla niemowląt. Krajowy Konsultant w dziedzinie neonatologii zaleca, aby specjalistyczne oddziały neonatologiczne, dysponowały szerokim i wyczerpującym asortymentem do żywienia klinicznego noworodków, z uwzględnieniem przedziałów wagowych, stanu klinicznego, zróżnicowanej gotowości do podejmowania oczekiwanych funkcji w zakresie poboru pokarmów. Czy Zamawiający w Części 56 w pozycji 1 dopuści sterylne smoczki o kształcie anatomicznym – profilowane i proste – symetryczne, wykonane z miękkiego, naturalnego lateksu i termoplastycznego elastomeru, różniące się szybkością i mechanizmem przepływu – jedno i trójtorowym, wielkością części wewnątrzustnej do wyboru dla Zamawiającego, spełniającego pozostałe cechy zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy części nr 56 poz.2





Czy Zamawiający dopuści sterylne butelki o pojemności 45-80 ml, pakowane pojedynczo lub zbiorczo w małe, higieniczne opakowania po 10- 24 szt., z wielokrotnym otwarciem na taśmę, zapobiegające rozsterylizowaniu, spełniające pozostałe cechy zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy części nr 56

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Asortymentu wymienionego w Części 56 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny, ale oferowane, sterylne produkty posiadają deklaracje zgodności, dopuszczające, certyfikat ISO. Zgodnie z ustawą brak statusu wyrobu medycznego nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych, od kilkunastu lat są przedmiotem postępowań w większości szpitali w Polsce i są obecnie dostarczane do placówki Zamawiającego. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie złożenia stosownego dokumentu, iż wymieniony asortyment nie został zaklasyfikowany jako wyrób medyczny w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. ale posiada dokumenty dopuszczające go do obrotu i zastosowanie zasady „o ile dotyczy”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy części nr 39

Rurka krtaniowa LT-D zestaw W nazwie produktu , którego dotyczy pakiet 39 , nastąpiła pomyłka pisarska : zamiast Rurka krtaniowa LT-D zestaw POWINNO BYĆ : rurka krtaniowa LTS-D. Jesteśmy jedynym dystrybutorem w Polsce tego produktu .Produkt o nazwie :rurka krtaniowa LT-D nie jest dostępny na rynku od 2 lat, zastąpił go produkt o nazwie rurka krtaniowa LTS-D. Prosimy zatem o dopuszczenie rurek krtaniowych LTS- D , poza błędną nazwą reszta wymogów i parametrów jest całkowicie zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie części nr 39 (załącznik nr 2.39 do SIWZ). Jest: rurka krtaniowa LT-D, winno być: rurka krtaniowa LTS-D

Pytanie 8

Dotyczy części nr 28 poz.1 lit.e)

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru Nihon Kohden FQW 110-2-140 o rozmiarze 110 x 140 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 1875 bloczków = 200 kartek i ich wyceną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Dotyczy części nr 28 poz.1 lit.h)

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 1600 rolek = 25 m i ich wyceną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Dotyczy części nr 63 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. jest przeznaczony do przeprowadzenia badania USG?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 11

Dotyczy części nr 63 poz.1

Jeśli w części 63 należy zaoferować papier do USG prosimy o podanie wymaganej czułości tzn. czy należy zaoferować papier o czułości standardowej S czy podwyższonej HD czy HG czy HA?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 papier nie jest przeznaczony do przeprowadzania badania USG



Pytanie 12

Dotyczy części nr 63 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy w części nr 63 należy zaferować papier oryginalny czy Zamawiający dopuści również papier będący zamiennikiem papieru oryginalnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania papieru oryginalnego. Zamawiający informuje o modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 63, poz. 1 (załącznik nr 2.63 do SIWZ)

Pytanie 13

Dotyczy części nr 63 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. to standardowy termiczny papier gładki jak np. do drukarki laboratoryjnej?

Odpowiedź: Papier standardowy, termiczny, gładki. Zamawiający informuje o modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 63, poz. 1 (załącznik nr 2.63 do SIWZ)

Pytanie 14

Dotyczy części : Projekt umowy – par. 8 ust. 6 lit. a)

Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 0,5% do wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści wzoru umowy. Jednakże Zamawiający modyfikuje treść § 8 ust. 6 lit. a) umowy w następujący sposób:

Zwłoki w terminach dostawy przedmiotu umowy, podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki

Pytanie 15

Dotyczy części : Projekt umowy – par. 8 ust. 6 lit. b)

Prosimy o zmianę kary umownej wyłącznie na 2% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści wzoru umowy. Jednakże Zamawiający modyfikuje treść § 8 ust. 6 umowy w następujący sposób:

- b. gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, według wyboru Zamawiającego, karę umowną w wysokości 5% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy albo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy



dzień zwłoki w naprawieniu lub wymiany na nowy towaru, liczonego od dnia poinformowania o tym fakcie przez Zamawiającego.

Pytanie 16

Dotyczy części : Projekt umowy – par. 8 ust. 8 lit. d)

Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 15% do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa nie przewiduje kar dla Zamawiającego. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) "Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surrogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści wzoru umowy.

Pytanie 17

Dotyczy części nr 52 poz.1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawów dla ze zgłębnikiem silikonowym o długości 60 cm, z 10 centymetrową podziałką od strony płytki wewnętrznej, z płytką zewnętrzną z silikonu do mocowania zgłębnika i zapewniającą odpowiednią pozycję zgłębnika, zestaw wyposażony w zacisk do zamykania zgłębnika i regulacji przepływu oraz łącznik z końcówką EnFit do podawania pokarmu, z bocznym portem do podawania leków, rozmiar 18 Fr, długość 60 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy części nr 26 poz. 1,2

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie pozycji 1,2 z pakietu 26 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 2.26 poprzez wydzielenie poz. 1-2 do części nr 26A i utworzenie załącznika nr 2.26A.

Pytanie 19

Dotyczy części nr 26 poz. 1,2

Prosimy o dopuszczenie podkładów z perforacją co 50 cm, spełniających pozostałe parametry.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20

Dotyczy treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8 ust. 6 wzoru umowy na:

"W przypadku:

- a) zwłoki w terminach dostawy przedmiotu umowy, w tym przedmiotu dzierżawy podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3 % wartości brutto niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki;
- b) gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy.?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści wzoru umowy. Jednakże Zamawiający modyfikuje treść § 8 ust. 6 umowy w następujący sposób:

- a) zwłoki w terminach dostawy przedmiotu umowy, podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;
- b) gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, według wyboru Zamawiającego, karę umowną w wysokości 5% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy albo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w naprawieniu lub wymiany na nowy towaru, liczonego od dnia poinformowania o tym fakcie przez Zamawiającego.

Pytanie 21

Dotyczy części nr 36 poz.2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści rurki w rozmiarach 6-10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Dotyczy części nr 36 poz.2

Czy Zamawiający w pozycji 2 będzie wymagał, aby rurki posiadały mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, żeby rurki posiadały mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera?. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie części nr 36, poz. 2 (załącznik nr 2.36 do SIWZ) poprzez dodanie do opisu przedmiotu zamówienia: mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera

Pytanie 23

Dotyczy części nr 58, poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę o wymiarze 10 x 61 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24

Dotyczy części nr 58, poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę o wymiarze 15 x 61 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25

Dotyczy części nr 42, poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie 42 pozycji1 dopuści 1-kanałowy przeciwbakteryjny poliuretanowy cewnik do żyły centralnej XRO wprowadzony techniką Seldinger.

Środek przeciwbakteryjny ze srebrem jonowym (Agion) jest zintegrowany z masowym materiałem poliuretanowym, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia krwioobiegu związanego z cewnikiem. Cewnik w rozmiarze 5Fr o długości 20cm.

Jest on prezentowany w sztywnym blistrze zawierającym: - 1 cewnik poliuretanowy (całkowicie nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich) ze skrzydłami mocującymi, linią przedłużającą i podziałką centymetrową, - 1 igłę 18G, 70 mm, - 1 prowadnik Nitinol powlekany teflonem „J” (szczególnie odporny na załamania) z prowadnicą, - 1 rozszerzaczem, - 1 nasadką do iniekcji, - 1 strzykawką 5 ml, - 1 dodatkowym skrzydłem utrwalającym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Pytanie 26

Dotyczy części nr 42, poz.2

Czy Zamawiający w pakiecie 42 pozycji 2 dopuści Antybakteryjny, dwukanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, przewodnik typu "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknień, skalpel, strzykawka 5ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Dotyczy części nr 42, poz.3

Czy Zamawiający w pakiecie 42 pozycji 3 dopuści antybakteryjny trzykanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : Cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, Igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, Prowadnik typu „J” 60cm, ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknień, skalpel, strzykawka 5ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28

Dotyczy części nr 42, poz.4

Czy Zamawiający w pakiecie 42 pozycji 4 dopuści

- Antybakteryjny czterokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : Cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, Igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, Prowadnik typu „J” 60cm, ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknień, skalpel, strzykawka 5ml
- Antybakteryjny pięciokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 9,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik pięciokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, nitinolowy przewodnik typu "J" 60cm ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylator 10 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 5 zatyczek z membraną do wstrzyknień, skalpel, strzykawka 5ml



- Cewnik do wkłuc centralnych 7-światłowy (1x16G, 1x14G, 5x18G), wykonany z poliuretanu bez powłoki antybakteryjnej o rozmiarze 11,5Fr o długości 12,5/15/20/30cm do wyboru przez Zamawiającego. Dodatkowo zestaw powinien zawierać : bezpieczną igłę do nakłucia 18G/70mm, przewodnik "J" pokryty teflonem o długości 60cm, dylatator 8,5Fr/10cm oraz 12Fr/14cm, podwójne skrzydełko mocujące, bezpieczny skalpel, 7 zatyczek do wstrzykiwania, strzykawka 5ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 29

Dotyczy części nr 49

Czy Zamawiający w pakiecie 49 dopuści Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30

Dotyczy części nr 61

Czy Zamawiający w pakiecie 61 dopuści zestaw do jejunostomii, w składzie: m.in. silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w Rtg – 60 cm o średnicy 2,0 x 3,2 mm, wprowadzacz typu desilet, igła typu Alene 10 Fr, końcówka uciskowa, igła punkcyjna 17 G 98mm oraz dwa łączniki żeńsko- żeńskie Luer-lock?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Dotyczy części nr 8, poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści zestaw, gdzie każdy zawiera:

- 1x cewnik dla dorosłych
- 1x cewnik dla dzieci
- 1 x butelka 300ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy części nr 10, poz.1

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z łącznikiem prostym, waga 30g, przestrzeń martwa 30ml, oporność 1,0 hPa przy 30 l/min, z portem do kapnografii, o objętości pływowej 150-1500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 33

Dotyczy części nr 10, poz.1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z łącznikiem zagiętym 90°, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, waga 30g, przestrzeń martwa 40ml, oporność 1,2 hPa przy 30 l/min, z portem do kapnografii, o objętości pływowej 150-1500 ml, o skuteczności nawilżenia 32 mg H₂O/l przy Vt 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 34

Dotyczy części nr 10, poz.1



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z łącznikiem prostym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, waga 29g, przestrzeń martwa 40ml, oporność 1,0 hPa przy 30 l/min, z portem do kapnografii, o objętości pływowej 150-1500 ml, o skuteczności nawilżenia 32 mg H₂O/l przy Vt 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 35

Dotyczy części nr 10, poz.2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z łącznikiem zagiętym 90°, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, waga 30g, przestrzeń martwa 40ml, oporność 1,2 hPa przy 30 l/min, z portem do kapnografii, o objętości pływowej 150-1500 ml, o skuteczności nawilżenia 32 mg H₂O/l przy Vt 500 ml, złącze 22M/15F-22F/15M?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Dotyczy części nr 10, poz.2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z łącznikiem prostym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, waga 29g, przestrzeń martwa 40ml, oporność 1,0 hPa przy 30 l/min, z portem do kapnografii, o objętości pływowej 150-1500 ml, o skuteczności nawilżenia 32 mg H₂O/l przy Vt 500 ml, złącze 22M/15F-22F/15M?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Dotyczy części nr 10, poz.2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z łącznikiem prostym, waga 22g, przestrzeń martwa 34ml, oporność 0,6 hPa przy 30 l/min, z portem do kapnografii, o objętości pływowej 150-1500 ml, złącze 22M/15F-22F/15M?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Dotyczy części nr 10, poz.3

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z łącznikiem prostym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, waga 15g, przestrzeń martwa 12ml, oporność 1,2 hPa przy 30 l/min, z portem do kapnografii, o objętości pływowej 150-300 ml, o skuteczności nawilżenia 24,0 mg H₂O/l przy Vt 500 ml, złącze 22M/15F-22F/15M?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Dotyczy części nr 11, poz.2

Czy Zamawiający dopuści ustnik o średnicy wewnętrznej 28mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Dotyczy części nr 13, poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające szczelność systemu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Dotyczy części nr 13, poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające możliwość stosowania wyrobów medycznych z cytostatykami?



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Dotyczy części nr 37, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary:

- 00/5 cm
- 1/7 cm
- 2/8 cm
- 3/9 cm
- 4/10 cm

Lub

- 0/6 cm
- 2/8 cm
- 3/9 cm
- 4/10 cm
- 5/11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43

Dotyczy części nr 37, poz.2

Czy Zamawiający dopuści prowadnice o następujących rozmiarach

- średnicazew. 2.0, długość 275 mm
- średnicazew. 3.3, długość 340 mm
- średnicazew. 4.7, długość 340 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Dotyczy części nr 37, poz.3

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o następującej specyfikacji:

- wykonana z PVC, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta
- mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie
- rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego,
- oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza
- wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych,
- różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych,
- posiadająca zintegrowany dren do napęnlania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia
- kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny
- sterylna
- pakowania pojedynczo
- bez zawartości lateksu oraz DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45

Dotyczy części nr 37, poz.4

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 4 z Części 37 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie 46

Dotyczy części nr 46, poz.1



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Czy Zamawiający dopuści rękojeść o następujących parametrach:

- Kompatybilna z łyżkami światłowodowymi
- Bezpieczna w użyciu
- Mikrobiologicznie czysta
- Wykonana z wysokiej jakości chromowanego mosiądzu
- Radełkowana krzyżowo rękojeść daje użytkownikowi stabilny uchwyt
- Jasne oświetlenie LED - 80 000 LUX
- Czas pracy LED ponad 50 000 godzin
- 2 godziny pracy przy maksymalnym oświetleniu
- Zgodne z „zielonym standardem” – ISO 7376
- Prosta zmiana baterii u podstawy uchwytu
- Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp 134 stopnie Celsjusza przez 5 minut
- Pakowane indywidualnie w opakowanie typu folia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 47

Dotyczy części nr 46, poz.1

Czy Zamawiający dopuści okres gwarancji dla rękojeści 36 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 48

Dotyczy części nr 46, poz.2

Czy Zamawiający dopuści łyżki o parametrach:

- Roz. 1 – 95mm; 16mm
- Roz. 2 – 120mm; 16mm
- Roz. 3 – 140mm; 18mm
- Roz. 4 – 160mm; 18mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Dotyczy części nr 46

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „łyżki i rękojeści pochodzą od tego samego producenta”?

Odpowiedź Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie części nr 46, poprzez odstąpienie od zapisu „łyżki i rękojeści pochodzą od tego samego producenta”

Pytanie 50

Dotyczy części nr 48

Czy Zamawiający dopuści wersję dla dzieci tylko z kablem wewnątrz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Dotyczy części nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ustnik o średnicy wewnętrznej 18,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Dotyczy części nr 7

Czy Zamawiający w części 7 dopuści wycenę strzykawki z igłą w rozmiarze U100 0,3x12,7 mm ze skalowaniem co 2ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Pytanie 53

Dotyczy części nr 12, poz.1

Czy Zamawiający w części 12 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu/ aparatu pakowanego pojedynczo w opakowanie typu folia? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 54

Dotyczy części nr 12, poz.3

Czy Zamawiający w części 12 poz. 3 dopuści wycenę przyrządu/ aparatu z filtrem 200µm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 55

Dotyczy części nr 12, poz.6

Czy Zamawiający w części 12 poz. 6 dopuści wycenę przyrządu/aparatu pakowanego pojedynczo w opakowanie typu folia-papier? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 56

Dotyczy Części nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do podawania insuliny z igła wtopiona trzyczęściowa tłoczek gumowy z podwójnym uszczelnieniem (nie zawierający lateksu) niepirogenny 1ml U40 z igła 29G 0,33x12,7mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 57

Dotyczy Części nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę a dopuszczenie strzykawki do podawania insuliny z igła w rozmiarze 0,5x16mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 58

Dotyczy Części nr 12 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aparatu do infuzji , jałowego wyposażony w precyzyjny zacisk rolkowy z logo producenta umieszczonym na nim z uchwytem na dren oraz miejscem na igle biorcza po użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 59

Dotyczy Części nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opakowania typu folia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 60

Dotyczy Części nr 12 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aparatu do transfuzji , jałowego wyposażony w precyzyjny zacisk rolkowy z logo producenta umieszczonym na nim z uchwytem na dren oraz miejscem na igle biorcza po użyciu filtr 200um?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 61

Dotyczy Części nr 12 poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga aparatów do infuzji i transfuzji w pełni pozbawionych ftalanow? Obecnie jest to normą w Szpitalach w całej Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 62

Dotyczy Części nr 12 poz. 1-3

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 63

Dotyczy Części nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga strzykawki do pomp w kolorze bursztynowym z rozszerzeniem 50/60ml z logo producenta umieszczonym na cylindrze

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga rozszerzenia 50/60ml . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 64

Dotyczy Części nr 12 poz. 5-6

Czy zamawiający wymaga przedłużaczy do pomp infuzyjnych , jałowych o długości 150cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 65

Dotyczy Części nr 14 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga osłonek na worek do ochrony leków światłoczułych w kolorze żółtym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 66

Dotyczy Części nr 12, poz. 4

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 67

Dotyczy Części nr 12, poz. 4

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 68

Dotyczy Części nr 23, poz. 5-6

Czy zamawiający wydzieli poz.5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 2.23 poprzez wydzielenie poz. 5-6 do części nr 23A i utworzenie załącznika nr 2.23A.

Pytanie 69

Dotyczy Części nr 24, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 16 g/m2?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 70

Dotyczy Części nr 24, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez możliwości wywiniecia, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 71

Dotyczy Części nr 24, poz. 1-5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 2.24 poprzez wydzielenie poz. 1-5 do części nr 24A i utworzenie załącznika nr 2.24A

Pytanie 72

Dotyczy Części nr 25, poz. 1-2,5

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 73

Dotyczy Części nr 25, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 74

Dotyczy Części nr 25, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 75

Dotyczy Części nr 25, poz. 5

Czy zamawiający dopuści poszwę o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², w kolorze zielonym, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76

Dotyczy Części nr 26, poz.1-2

Czy zamawiający dopuści perforację co 50 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 77



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Dotyczy Części nr 26, poz.1

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 60 cm x 50 m, z perforacją co 50 cm, o gramaturze 34 g/m², 100 szt. listków?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 78

Dotyczy Części nr Część 26, poz.2

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 50 cm x 50 m, z perforacją co 50 cm, o gramaturze 34 g/m², 100 szt. listków?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 79

Dotyczy Części nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H₂O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowe, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80

Dotyczy Części nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81

Dotyczy Części nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pediatryczny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 12 ml, masa 13.5 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 24 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno luer-lock, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82

Dotyczy Części nr 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękowiesi radełkowane, bez zbędnego w tym przypadku antypoślizgowego tworzywa, co w znacznie większym stopniu zapewnia lepszy i stabilny chwyt niż wątpliwej jakości pokrycie „Santoprene” wskazujący na konkretnego wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 83

Dotyczy Części nr 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękowiesi do laryngoskopu z bateriami i źródłem światła wyjmowanymi niezależnie, spełniająca pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 84

Dotyczy Części nr 46 poz. 2

Prosimy o odstąpienie od szczegółowego opisanego rozmiaru łyżek w powyższym zakresie i dopuszczenia łyżek we wszystkich wymaganych typach i rozmiarach opisanych w SIWZ. W przeciwnym wypadku prosimy o wytłumaczenie, jakie znaczenie kliniczne ma dla Zamawiającego wymóg, aby łyżki posiadały rozmiar z dokładnością do 1 mm oraz, w związku z brakiem ustandaryzowanego sposobu pomiaru, jakim walidowanym przyrządem pomiarowym Zamawiający zamierza potwierdzić zgodność wymaganych parametrów?

Uzasadnienie: W opisie brak jest chociażby określonego sposobu i ustandaryzowanego miejsca pomiaru łyżki, co powoduje, że opisane wymiary spełnia niemal każda łyżka, a dowolność sposobu pomiaru może grozić faworyzowaniem jednego wykonawcy. Kompatybilność łyżek i rękojeści opisuje bowiem międzynarodowy standard ISO 7376:2009 (Urządzenia do anestezji i oddychania -- Laryngoskopy do intubacji tchawicy), ujednolicając niezbędne wymiary łyżek i rękojeści wszystkich (bez wyjątku) producentów stosujących standard Green a wymóg dodatkowych wymiarów jest całkowicie bezzasadny i nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości, opis wysokości i miejsca pomiaru znajduje się w SIWZ. Niestety, dostępne na rynku łyżki choć w standardzie mocowania są kompatybilne - różnią się szerokością i komfortem użytkowania w trakcie intubacji – uzasadnienie kliniczne.

Pytanie 85

Dotyczy Części nr 21 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników sterylizowanych tlenkiem etylenu, z oryginalnie nadrukowanym logo producenta, rozmiarem cewnika i pojemnością balonu na wejściu cewnika poniżej plastikowej zastawki, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86

Dotyczy Części nr 21 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników foleja dwudrożnych spełniających zapisy SIWZ o długości 40 cm dla każdego z rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87

Dotyczy Części nr 21 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foleya silikonowego z balonem o pojemności 10 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88

Dotyczy Części nr 21 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników moczowodowych typu Nelaton – cewniki widoczne w RTG, skalowane co 1 cm, wykonane z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex, z metalowym lub nylonowym mandrynem do wyboru przez Zamawiającego, nie zawierające lateksu, adapter Luer-lock, rozmiary 3-10 CH, długości 70 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89

Dotyczy Części nr 21 poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania górnych dróg oddechowych pakowanych sterylnie po 1szt w opakowania zbiorcze po 100szt. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania jednostkowego nie ma wpływu na walory użytkowe produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 90

Dotyczy Części nr 21 poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos zawierający DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Dotyczy Części nr 21 poz. 7:

Prosimy o doprecyzowanie czy z uwagi na możliwość podłączenia cewnika donosowego do sprzętu wymagającego łączników standardowych i/lub gwintowanych Zamawiający wymaga zaoferowania produktu z łącznikiem uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 92

Dotyczy Części nr 37 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek ustno-gardłowych w rozm. odpowiednio:00-5cm; 0 – 6cm; 1-7cm; 2- 8cm 3 – 9cm; 4- 10cm; 5-11cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Dotyczy Części nr 37 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej, przewodnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP. Dostępna w rozmiarach:

- 6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm
- 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm
- 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm
- 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94

Dotyczy Części nr 46 poz. 1, 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek i rękojeści zgodnych ze standardem ISO 7376 tzw. Zielony standard czyli kompatybilnych ze sobą, wyprodukowanych przez różnych producentów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie części nr 46, poprzez odstępianie od zapisu „łyżki i rękojeści pochodzą od tego samego producenta”

Pytanie 95

Dotyczy Części nr 46 poz. 1, 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek laryngoskopowych o parametrach dla: roz 2 (115 mm/14mm), dla roz 3 (133mm/14mm), dla roz 4 (163mm/14mm), opakowanie zbiorcze 20szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96

Dotyczy Części nr 46 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie łyżki do laryngoskopu w rozmiarze 1 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie łyżki do laryngoskopu w rozmiarze 1 do oddzielnego pakietu nr 46A (załącznik nr 2.46A). Zamawiający informuje o modyfikacji części nr 46 (załącznik nr 2.46 do SIWZ)



Pytanie 97

Dotyczy Części nr 49 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworów bezigłowych w opakowaniach zbiorczych po 100szt. Nadmieniamy, iż wielkość opakowania jednostkowego nie ma wpływu na walory użytkowe produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98

Dotyczy Części nr 49 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy poprzez sformułowanie „łącznik antybakteryjny” rozumie łącznik o mniejszym transferze bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań potwierdzony badaniem in vitro dołączonym do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 99

Dotyczy Części nr 49 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowany zawór ma się charakteryzować pozytywnym, negatywnym czy neutralnym ciśnieniem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 100

Dotyczy Części nr 58 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, bezlateksowej, jednorazowej osłony na sondę do USG o wymiarze 15x244 cm w komplecie z żelem a 20g, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 101

Dotyczy Części nr 58 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, bezlateksowej, jednorazowej osłony na sondę do USG o wymiarze 15x61 cm w komplecie z żelem a 20g, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102

Dotyczy Części nr 58 poz. 1-2:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga pojedyncze osłony z żelem i elementami mocującymi były pakowane w serwety 30x30cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 103

Dotyczy Części nr 20 poz. 1:

Ze względu na użyte rozwiązania charakterystyczne dla jednego wykonawcy, zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmianę w opisie przedmiotu zamówienia poprzez wprowadzenie wymogu złożenia oferty na cewnik permanentny do hemodializ zakładanego metodą Seldingera z osobnym kanałem dla przewodnicy: bez wymogu w opisie cech charakterystycznych dla jednego wykonawcy tj.: "możliwość wymiany zewnętrznej części cewnika, zespołu rozgałęziacza i całości zawiniętej w serwetę". Wyrażona zgoda na powyższe rozwiązania umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej innym oferentom.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga możliwości wymiany zewnętrznej części cewnika i zawinięcia całości zestawu w serwetę.

Pytanie 104

Dotyczy Części nr 42 poz. 1:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 42 w pozycji 1 wkłuc centralnych jednoświatłowych w rozmiarze wymaganym przez Państwa 18Ga/20 cm wykonanych z poliuretanu nie posiadających powłoki antybakteryjnej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105

Dotyczy Części nr 42 poz. 4:

Prosimy doprecyzowanie czy w pakiecie nr 42 pozycji 4 czy nie nastąpiła pomyłka i Zamawiający oczekuje wkłuc cztero i pięćświatłowych bez wkłucia sześćświatłowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający oczekuje kaniul cztero, pięć i sześćświatłowych.

Pytanie 106

Dotyczy Części nr 42 poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 42 pozycji 4 wkłucia cztero i pięćświatłowe w rozmiarze oczekującym przez Zamawiającego czyli 8,5 Fr/16cm i 8,5 Fr/20cm z powłoką antybakteryjną nie posiadające strzykawki z otworem w tłoku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107

Dotyczy Ad par. 10 ust. 6a wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości towaru nie dostarczonego w terminie – naliczanie kary od wartości całej umowy jest naruszeniem zasady równości stron w transakcjach handlowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści wzoru umowy. Jednakże Zamawiający modyfikuje treść § 8 ust. 6 umowy w następujący sposób:

- a) zwłoki w terminach dostawy przedmiotu umowy, podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;
- b) gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, według wyboru Zamawiającego, karę umowną w wysokości 5% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy albo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w naprawieniu lub wymiany na nowy towaru, liczonego od dnia poinformowania o tym fakcie przez Zamawiającego.

Pytanie 108

Dotyczy części nr 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego harmonijkowego mechanicznego o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno, sterylne, parametry: skuteczność filtracji >99,999%, opór 2,8cm, przestrzeń martwa 63ml, waga 30g, skuteczność nawilżania 23mg H₂O/L przy VT 500ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109

Dotyczy części nr 10 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie filtra o przestrzeni wewnętrznej 34ml i skuteczności 99.9%, mikrobiologicznie czystego, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 110

Dotyczy części nr 10 poz. 2-4

Prosimy o dopuszczenie produktów mikrobiologicznie czystych

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Pytanie 111

Dotyczy części nr 12 poz. 5 i 6

Prosimy o informację do jakich pomp objętościowych jakiego producenta mają służyć sety w pozycjach 5 i 6 oraz prosimy o wyłączenie tych pozycji w osobny pakiet w celu złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedłużaczy uniwersalnych . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 112

Dotyczy części nr 71

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych z drenem, z podwójnym podbródkiem przeznaczonych dla małych i dużych pacjentów, bez wyszczególnionej symboliki rozmiarów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113

Dotyczy §8 ust. 6 pkt a)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto każdej części obciążonej opóźnieniem lub niezrealizowanej dostawą za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację treści wzoru umowy. Jednakże Zamawiający modyfikuje treść § 8 ust. 6 umowy w następujący sposób:

- a) zwłoki w terminach dostawy przedmiotu umowy, podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;
- b) gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości (w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, według wyboru Zamawiającego, karę umowną w wysokości 5% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy albo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w naprawieniu lub wymiany na nowy towaru, liczonego od dnia poinformowania o tym fakcie przez Zamawiającego.

Pytanie 114

Dotyczy części nr 7

Czy Zamawiający w części 7 dopuści wycenę strzykawki z igłą w rozmiarze U100 0,3x12,7 mm ze skalowaniem co 0,01ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 115

Dotyczy części nr 4, poz.1

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta filtry powietrza pobieranego do inkubatora model ISOLETTE C2000 pakowane są po 4 sztuki i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2.4 do SIWZ, kol. 4 oraz kol.5

Pytanie 116

Dotyczy części nr 4, poz.2

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta filtry powietrza pobieranego do inkubatora model CALEO pakowane są po 20 sztuki i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2.4 do SIWZ, kol. 4 oraz kol.5

Pytanie 117

Dotyczy części nr 4, poz.3

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta filtry powietrza pobieranego do inkubatora model 8000 S.C. pakowane są po 2 sztuki i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2.4 do SIWZ, kol. 4 oraz kol.5

Pytanie 118

Dotyczy części nr 75, poz.1

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta jednorazowe układy oddechowe pacjenta do aparatu OXYLOG 1000 pakowane są po 25 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednio tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2.75 do SIWZ, poz.1, kol. 4 oraz kol.5

Pytanie 119

Dotyczy części nr 13

Czy ze względów ochrony przed zakażeniem i eliminacji dezynfekcji portów bezigłowych przed podłączeniem cytostatyku mają być fabrycznie zabezpieczone koreczkami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga portów fabrycznie zabezpieczonych koreczkami. Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie części nr 13, załącznik nr 2.13 poprzez dodanie do opisu zamówienia : porty fabrycznie zabezpieczone koreczkami.

Pytanie 120

Dotyczy części nr 41, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pozycji nr 2 w rozmiarze 26Gx88mm atraumatycznej igły typu Atraucan?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 121

Dotyczy części nr 25, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie w w/w pozycji kompletu pościeli, o nieznacznej różnicy w zakresie rozmiaru poszwy tj. 160x210 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122

Dotyczy części nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski niesterylne, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 123

Dotyczy części nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowego użytku, w którym przód i rękawy wykonane są z odpornego na krew, wirusy i cytostatyki materiału, wiązany na troki w talii oraz na szyi, rękawy długie zakończone



poliestrowym mankietem, kolor żółty, produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I, rozmiar uniwersalny (wymiar 130cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 124

Dotyczy części nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylizowany tlenkiem etylenu, posiadający w rozmiarach 12-20 CH na wejściu cewnika poniżej plastikowej zastawki oryginalnie nadrukowany rozmiar cewnika i pojemność balonu, nazwa producenta jest nadrukowana na opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 125

Dotyczy części nr 21, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya CH 10 z balonem 3-5ml i CH 12-22 z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 126

Dotyczy części nr 21, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik z barwnym oznaczeniem rozmiaru na łączniku oraz numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 127

Dotyczy części nr 21, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki w opakowaniu zbiorczym a'50szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128

Dotyczy części nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zbiorcze a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129

Dotyczy części nr 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zbiorcze a'90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130

Dotyczy części nr 23, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie zbiorcze a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131

Dotyczy części nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 132



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Dotyczy części nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski o skuteczności filtracji 98,72%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 133

Dotyczy części nr 24, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski typu II R?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 134

Dotyczy części nr 24, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135

Dotyczy części nr 24, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furazerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm, wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem, wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm, szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką overlock ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 136

Dotyczy części nr 24, poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby asortyment był zgodny z ISO 14001.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 137

Dotyczy części nr 24, poz. 4, 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138

Dotyczy części nr 24, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml, pakowany po 10szt?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 139

Dotyczy części nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140

Dotyczy części nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Pytanie 141

Dotyczy części nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 142

Dotyczy części nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L – XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 143

Dotyczy części nr 25, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x116cm lub 71x180cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 144

Dotyczy części nr 25, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze jasnoniebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 145

Dotyczy części nr 25, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 146

Dotyczy części nr 25, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 147

Dotyczy części nr 25, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści bluzę z rękawem prostym ciętym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 148

Dotyczy części nr 25, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodnie z nogawkami ciętymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 149

Dotyczy części nr 25, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Dotyczy części nr 26, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 151

Dotyczy części nr 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany o szerokości 50cm i długości 50m, perforowany co 38cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 152

Dotyczy części nr 26, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany o szerokości 58cm i długości 50m, perforowany co 38cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 153

Dotyczy części nr 26, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany o szerokości 48cm i długości 50m, perforowany co 38cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 154

Dotyczy części nr 33, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5 do osobnego pakietu? Pozwoli to Wykonawcom złożyć konkurencyjną ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 155

Dotyczy części nr 37, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 do osobnego pakietu? Pozwoli to Wykonawcom złożyć konkurencyjną ofertę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 156

Dotyczy części nr 44, poz. 4

Czy zamawiający dopuści kateter w rozmiarze 16-18 o długości 24cm, 20-40 o długości 37cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 157

Dotyczy części nr 62

Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 40x70cm pakowany a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 158

Dotyczy części nr 65

Czy Zamawiający oczekuje koca w rozmiarze 110x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie 159

Dotyczy części nr 57

Czy Zamawiający dopuści materac po napompowaniu o wysokości 12 cm ?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 160

Dotyczy części nr 23, poz.7 (po modyfikacji poz.5)

Czy Zamawiając dopuści kieliszek szklany na leki rejestrowany jako produkt nie medyczny i posiadający stawkę VAT 23%.

Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ w zakresie załącznika nr 2.23A poz.5 (przed modyfikacją poz. 7), kol. 10 (VAT%) poprzez usunięcie stawki 8%. Zamawiający informuje również o modyfikacji Tabeli nr 1 (Rozdział III, pkt 3.3, ppkt 11. Wymagania do przedmiotu zamówienia i ważne dokumenty na potwierdzenie ich spełnienia)

Pytanie 161

Dotyczy części nr 32, poz. 2 i 3

Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 zmieni wskazaną ilość wkładów na 24 miesiące (10szt.) tak aby była wielokrotnością 50 szt? Producent pakuje wymagane wkłady w opakowania zbiorcze po 50 szt., dlatego wnosimy o zmianę wymaganej ilości na 150 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 162

Dotyczy części nr 32, poz. 2 i 3

W związku z tym, że producent wkładów Flovac pakuje je zbiorczo po 50 szt. czy Zamawiający potwierdzi, że minimalną zamawianą jednorazowo ilością wkładów będzie 50szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 163

Dotyczy części nr 32, poz. 1

Czy w pozycji 1 Zamawiający zaakceptuje filtry antybakteryjne o kształcie prostokątnym, pasujące do ssaka Hospivac 350?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 164

Dotyczy części nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik z łopatką w komplecie do pobierania próbek kału wykonany z materiału: polipropylen + polietylen, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ? Rodzaj materiału z jakiego jest wykonany pojemnik do pobierania próbek kału nie ma żadnego wpływu na jakość wykonywanych procedur medycznych.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyższego pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 165

Dotyczy części nr 23, pozycja 2



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00



Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniu a'75 sztuk z przeliczeniem na 3 334 pełne opakowania, co daje 250 050 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 166

Dotyczy części nr część 23, pozycja 5

Czy Zamawiając dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków nie-sterylne, z polem do opisu 5 cm/1,8 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia? Proponowane opaski są bezpieczne i stosowane w placówkach ochrony zdrowia.

Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167

Dotyczy części nr część 23, pozycja 6

Czy Zamawiając dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków nie-sterylne, z polem do opisu 5 cm/1,8 cm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia? Proponowane opaski są bezpieczne i stosowane w placówkach ochrony zdrowia.

Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 168

Dotyczy części nr 23, pozycja 5-6

Czy Zamawiając dopuści opaski identyfikacyjne nie-sterylne, ale mikrobiologicznie czyste, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia? Proponowane opaski są bezpieczne i stosowane w placówkach ochrony zdrowia.

Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 169

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?





Odpowiedź: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym wykonawca powinien przekazać przedmiotowe oświadczenie po otwarciu ofert, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej, a nie wraz z ofertą.

Pytanie 170

Dotyczy części nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatyczny, sterylny, przeznaczony do respiratorów, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% oraz skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, z portem do kapnografii luer lock ze szczelnie wkręcanym koreczkiem, z hydrofobową warstwą filtrującą, o wydajności nawilżacza 37 mg/l H₂O przy V_t=500ml, masie 35,6g, oporze przepływu przy 60 l/min 2,14 cm H₂O, o przestrzeni martwej 55 ml, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 171

Dotyczy części nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy do zabiegów operacyjnych, sterylny, elektrostatyczny, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% oraz skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, z portem do kapnografii z koreczkiem zabezpieczającym, o objętości oddechowej 150-1500 ml, o złączu pacjenta/aparatu do znieczulenia 22M/15F – 22F/15M, o wadzie 21 g, przestrzeni martwej 33 ml, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 172

Dotyczy części nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy do zabiegów operacyjnych, sterylny, elektrostatyczny, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% oraz skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, z portem do kapnografii luer lock ze koreczkiem zabezpieczającym, pediatryczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z hydrofobową warstwą filtrującą, o przestrzeni martwej 30 ml, zakres objętości oddechowej 70-250 ml, o wydajności nawilżacza 33,6 mg/l H₂O przy V_t=250ml, masie 21 g, oporze przepływu przy 30 l/min 2,4 cm H₂O, o złączu pacjenta/aparatu do znieczulenia 22M/15F – 22F/15M, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173

Dotyczy części nr 37 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 37 pozycję nr 2 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje o modyfikacji załącznika nr 2.37 poprzez wydzielenie poz. 2 do części nr 37A i utworzenie załącznika nr 2.37A.

Pytanie 174

Dotyczy części nr 37 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku, sterylną, z rurką i mankietem wykonanym z delikatnego medycznego PCW, bez zabezpieczenia w postaci uźbrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni, z koniuszkiem mankieta posiadającym zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania, dren do napełniania balonika kontrolnego luźny, połączony z rurką



na krótkim odcinku, nie zawierająca lateksu oraz szkodliwych ftalanów z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski umieszczony na rurce, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, o rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 1 (<5kg); dla roz. 1,5 (5-10kg); dla roz. 2 (10- 20kg); dla roz. 2,5 (20-30kg); dla roz. 3 (30-50kg); dla roz. 4 (50-70kg) i dla roz. 5 (70-100 kg), o możliwości bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak melatowych elementów), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175

Dotyczy części nr 55 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy zestaw przeznaczony do reanimacji noworodka (waga pacjenta poniżej 10 kg), worek resuscytatora wykonany z materiału SEBS, z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa 40 cm H₂O z możliwością blokady, o maksymalnej objętość oddechowca 150 ml, o objętości worka 234 ml, możliwości podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek, z maską twarzą z powietrznym mankietem dla niemowląt, ze złączem umożliwiającym podłączenie manometru do monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji, z portem do podawania leków drogą dotchawiczą, produkt pozbawiony szkodliwych ftalanów, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176

Dotyczy części nr 71 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne jednorazowe maseczki pediatryczne z drenem do podawania tlenu w jednym uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 177

Dotyczy części nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. e (tj. papier EKG Nihon Kohden FQW 110-2-140) do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości ofert w postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 178

Dotyczy części nr 28

Czy Zamawiający dopuści oryginalny papier EKG prod. Nihon Kohden w rozmiarze 110x140x143?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179

Dotyczy części nr 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 cewnika o następujących parametrach: Czy Zamawiający dopuści cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr. Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji. Końcówka cewnika schodkowa 3cm. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przysianiu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Informacja dodatkowa:

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania została dokonana modyfikacja SIWZ w dniu 22.01.2020 r., oraz ulegnie zmianie treść pierwotnego Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 249-617744 w dniu 27.12.2019r. oraz zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 27.12.2019 r. Zmiany do ogłoszenia zostały przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.01.2020 r. i zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w jego siedzibie niezwłocznie po ukazaniu się w Dz.U.U.E. Zamawiający informuje, iż w z związku z modyfikacją SIWZ został przesunięty termin składania ofert i termin otwarcia ofert na dzień 10.02.2020 r. (godziny pozostają bez zmian)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka

SPORZĄDZIŁA: Karina Kmieciak
Tel. 054 412 94 50, Fax: 054 412 94 35



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego