



Poznań, 14 kwietnia 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

wg rozdzielnika

Nasz znak: AD-O.272.10.2021

Dot. sprawy nr: - pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę końcówek jednorazowych do pipet automatycznych, pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych „BC”.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet III załącznik nr 4 do SWZ

Pytanie nr 1: „Poz. 8 - proszę o podanie jaki ma być rodzaj membrany.”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający precyzuje i wyjaśnia, że filtry powinny mieć membrane hydrofilową.

Pytanie nr 2: „Poz. 10 - proszę o wskazanie czy zamawiający oczekuje membrany hydrofilowej czy hydrofobowej.”

Pytanie nr 3: „Poz. 11 - proszę o wskazanie czy zamawiający oczekuje membrany hydrofilowej czy hydrofobowej.”

Odpowiedź nr 2: Zamawiający precyzuje i wyjaśnia, że filtry powinny mieć membrane hydrofobową.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Pytanie nr 4: „Poz. 12 - proszę o wskazanie przykładowego producenta lub nr katalogowego”

Pytanie nr 5: „Poz. 18 - proszę o podanie jaka ma być długość pęsety i jaka końcówka”

Pytanie nr 6: „Poz. 48- urządzenie o symbolu Z-2000 to spektrometr masy atomowej /ASA/ tandem - wersje: płomieniowa i kuwety grafitowej - czy wialki mają być do takiego sytemu? Dla pewności proszę o podanie nr katalogowego wialek przez Państwa używanych.”

Odpowiedź nr 4 – 6: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

z up. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KIEROWNIK
Zespołu ds. Administracyjnych


mgr Lidia Zwierzchowska-Cerek

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl