



Numer sprawy: ZO 10/21

Grajewo, dnia 14.07.2021 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „*Dostawa videokolonoskopu diagnostycznego wraz z monitorem medycznym na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego w Grajewie*”.

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści Zaproszenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 6
Prosimy o określenie terminu płatności należności za fakturę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje do § 6 termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„(...) , chyba że Wykonawca przedstawi inny sposób usunięcia wady a Zamawiający przystanie na propozycję rozwiązania.” ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający doprecyzuje zapis.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o poniższej treści:
„(...) Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej za przekroczenie terminów jeżeli na czas realizacji usług serwisowych / naprawy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.” ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zgadza się.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 3



Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zgadza się.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 2 - Monitor medyczny endoskopowy – poz. 2

Prosimy o dopuszczenie monitora endoskopowego o jasności min. 250 cd/m² – typowa dla monitorów endoskopowych.

Pozostałe parametry zgodne z opisem zawartym w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki Zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

Dyrektor
Szpitala Ogólnego im. dr W. Gineła
w Grajewie

lek. med. Sebastian Wysocki

Kierownik Zamawiającego