

## OGŁOSZENIE

### Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 17/TP/2023

(art. 135 pzp)

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,  
w trybie PODSTAWOWYM,

zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm), zwanej dalej „ppz”,  
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,

**na: DOPOSAŻENIE REHABILITACJI POLEGAJĄCE NA ZAKUPIE URZĄDZEŃ ROBOTYCZNYCH,  
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU MEDYCZNEGO**

Z dnia: **09-10-2023r.**

Nazwa (firma) Zamawiającego	SZPITALE TCZEWSKIE SPÓLKA AKCYJNA
Adres Zamawiającego	SZPITALE TCZEWSKIE SPÓLKA AKCYJNA UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL./FAX 58.777.66.73 Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl Adres strony internetowej: <a href="http://www.szpitaletczewskiesa.pl">www.szpitaletczewskiesa.pl</a> KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689, BDO000038394

### Pytania 1.

- 1.1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu pkt. nr 33 (Pakiet nr 1) i zapisu pkt. nr 36 (Pakiet nr 2) ze względu na brak możliwości dostarczenia urządzenia zastępczego w tak krótkim terminie. Wymagany termin jest nierealny, ponieważ takich urządzeń nie przechowuje się w magazynie w oczekiwaniu na awarię innego. Co więcej, nie są to urządzenia służące ratowaniu życia, a co za tym idzie, ich chwilowy brak nie dezorganizuje w znaczącym stopniu pracy oddziału.
- 1.2. Prosimy o zmianę zapisu w pkt. nr 36 (Pakiet nr 1) i w pkt. nr 39 (Pakiet nr 2) na: "Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany naprawianej części na nową; trzy z wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika" Taki zapis jest standardowo stosowany. Nie ma możliwości wymiany całego urządzenia z powodu usterki jednej części często mało istotnej dla funkcjonowania sprzętu.
- 1.3. Prosimy o modyfikację pkt. 40 (Pakiet nr 1). Opisane urządzenie ma usystematyzowany system szkoleń odgórnie narzucony przez producenta. Szkolenie jest jednodniowe, trwa 6-8h i jest zakończone certyfikatem dla 6 użytkowników, którzy mogą potem szkolić kolejnych użytkowników wewnątrz ośrodka. Kolejne szkolenia przez certyfikowanego instruktora nie są wymagane i są dodatkowo płatne.
- 1.4. Prosimy o modyfikację pkt. 43 (Pakiet nr 2). Opisany system wymaga szkolenia w wymiarze 4-5h pierwszego dnia, oraz uzupełniającego w późniejszym terminie, które zostanie ustalone z kierownikiem pracowni.

1.5. W związku z możliwym brakiem informacji przed 02.11.2023 o możliwości realizacji zamówienia podanym w SWZ nr 17/TP/2023 prosimy o wydłużenie terminu realizacji min. do 14.12. Standardowy czas realizacji tego typu urządzeń to 6-8 tygodni.

**Odpowiedź:**

**Ad. 1.1. Zamawiający wyraża zgodę na likwidację wymogów, o których mowa w zapytaniu. Stosowne modyfikacje zostaną dokonane na etapie sporządzania umowy.**

**Ad. 1.2. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, o którym mowa w zapytaniu, na proponowany w treści pytania. Stosowne modyfikacje zostaną dokonane na etapie sporządzania umowy.**

**Ad. 1.3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, o którym mowa w zapytaniu, na proponowane warunki, o których mowa w treści pytania. Stosowne modyfikacje zostaną dokonane na etapie sporządzania umowy.**

**Ad. 1.4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, o którym mowa w zapytaniu, na proponowane warunki, o których mowa w treści pytania. Stosowne modyfikacje zostaną dokonane na etapie sporządzania umowy.**

**Ad. 1.5. Zgodnie z warunkami dofinansowania nie ma możliwości wydłużenia tego terminu. Postępować zgodnie ze SWZ.**

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński