



SZP-EZP/160/2024

Złotów, dnia 13.05.2024 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **podstawowym**, oznaczonego symbolem **11/ZP/2024**, którego przedmiotem jest: „**Dostawa materiałów szewnych**”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp udziela wyjaśnień w poniższy sposób:

### Wyjaśnienia treści SWZ:

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka o długości 70 cm?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymaga zaoferowania nitki o długości 70 cm.

#### Pytanie nr 2

Część nr 1, poz. 35-40, 45

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny wchłaniający się w terminie 180-210 dni?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający **dopuszcza** materiał szewny wchłaniający się w terminie 180-210 dni w zakresie **pozycji nr od 35 do 40**, natomiast **nie dopuszcza** zaoferowania materiału szewnego wchłaniającego się w terminie 180-210 dni w zakresie **pozycji nr 45**.

#### Pytanie nr 3

Część nr 1, poz. 41, 42

Czy Zamawiający dopuści szew pleciony, wykonany z kwasu glikolowego, o krótkim okresie podtrzymywania, wchłaniający się po ok. 42 dniach?

**Odpowiedź:** Tak, **Zamawiający dopuszcza** szew o powyższych parametrach.

#### Pytanie nr 4

Część nr 1, poz. 43, 44

Czy Zamawiający dopuści szew monofilamentowy, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o średnim okresie wchłaniania 90-120 dni, 40% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 14 dniach od zaimplantowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający **nie dopuszcza i nie zmienia** zapisów SWZ w powyższym zakresie.

#### Pytanie nr 5

Część nr 1, poz. 46, 47

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na Część nr 1 z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający **nie wyraża zgody** na modyfikację SWZ w powyższym zakresie. Wykonawca winien złożyć ofertę **na wszystkie pozycje asortymentowe** wchodzące w skład części nr 1.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym Wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

Dyrektor Szpitala Powiatowego  
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie  
Sławomir Janas

/podpis na oryginale/

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/924549>)
2. a/a

Sporządziła: Bożena Schmidt – specjalista ds. zamówień publicznych,  
tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: [przetargi@szpital.zlotow.pl](mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl)