

Kraków, dn. 04.09.2024 r.

dot. przetargu ZP-16/24
na usługi sterylizacji dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający ze względu na proces technologiczny, który trwa określony czas zmieni kryterium jakościowe w następujący sposób:

Termin wykonania usługi „na cito”: do 4 godzin – 20 pkt,

Termin wykonania usługi „na cito”: powyżej 4 godzin – 0 pkt

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby używany do transportu samochód był wyłożony od wewnątrz blachą kwasoodporną ?

Odp.: Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu, natomiast środek transportu musi być wykonany z materiałów umożliwiających jego mycie i dezynfekcję.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatów potwierdzających wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 13485:2016 wystawionych przez niezależne, akredytowane jednostki certyfikujące dotyczących miejsca wykonywania usługi?

Udzielenie akredytacji jednostce certyfikującej świadczy o tym, że ta jednostka ma odpowiednio kompetentny personel, rzetelnie prowadzi certyfikację, a wyniki audytów certyfikujących są obiektywne i niezależne. Akredytacja jednostki certyfikującej daje gwarancję, że wydawane przez nią certyfikaty są wiarygodne

Odp.: Zamawiający wymaga posiadanie systemu zarządzania jakością ISO lub GMP

Pytanie nr 4

W części III.3.SWZ Zamawiający określił, że w okresie realizacji usługi Wykonawca musi zapewnić 2 szafy nierdzewne transportowe. Natomiast w projekcie umowy w § 2 pkt.5g) zapisane jest, że Wykonawca zapewni 4 szafy nierdzewne transportowe. Czy Zamawiający mógłby dookreślić ilość szaf, które musi zapewnić Wykonawca?

Odp.: Zamawiający wymaga 4 szaf nierdzewnych transportowych

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdza że usługa cito dotyczy tylko sterylizacji wysokotemperaturowej oraz niskotemperaturowej w nadtlenu wodoru

Odp.: Zamawiający potwierdza, że usługa cito dotyczy tylko sterylizacji wysokotemperaturowej oraz niskotemperaturowej w nadtlenu wodoru.