

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/40/20

Sucha Beskidzka, dnia 22.07.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu medycznego (łóżka szpitalne, aparat do elektrokoagulacji, pompy infuzyjne, aparat EKG)", znak sprawy: ZOZ.V.010 /DZP/40/20

Pakiet nr 1

Łóżka szpitalne – 10 kpl.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca 120 mm. Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o wymiarach całkowitych 2180 x 960 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000 x 850 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające elektryczną regulację leża w zakresie 350 – 810 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające automatyczną regulację pleców wynoszącą 74°?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, w którym czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynosi 27 sekund??

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, którego leże jest wypełnione płytą HPL?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot przewodowy nie posiadający sygnalizacji dźwiękowej aktywowanej każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie przy braku zasilania sieciowego, ale nie posiadający sygnału dźwiękowego sygnalizującego wyczerpanie akumulatora?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami z jedna krawędzią dolną bez okalającego profilu stalowego (krawędź ta dolega to ramy leża) wykonane z profilu stalowego, lakierowane proszkowo, łatwo odejmowane o przekroju \varnothing 25 mm?

Odp.: Parametr oceniany.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami wykonane z profilu stalowego z jedna krawędzią dolną bez okalającego profilu stalowego (krawędź ta dolega to ramy leża), lakierowane proszkowo, łatwo odejmowane o przekroju \varnothing 33,7 mm?

Odp.: Parametr oceniany.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne z możliwością ich składania/odblokowywania w dwóch ruchach tj. poprzez odciążenie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta – poręcz składana wzdłuż ramy leża?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo z 3 profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę łóżka jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiący przez krążki odbojowe?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające koła wykonane wysokowytrzymałego tworzywa o średnicy 125 mm posiadające bieżnik nie brudzący i nie zostawiający śladów na posadzce czy wykładzinie podłogowej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z bezpiecznym obciążeniem 230 kg?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

15. Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących konieczności potwierdzenia bezpiecznego obciążenia do min. 250 kg przez niezależny podmiot? Wymóg taki należy traktować jako nadmierny oraz sprzeczny z obowiązującym w tym zakresie prawem - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226 poz.1817) nie obejmuje wymaganego w SIWZ zaświadczenia. Zgodnie z dyrektywą medyczną i szczegółowymi normami medycznymi – producent który spełnia odpowiednie wymogi prawne, sam przeprowadza procedurę badań wyrobów, wydaje ocenę spełnienia tych norm i sam deklaruje zgodność parametrów i funkcji gotowego produktu, tak więc wymóg ten dotyczy jedynie tych wytwórców/producentów którzy nie posiadają możliwości wykonania samodzielnie takich badań i muszą zlecić wykonanie ich przez inny niezależny podmiot.

Odp.: Zamawiający wymaga bezpiecznego obciążenia 250kg. Nie jest wymagane potwierdzenie przez niezależny podmiot.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów z 6 kolorów?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową posiadającą wysokość 870 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową z systemem blokowania kół poprzez naciśnięcie nogą blokady zlokalizowanej nad kołem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową z blatem głównym zabezpieczony z trzech stron metalowymi relingami zabezpieczającymi przedmioty przed spadaniem z blatu jak również pełniącymi funkcję uchwytów do przetaczania?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową z blatem bocznym posiadającym zabezpieczenia chroniące przed zsunięciem wykonane z płyty HPL?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłózkową nie posiadającej możliwości zamontowania zamka z kluczykiem?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

z poważaniem:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
lek. Marek Haber

Zespół Opieki Zdrowotnej
ds. zamówień publicznych
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr inż. Monika Kuliszewska

Starszy Inspektor
ds. zamówień publicznych
mgr Agnieszka Dziurka-Hajdyla