



POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU
ul. Ziębicka 34-38 50-507
Wrocław



DOLNY
ŚLĄSK



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO
Narodowa Strategia
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl

www.pogotowie-ratunkowe.pl

tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18

tel. kom. 506 374 965, 506 734 979, wew. 400, 500

NIP: 899-23-54-460

REGON: 932207142

KRS: 0000207618

Wrocław, dn. 23.04.2019 r.

ZP/ 105 /2019

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone do zapytania ofertowego pn.: „*Dostawa czujników SP0₂ wielokrotnego użytku*” zapytanie ofertowe ID 217035

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie czujników SpO₂ wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych ze złączem bezpośrednim typu RED bez konieczności stosowania adapterów? Takie rozwiązanie znacząco obniży koszty zakupu ww. Asortymentu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujników SpO₂ wielokrotnego użytku na palec dla dorosłych ze złączem bezpośrednim typu RED bez konieczności stosowania adapterów z zastrzeżeniem spełnienia kompatybilności z pulsoksymetrem Masimo Rad 57 rainbow. Model czujnika oryginalnego: M- LNCS DCI SpO₂.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 3 tygodni na 5 tygodni? Argumentujemy to faktem transportu wymaganego asortymentu ze Stanów Zjednoczonych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu w przypadku transportu asortymentu z zagranicy.

Powyższe zmiany są integralną częścią zapytania ofertowego i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Kierownik
Dzielnicy Zarządzeń Publicznych

Marzena Paszulewicz

DYREKTOR
Pogotowia Ratunkowego
we Wrocławiu
lek. med. Zbigniew Władziński