



WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 95
tel. 61 22 46 300, fax 61 22 46 316
REGON 630833359 NIP 785-16-11-813

Śrem, 16.10.2023 r.

POR-ZP.3720.8/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Sukcesywne dostawa materiałów medycznych dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie” – znak sprawy **POR-ZP.3720.8/2023**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy Pakiet 6 poz. 5-8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej, nitrylowej o grubości na dłoni 0,09mm?
Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.
2. Dotyczy Pakiet 6 poz. 5-8. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w miejsce badania na cytostatyki wg ASTM D 6978, badania na dopuszczenie do kontaktu z żywnością i badania na dodatki chemiczne wg metody HPLC dokumentu Wytwórcy zawierającego wyniki badań wykonane w niezależnej jednostce?
Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.
3. Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia Pakiecie 9 poz. 1 szereg wymogów niezgodnych z art. 101 ust. 1 Pzp, wskazując cechy lub parametry pasków w sposób nie mieszczący się z zamkniętym katalogu czterech możliwych sposobów opisu przedmiotu zamówienia (pole testowe na całej szerokości paska, zakres pomiaru wykraczający poza zakresy fizjologicznie możliwe do wystąpienia u żywych pacjentów) bądź też nie mające praktycznego znaczenia w pracy placówki Zamawiającego (czas pomiaru w stosunku do czasu wszystkich czynności



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

wykonywanych przy pomiarze, duża pamięć glukometru i wymóg odnoszących się do wartości średnich w sytuacji wykonywania pomiarów jednym glukometrem u wielu różnych pacjentów). Wobec powyższego wnosimy zapytania. Czy w Pakiecie 9 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych z polem testowym obejmującym wycinek szerokości paska (kapilara zasysająca krew) umożliwiającym szybkie i dokładne zassanie odpowiedniej ilości krwi przez pasek. Szerokie pole testowe w rzeczywistości spowalnia ten proces). Szerokie pole testowe miałyby uzasadnienie w przypadku wykonywania pomiarów przez osoby niedowidzące lub w ciemności, co jest wykluczone w pracy szpitala (praca w ciemności w placówce służby zdrowia jest zabroniona przez obowiązujące przepisy BHP i powiązane z nimi Polskie Normy)

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Czy w Pakiecie 9 poz. 1 Zamawiający dopuści paski testowe pobierające próbki o wielkości 0,5 mikrolitra? Personelowi i pacjentom jest obojętne czy będzie to 0,5 czy 0,6 mikrolitra bo nie odczują żadnej różnicy między tymi wartościami.

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy w Pakiecie 9 poz. 1 Zamawiający dopuści paski testowe do glukometru z czasem pomiaru wynoszącym 5 sekund? Czynności związane z pobieraniem i nakładaniem próbki oraz uruchomieniem glukometru i zarejestrowaniem wyniku pomiaru przez personel są trwają wielokrotnie dłużej niż sam czas pomiaru, zatem nie ma znaczenia czy czas ten będzie wynosił 4 czy 5 sekund.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy w Pakiecie 9 poz. 1 Zamawiający dopuści paski przeznaczone do wykonywania pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków? Pomiary we krwi żyłnej i tętniczej nie są w praktyce wykonywane przy użyciu glukometru ze względu na trudności w pobraniu i prawidłowym wprowadzeniu takiej próbki krwi na pasek.

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy z uwagi na fakt, że glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnej oceny glikemii postmortem, a stężenie glukozy spadające poniżej 50 mg/dl już stanowi zagrożenie zdrowia i życia pacjenta wymagające pilnej interwencji medycznej, Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 poz. 1 paski testowe z zakresem wyników pomiaru wynoszącym 20-600mg/dl (przy stężeniu <20mg/dl glukometr wyświetla wówczas komunikat „Lo” oznaczający spadek stężenia glukozy poniżej 20mg/dl)? W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, gdyż żaden glukometr nie jest w stanie precyzyjnie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy też 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od błędu pomiarowego glukometru zgodnego z wymogami normy EN ISO 15197:2015. Nie istnieją również żywi pacjenci, u których możliwe byłoby uzyskanie wyniku pomiaru glikemii na poziomie 10mg/dl.



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

8. Zamawiający nie posiada w swojej strukturze oddziału neonatologicznego, a wartości HCT>60% są charakterystyczne dla noworodków, nie dla osób dorosłych ani dzieci. W związku z czym prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 9 poz. 1 pasków testowych o zakresie hematokrytu 20-60%.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 poz. 1 paski współpracujące z glukometrami o pamięci min. 450 wyników bez wyliczania średnich. Wsteczne przeglądanie wyników zapisanych ileś wyników wcześniej w pamięci glukometru, a tym bardziej średnich, nie ma sensu w warunkach pracy szpitala, gdzie ten sam glukometr jest stosowany u wielu różnych pacjentów – gdyż takie dane nie mają wówczas żadnej wartości informacyjnej.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 poz. 2 nakłuwacze o standardowej grubości igły 21G i głębokości nakłucia 1,8 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy Zamawiający wydzielili do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 24 i czy dopuści: Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku? lub Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odp. Zamawiający nie wydzielili do oddzielnego pakietu. Zamawiający dopuszcza ten typ gazików.

12. Czy Zamawiający wydzielili do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 26?

Odp. Zamawiający nie wydzielili do oddzielnego pakietu.

13. Czy Zamawiający wydzielili do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 10 poz. 11 i 12 i czy dopuści: Suche chusteczki do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym, gramatura 70g/m², wymiary: 30x34cm, 100szt. w rolce oraz Kompatybilne z nimi wiaderko dozujące? lub Suche chusteczki do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym, gramatura 70g/m², wymiary: 18x25m, 300szt. w rolce oraz Kompatybilne z nimi wiaderko dozujące? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wydzielili do oddzielnego pakietu. Zamawiający nie dopuszcza.

14. Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 6 o treści:



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. Lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 6 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. Lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odp. Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych nie może mieć zaległości w płatnościach względem kontrahentów. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

15. Pakiet 6.10, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję typu olej w wodzie, zawierającą parafinum liquidum, wzbogaconą oliwą z oliwek, do pielęgnacji i regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki. Nie zawiera barwników. Opakowanie 500ml z pompką. Przebadany dermatologicznie. Kosmetyk.

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

16. Pakiet 6.10, poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylołu z dodatkiem nadtlenku wodoru, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczenia skóry. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M.tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24h. Autosterylny. Opakowanie 250ml z atomizerem. Produkt leczniczy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

17. Pakiet 6.10, poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylołu z dodatkiem nadtlenku wodoru, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczenia skóry. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M.tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24h. Autosterylny. Opakowanie 1L. Produkt leczniczy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

18. Pakiet 6.10, poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylołu z dodatkiem nadtlenu wodoru, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczenia skóry. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M.tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24h. Autosterylny. Opakowanie 1L. Produkt leczniczy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

19. Pakiet 6.10, poz. 17. Czy Zamawiający dopuści do oceny płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (83,7g/100g). Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Przebadany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN1500 - 30sek., chirurgiczna dezynfekcja EN12791 - 90sek. Skuteczny wobec: B, Tbc (M.terrae, M.avium), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno) w 15 sek., Polio w 30sek., F (C.albicans+A.brasiliensis/niger) w 60sek. Produkt biobójczy, w opakowaniach 500ml.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

20. Pakiet 6.10, poz. 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Wykazujący wysoką tolerancję materiałową, z możliwością stosowania w obecności pacjenta również na oddziałach noworodkowych. Skuteczność w stężeniu 0,5% wobec: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w 15min., Tbc (M.terrae), V (Noro) w 30min. Opakowania 5L. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl.IIa i produkt biobójczy. Substancje czynne: Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), 2-Fenoksyetanol, N-(3-aminopropyl)-Ndodecylopropano-1,3-diamina (diamina), Chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

21. Pakiet 6.10, poz. 22. Czy Zamawiający dopuści do oceny żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk z innowacyjną odżywczą formułą pielęgnacyjną opartą na kompleksie propantenolowym i witaminie E, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, na bazie etanolu (83,7g/100g). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN1500 - 30sek., chirurgiczna dezynfekcja EN12791 - 90sek. Skuteczny wobec: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Noro, Rota) w 15s., Tbc (M.terrae, M.avium) w 30s., V (Adeno, Polio) w 90s. Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

22. Pakiet 1, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a'10



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 010523657

CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316






WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

23. Pakiet 1, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści saszetki w rozmiarze 170 x 250 mm z naniesionym polem do opisu jak na zdjęciu:



Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

24. Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną 40 x 42 (40 x 36 cm) w opakowaniu zbiorczym a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza.

25. Pakiet 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem 8ml i drenem 2,1m, spełniającą pozostałe wymagania swz?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

26. Pakiet 3, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na lampę operacyjną z kołnierzem plastikowym o średnicy 127mm?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

27. Pakiet 3, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

28. Pakiet 3, pozycja 12,13 - Czy Zamawiający dopuści półmaskę bez filtra węglowego?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

29. Pakiet 3, pozycja 15-18 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o średniej sile zrywu przed starzeniem min. 13N potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

30. Pakiet 3, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwetek z włókniny typu spunlace?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 919523657

CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIĘCI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

31. Pakiet 3, pozycja 23 - Czy Zamawiający dopuści zestaw bez kontroli ssania z drenem CH24 i końcówką CH21?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

32. Pakiet 3, pozycja 26 - Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 4,5x5,5 (złożone), pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

33. Pakiet 3, pozycja 27-28 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o wytrzymałości na rozciąganie na mokro 95.8 N?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

34. Pakiet 3, pozycja 29 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie cieczy 35 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 80,6 kPa i wytrzymałości na rozciąganie na mokro 82,10N?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

35. Pakiet 3, pozycja 43-46 - Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną tkaną wykonaną z poliestru i poliamidu?

Odp. Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

36. Pakiet 3, pozycja 57 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

37. Pakiet 3, pozycja 66,67 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'24 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

38. Pakiet 3, pozycja 68-70, 85 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

39. Pakiet 3, pozycja 71,72,84 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

40. Pakiet 3, pozycja 82 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'4 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

41. Pakiet 3, pozycja 87 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9195031617

CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

składzie: 6 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm; 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm. M; 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa; 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem; 1x Pęseta plastikowa niebieska 13cm; 1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

42. Pakiet 3, pozycja 88 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki wykonaną z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocnioną hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m²? Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

43. Pakiet 3, pozycja 89 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m²; 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm; 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm; 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm; 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm; 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm; 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm; 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm; Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²; Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

44. Pakiet 3, pozycja 90 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym; 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm; 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm; 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm; 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm; 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300


por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

145 cm; 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.



Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem, że słowo „Zintegrowana” oznacza że serweta stanowi jeden element z torbą do przechwytywania płynów. Zamawiający nie dopuszcza oddzielnej torby przeznaczony do mocowania do serwety przez użytkownika.

45. Pakiet 6, pozycja 5-8 - Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o grubość na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07 +/-0,01 mm?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

46. Dotyczy pakietu 9 poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie że zaszła pomyłka w wymaganej wielkości próbki krwi i chodzi o 0,6 µl

Odp. Tak. Zamawiający potwierdza. Poprawna wartość to 0,6 µl.

47. Pakiet nr 6.10 poz. 4. Prosimy o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli preparat opisany j.w punkt 3 a nie 20.

Odp. Zamawiający potwierdza, że miał na myśli preparat opisany j.w punkt 3 .

48. Pakiet nr 6.10 poz. 9. W związku z aktualizacją dokumentów zgodnie z nowymi wytycznymi rozporządzenia BPR (rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych) oraz MDR (rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych) prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek typu Incidin OxyWipe S wykazujących działanie bójcze na S (C. difficile) zgodnie z normą EN 16615 – 15 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

49. Pakiet nr 6.10 poz. 12. Prosimy o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli wiaderko kompatybilne do suche chusteczki poz. 11.

Odp. Zamawiający potwierdza, że miał na myśli wiaderko kompatybilne do suche



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

chusteczki poz. 11.

50. Pakiet nr 6.10 poz. 13. W związku z aktualizacją dokumentów zgodnie z nowymi wytycznymi rozporządzenia BPR (rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych) oraz MDR (rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych) prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu typu Incidin OxyFoam S wykazujących działanie bójcze na S (*C. difficile*) zgodnie z normą EN 16615 – 15 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

51. Pakiet nr 6.10 poz. 22. W związku z wycofaniem preparatu *Spitaderm* opisanego w/w pozycji prosimy Zamawiającego o wykreślenie tej pozycji z pakietu bądź możliwość wyceny preparatu po ostatniej cenie sprzedaży z adnotacją, że preparat jest wycofany.

Odp. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający zamieni preparat na Skinman soft protect 500 ml.

52. Dot. wzoru umowy §7 ust. 1 ppkt. 2). Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §7 ust. 1 ppkt. 2) w sposób następujący: „2) w wysokości 0,5 % wartości brutto asortymentu niedostarczonego w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. terminu Zamawiający dokona zakupu asortymentu tej samej ilości i tego samego gatunku u innego Wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu, zaistniałą różnicą obciąży Wykonawcę, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

53. Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIĘCI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że przepisy dot. reklamacji nie są w żaden sposób nadużywane.

54. Czy Zamawiający doda zapis w §12 ust.1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami oraz dwukrotna zwłoka dotyczy kolejnych po sobie dostaw? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Przyjęcie zapisów proponowanych przez Wykonawcę skutkowałoby w praktyce brakiem możliwości odstąpienia od umowy.

55. Czy Zamawiający dookreśli w §12 ust. 1 lit a i b, iż dwukrotna zwłoka/braki w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 2 kolejnych po sobie dostawach?

Odp. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ. Przyjęcie zapisów proponowanych przez Wykonawcę skutkowałoby w praktyce brakiem możliwości odstąpienia od umowy

56. Pakiet 2, poz. 18-19,27-28,51-54,77,85-86,88,91. Czy zamawiający wydzieli poz. 18-19,27-28,51-54,77,85-86,88,91 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

57. Pakiet 2, poz. 18. Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

58. Pakiet 2, poz. 19. Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m², w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

59. Pakiet 2, poz. 27. Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem z elastycznym ściągaczem?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

60. Pakiet 2, poz. 28. Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

61. Pakiet 2, poz. 54. Czy zamawiający dopuści dren o dł. min. 200 cm?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

62. Pakiet 3, poz. 30-39. Czy zamawiający wydzieli poz. 30-39 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIĘCI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316





WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY W ŚREMIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
63-100 ŚREM, UL. MICKIEWICZA 95

wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

63. Pakiet 4. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

64. Pakiet 4. Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

65. Pakiet 4. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 39 cm x 50 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

66. Pakiet 4. Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

67. Pakiet 4. Czy dopuści perforację co 34 lub 38 cm?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

68. Pakiet 4. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

69. Pakiet 4. Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1 szt. = 1 rolka?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
dr n.med. Wojciech Romanowski



CZŁONEK POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ SIECI SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

<http://reumatologia.srem.net>
tel. +48 61 22 46 300

por@reumatologia.srem.net
fax +48 61 22 46 316



