



Włocławek, dnia ...24...05.2020r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania na dostawę materiałów szewnych.
Znak postępowania: DZP/42/2020**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 542917– N – 2020, data zamieszczenia 22.05.2020 r. data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 22.05.2020 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Dot. Części nr 1,2

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jaki to rodzaj stali typu Ethalloy?

Odpowiedź: Igła ze stali typu Ethalloy to igła, która jest przynajmniej min. 70% odporniejsza na wyginanie do 180 stopni zanim ulegnie złamaniu, wysoka plastyczność (700), wielokrotne plastyczne odkształcanie igły podczas procedur chirurgicznych, przy zachowaniu jej pierwotnej trwałości min 72%, siła potrzebna od wygięcia igły do jej złamania wynosi minimum 5,4 N dla igły 1/2 koła, 22mm, 6 N dla igły 1/2 koła 26mm, 6,6 N dla igły 1/2 koła, 36mm.

Pytanie nr 2

Dot. Części nr 1

Czy Zamawiający dopuści igły ze stali typu 300?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Dot. Części nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnej części?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Dot. Części nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z 3 krawędziami tnącymi 19 mm oraz z nicią 45 cm?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727

www.szpital.wloclawek.pl;
sekretariat@szpital.wloclawek.pl



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Dot. Części nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniane, monofilamentowe, wykonane z polidoksanonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. Części nr 2

Czy Zamawiający dopuści igły ze stali typu 300?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Dot. Części nr 2, poz. 1-2, 4, 7

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniane, plecione, powlekane, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20% i czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Dot. Części nr 2, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną z 3 krawędziami tnącymi oraz z nicią 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka

SPORZĄDZIŁA: Justyna Kruszyńska
Tel. 054 412 96 70
Fax: 054 412 94 32



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl;
sekretariat@szpital.wloclawek.pl