



Znak sprawy: DZA.381.34.3.2023

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – na Dostawę wyrobów medycznych.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Dot. Pakietu 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pętla do polipektomii jednorazowego użytku w dodatkowo wyposażone w możliwość ROTACJI 360°- ułatwiony obrót pętli poprzez pokrętło na rękojeści, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 6,10,15mm oraz 0,47mm dla średnicy otwarcia pętli 20,25,30,35,40 mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania produktu opisanego w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 2

Dot. Pakietu 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o długości roboczej 230 cm zamiast 250 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania szczoteczki o długości roboczej 230 cm.

Pytanie nr 3

Dot. Pakietu 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku. Skład zestawu: nasadka na endoskop z 6, 7 i 9 opaskami (do wyboru), głowica z nicią o długości 1500 mm, połączone z dwukierunkowym pokrętłem do naciągania nici. Słyszalne „kliknięcie” po każdym uwolnieniu gumki. Zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki Opaski zapewniają doskonałą widoczność w obrazie endoskopu. Zestaw wyposażony w port Luer/złącze do irygacji Opaski w niebieskim, przedostatnia opaska w kolorze czarnym Zestaw gotowy do bezpośredniego zakładania – nie przewleczona przez rękojeść. Kompatybilne z endoskopami o średnicy zewnętrznej 8.5-11.3 mm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania produktu opisanego w pytaniu nr 3.

Pytanie nr 4

Dot. Pakietu 5 pozycja

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki o średnicy włosa 5/12mm zamiast 5/10 mm, zakończone w sposób atraumatyczny? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania szczoteczki o średnicy włosa 5/12 mm, zakończonych w sposób atraumatyczny.

Pytanie nr 5

Dot. Pakietu 5 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści ustnik STERYLNY o rozmiarze 25x18mm Pozostałe parametry bez zmian.

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza ustnik sterylny 25x18mm



Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 wymaga testów do użytku profesjonalnego, do obsługi przez personel szpitala, nie do self-testingu?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wymaga testów do użytku profesjonalnego.

Pytanie nr 7

Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,3 mm dla średnicy otwarcia 10 mm i 15 mm oraz 0,4 mm dla średnicy otwarcia 25 mm, 30 mm i 35 mm, maksymalna długość oczka pętli 45 mm, średnica osłonki 2,3 mm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu nr 7.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2300 mm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szczotek o długości 2300mm.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie anoskopów z przestrzenią operacyjną 22 mmx 75 mm, długość narzędzia 90 mm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu nr 9.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie zestawów zawierających 7 opasek, w tym 6 opasek czarnych i jedną przedostatnią zieloną.

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza zestawy zawierające 7 opasek, 6 czarnych i jedną przedostatnią zieloną

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie zestawów zawierających 6 opasek., w tym 5 czarnych i jedną przedostatnią zieloną?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu nr 11

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu 1, poz 5.

Zwracamy się z prośbą o zaokrąglenie ilości wymaganych elektrod do pomiaru saturacji tkankowej, mózgowej metodą NIRS do wielokrotności 20 (opakowanie zbiorcze zawiera 20 elektrod i nie ma możliwości jego rozdzielenia).

Wyjaśniamy:

Zamawiający pozostawia w pozycji 5 – 30 szt. Elektrod.





Pytanie nr 13

Pakiet 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną o kształcie jak na załączonym zdjęciu, spełniające wszystkie pozostałe parametry?



Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza szczoteczki o kształcie jak na załączonym zdjęciu.

Pytanie nr 14

Pakiet 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną o kształcie typu wachlarz o następujących parametrach:

- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej rączce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



?

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza szczoteczki o kształcie typu wachlarz i podanych powyżej parametrach.

Pytanie nr 15

Pakiet 8 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne dostępne w rozmiarach od 16mm do 32mm (XS-XL)?

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza wzierniki ginekologiczne dostępne w rozmiarach od 16mm do 32mm.

Pytanie nr 16

Pakiet 8 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatulek laryngologicznych za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza wycenę szpatulek laryngologicznych za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 17

Pakiet 15, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania dermatologiczne aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 pacjentach?

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania dermatologiczne aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 pacjentach.



ul. Szpitalna 40

41-250 Czeladź

NIP: 6252247223 REGON: 278209300

Nr rejestrowy BDO 000006287



(32) 763-76-38



sekretariat.czelandz@pzzoz.bedzin.pl



www.pzzoz.bedzin.pl



Pytanie nr 18

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gąbki wykonane z włókna poliestrowego 90g/m²?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza gąbki wykonanej z włókna poliestrowego 90g/m².

Pytanie nr 19

Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pianki pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza pianki pakowane po 20szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 20

Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści gąbki w rozmiarze 20x20cm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza gąbki w rozmiarze 20x20cm.

Pytanie nr 21

Pakiet 15, pozycja 1-3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu znajdowała się informacja o hipoalergicznosci?

Wyjaśniamy:

Zamawiający wymaga aby na opakowaniu znajdowała się informacja o hipoalergicznosci.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kryterium oceny ofert w zakresie minimalnego terminu dostawy z: - nie dłuższy niż 24 godziny o trzyma – 40 pkt Na: - dłuższy niż 24 godziny ale nie dłuższy niż 48 godzin otrzyma – 40 pkt. Oferent może zaoferować obecnie termin dostawy 24 godz. co jest niemożliwe do dotrzymania dla wielu oferentów, a jego zaoferowanie ma na celu wyłącznie uzyskanie najwyższej liczby punktów w ramach kryterium pozacenowego. Uniemożliwia to dostęp do zamówienia wszystkim zainteresowanym na równych zasadach.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ dotyczących kryterium oceny ofert.

Pytanie nr 23

Pakiet 14:

1. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?
2. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?
3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 14. Poz. 1?

Wyjaśniamy:

1. Zamawiający nie wymaga wyrobu medycznego
2. Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I
3. Zgodnie z przeznaczeniem



Pytanie nr 24

Pakiet 14:

Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny o gramaturze 20g/m²?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza fartucha ochronnego o gramaturze 20g/m²

Pytanie nr 25

Pakiet 14:

Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny o gramaturze 30g/m²?

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza fartuch ochronny o gramaturze 30g/m²

Pytanie nr 26

Pakiet 14:

Czy zamawiający dopuści fartuch, który jest zakończony na gumki?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza fartucha, który jest zakończony na gumki.

Pytanie nr 27

Pakiet 14:

Czy zamawiający dopuści fartuch wyłącznie w kolorze niebieskim?

Wyjaśniamy:

Zamawiający dopuszcza fartuchy w kolorze zielonym lub niebieskim.

Pytanie nr 28

PAKIET 15, POZYCJA 1.

Czy Zamawiający dopuści gąbkę do jednorazowego użycia, wykonaną z włókna poliestrowego 12 x 20cm, grubość gąbki co najmniej 0,50cm, o gramaturze 100 g/m² z obrazkową instrukcją użytkowania oraz z hypoalergicznym żelem i oznakowaniem na opakowaniu: - pH 5,5 - testowane dermatologicznie Normy europejskie nie stawiają wymogu, aby na opakowaniu musiała być zamieszczona informacja o hypoalergiczności żelu i pisemna instrukcja obsługi, jeżeli wystarczająca jest w postaci obrazkowej.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu nr 28.

Pytanie nr 29

PAKIET 15, POZYCJA 2.

Czy Zamawiający dopuści piankę do jednorazowego użycia, wykonaną z poliuretanu, 12 x 20cm, grubość gąbki 9 mm, o gramaturze 150 g/m² z obrazkową instrukcją użytkowania oraz z hypoalergicznym żelem i oznakowaniem na opakowaniu: - pH 5,5 – testowane dermatologicznie Normy europejskie nie stawiają wymogu, aby na opakowaniu musiała być zamieszczona informacja o hypoalergiczności żelu i pisemna instrukcja obsługi, jeżeli wystarczająca jest w postaci obrazkowej.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu nr 29.





Pytanie nr 30

PAKIET 15, POZYCJA 3.

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny i naszym zdaniem skuteczniejszy o następujących parametrach. Myjka rękawica do mycia ciała pacjenta, z włókna poliestrowego, nasączona mydłem dermatologicznym z ekstraktem z aloesu. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwiężana w nadgarstku. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Możliwość stosowania u niemowląt. • wymiary: 24 x 17 cm (+/- 0,5 cm) • ilość: w opakowaniu pojedynczym 20 szt., • przednia warstwa z mydłem: 100g/m² +/- 5% • tylna warstwa: 50g/m² +/- 5% Z obrazkową instrukcją użytkowania oraz z hypoalergicznym żelem i oznakowaniem na opakowaniu: - pH 5,5 - testowane dermatologicznie Normy europejskie nie stawiają wymogu, aby na opakowaniu musiała być zamieszczona informacja o hypoalergiczności żelu i pisemna instrukcja obsługi, jeżeli wystarczająca jest w postaci obrazkowej.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania produktu opisanego w pytaniu nr 30.

Pytanie nr 31

Pakiet nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści myjki do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry oraz jako element higieny pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca, myjki do bezwodnego mycia ciała o naturalnym pH, o właściwościach oczyszczających, odświeżających i łagodzących podrażnienia, posiadające substancje nawilżające i odżywcze dla skóry (witamina E, rumianek i aloes), odpowiednie do mycia całego ciała, zawierające w składzie Dimetikon (3%), fosforan chloru linoamidopropylu PG-dimoniowego, lauryloglukozyd, D-pantenol, alantoina, ekstrakt z aloesu berbadenowego, polisorbata 20, tetrasodowy EDTA, kwas cytrynowy, octan tokoferolu, diglukonian chlorheksydyny, gliceryna, sorbinian potasu, benzoian sodu, perfum, ekstrakt z rumianku, nie zawierają lateksu, lanoliny i alkoholu, myjki w rozmiarze 20cm x 20cm, zapobiegają powstawaniu infekcji, testowane dermatologicznie, pakowane w opakowanie foliowe z możliwością wielokrotnego zamykania, opakowanie pomagające utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniające możliwość podgrzewania w kuchenke mikrofalowej, zarejestrowane jako wyrób medyczny, pakowane po 25 sztuk z przeliczeniem ilości do 154 opakowań?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania produktu opisanego w pytaniu nr 31.

Pytanie nr 32

Pakiet nr 6, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy z zawartością środków myjących pielęgnacyjnych, przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji włosów i okolic dla pacjentów hospitalizowanych, nie wymaga użycia wody oraz spłukiwania, wykonany z dwóch warstw: włóknina spunlace i folia PE, w rozmiarze uniwersalnym, o delikatnym, przyjemnym zapachu, nasączony preparatem odświeżającym i nawilżającym o neutralnym pH (5,5), zawierający w składzie m.in. simetikon, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej, chlorheksydynę, wyciąg z aloesu oraz rumianku, witaminę E, D-Panthenol, alantoinę, możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, alkoholu oraz lanoliny, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe z nadrukowaną instrukcją użycia w języku polskim, oferowany jako produkt na 23% stawce VAT?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania produktu opisanego w pytaniu 32.

Pytanie nr 33

Pakiet nr 15, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny prostokątną myjkę do mycia ciała, pokrytą środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5), aktywowanym poprzez zwilżenie wodą, wykonane z poliestru, o gramaturze 100g/m² w rozmiarze 12 cm x 20 cm, o grubości ok 0,5cm, jednorazowego użytku, bez lateksu, pakowana po 24 sztuki, na opakowaniu graficzna instrukcja użytkowania?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaferowania produktu opisanego w pytaniu 33.



Pytanie nr 34

Pakiet nr 15, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny jednorazowe myjki do ciała w formie zaokrąglonej rękawicy nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o naturalnym PH 5,5, wykonane w 100% z włókien poliestrowych, rozmiar 17 x 24,5 cm, o gramaturze łącznej 170g/m² (100 g/m² część przednia, 70 g/m² część tylna), obie warstwy myjki niepodfoliowane, pozbawione lateksu, pakowane w opakowanie foliowe z nadrukowaną graficzną instrukcją użycia, pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilości do 200 opakowań?

Wyjaśniamy:

Dopuszczamy przeliczenie na opakowania 20szt.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu 34.

Pytanie nr 35

Pakiet nr 15, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści jednorazowe, dwuwarstwowe myjki do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy, obustronnie nasączone środkami myjącymi o neutralnym PH5.5, wykonane w 100% z włókien poliestrowych, warstwy myjki niepodfoliowane, rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m², pozbawione lateksu, opakowanie foliowe z nadrukowaną graficzną instrukcją użytkowania oraz składem, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans oraz Escherichia coli pakowane po 12 sztuk z przeliczeniem ilości do 334 opakowań?

Wyjaśniamy:

Dopuszczamy przeliczenie na opakowania 12 szt.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu 35.

Pytanie nr 36

Pakiet nr 15, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny jednorazowe myjki do ciała w formie zaokrąglonej rękawicy nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o naturalnym PH 5,5, wykonane w 100% z włókien poliestrowych, rozmiar 17 x 24,5 cm, o gramaturze łącznej 170g/m² (100 g/m² część przednia, 70 g/m² część tylna), obie warstwy myjki niepodfoliowane, pozbawione lateksu, pakowane w opakowanie foliowe z nadrukowaną graficzną instrukcją użycia, pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilości do 30 opakowań?

Wyjaśniamy:

Dopuszczamy przeliczenie na opakowania 20 szt.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu 36.

Pytanie nr 37

Pakiet nr 15, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści jednorazowe, dwuwarstwowe myjki do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy, obustronnie nasączone środkami myjącymi o neutralnym PH5.5, wykonane w 100% z włókien poliestrowych, warstwy myjki niepodfoliowane, rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m², pozbawione lateksu, opakowanie foliowe z nadrukowaną graficzną instrukcją użytkowania oraz składem, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans oraz Escherichia coli pakowane po 12 sztuk?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu 36.

Pytanie nr 38

Pytanie nr 1

załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 5 ust. 1a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 5 ust. 1a) na następujący:

„a) w wysokości 0,5% wartości netto danego zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu określonego w § 2 ust. 10 umowy”?

Przedmiot zamówienia z pakietu 12 nie stanowi produktów ratujących życie, a kara umowna liczona za każdą godzinę opóźnienia jest w tym wypadku dalece wygórowana.



Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisu § 5 ust. 1a) Wzoru umowy.

Pytanie nr 39

Pakiet 4, poz.2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wydzieli pozycji 2 do osobnego pakietu.

Zamawiający nie wymaga zaoferowania produktu opisanego w pytaniu nr 39

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu opisanego w pytaniu nr 39

Pytanie nr 40

Pakiet 13, poz. 4

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Czy zamawiający dopuści dren o dł. 90 cm?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wydzieli pozycji 4 do osobnego pakietu.

Zamawiający nie dopuszcza drenu o dł. 90cm.

Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

Pytanie nr 41

Pakiet 16, poz. 9-10

Czy zamawiający wydzieli poz.9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie wydzieli poz.9-10 do osobnego pakietu

Zamawiający nie dopuści produktu opisanego w pytaniu nr 41.



Pytanie nr 42

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 21 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisu § 4 ust. 2) Wzoru umowy.

Pytanie nr 43

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. a), b), c), d):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,5 % wartości netto danego zamówienia częściowego za każdą godzinę zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, względem terminu w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie częściowej dostawy**
 - b) w wysokości 0,5 % wartości netto **niedostarczonych lub wadliwych Produktów** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonych lub wadliwych Produktów**
 - c) w wysokości **10 %** wartości netto niedostarczonych lub wadliwych Wyrobów medycznych - za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup Wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach wskazanych w §4 ust. 6 umowy.
 - d) w wysokości 10% kwoty **niezrealizowanej części** wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku gdy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę dojdzie do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Wyjaśniamy:

Zamawiający nie zmienia zapisu § 5 ust. 1 pkt. a), b), c), d) Wzoru umowy.

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40
mgr Aldona Sylwa