



LZ.261.1.2024.DJ

Warszawa 11.03.2024 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na **dzierżawę analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników, pasków testowych oraz części zużywalnych** - nr spr. 1/D/2024

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na dzierżawę analizatorów laboratoryjnych wraz z dostawą odczynników, pasków testowych i części zużywalnych - nr sprawy: 1/D/2021 została wybrana najkorzystniejsza oferta w części nr 1 i nr 2 postępowania:

Część 1: dzierżawa automatycznego analizatora **do badań immunochemicznych** wraz z dostawą odczynników oraz części zużywalnych

ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa
Cena oferty: 710 280,00 zł.

Uzasadnienie: Oferta otrzymała 100 pkt. Jedyna oferta złożona w postępowaniu

Streszczenie i ocena złożonych ofert w części nr 1:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Ilość punktów wg ustalonych kryteriów
1	ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 28 00-672 Warszawa	710 280,00	100 pkt, w tym: 1) cena – 60 pkt 2) parametry jakościowe – 40 pkt, w tym: a) Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych - wymagana objętość próbki do jednego oznaczenia nie większa niż 50 mikrolitrów - 10 pkt b) Odczynniki do oznaczania TSH, ft3 i ft4 posiadają określone przez producenta, specyficzne wartości referencyjne dla populacji dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach i osób starszych - 20 pkt c) Odczynniki zintegrowane w jedną kasetę, opatrzoną jednym kodem identyfikującym dany parametr - 10 pkt



Część 2: dzierżawa **analizatora moczu** wraz z dostawą pasków testowych oraz części zużywalnych

ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa
Cena oferty: 73 260,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie i ocena złożonych ofert w części nr 2:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Ilość punktów wg ustalonych kryteriów
1	ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 28 00-672 Warszawa	73 260,00	100 pkt, w tym: 1) cena – 60 pkt 2) parametry jakościowe – 40 pkt, w tym: a) Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe - 10 pkt b) Odczyt 10 parametrów fiz.-chem moczu: glukoza, białko, bilirubina, ciała ketonowe, urobilinogen, azotyny, leukocyty, erytrocyty, pH, ciężar właściwy - 10 pkt c) Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik - 10 pkt d) Czulość dla białka nie gorsza niż 20mg/dl, dla glukozy nie gorsza niż 40mg/dl - 10 pkt
2	Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa	83 207,52	82,83 pkt, w tym: 1) cena – 52,83 pkt 2) parametry jakościowe – 30 pkt, w tym: a) Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe - 10 pkt b) Odczyt 10 parametrów fiz.-chem moczu: glukoza, białko, bilirubina, ciała ketonowe, urobilinogen, azotyny, leukocyty, erytrocyty, pH, ciężar właściwy - 10 pkt c) Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik - 10 pkt d) Czulość dla białka nie gorsza niż 20mg/dl, dla glukozy nie gorsza niż 40mg/dl - 0 pkt

Do:

1. Strona internetowa postępowania
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

Jacek Derek

/podpisano elektronicznie/