

Poznań, dnia 03.12.2019

DSZ.4001.1358.JW.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ  
WYROBÓW MEDYCZNYCH I MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH  
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH,  
MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH,  
ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO SKÓRY,  
ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO POWIERZCHNI I NARZĘDZI,  
CHUSTECZEK DEZYNFEKCYJNYCH,  
RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH  
DO ARRESZTU ŚLEDZIEGO W POZNANIU.  
znak sprawy: Ds-09/zp/2019

**Wszyscy Wykonawcy**  
W dniu 02.12.2019 do Aresztu Śledczego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ :

Pakiet nr 1 Pozycje, w których Zamawiający użył nazwy własnej produktów  
Czy Zamawiający dopuści produkty równoważne w pozycjach, gdzie użył nazwy własnej produktów?  
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia wszystkich zapisów siwz

Pakiet nr 1 poz. 14  
Czy Zamawiający dopuści gąbka zaimegnowana 20 ml antyseptycznym roztworem czyszczącym glikonianu  
chlorheksydyny 4%, rozmiar 10cm x 10cm x 2,5cm?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 1 poz. 25  
Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 1 poz. 26  
Czy Zamawiający dopuści komplet pościelowy o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 1 poz. 26  
Czy Zamawiający dopuści poszwa i prześcieradło 150cm x 240cm, poszewka 65cm x 65cm?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pakiet nr 1 poz. 29  
Czy Zamawiający dopuści wymiary produktu 26 x 105 x 125 mm?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pakiet nr 1 poz. 29**  
Czy Zamawiający dopuści wagę: 38g +/- 4g?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pakiet nr 1 poz. 33**  
Czy Zamawiający dopuści op. 75 sztuk z przełiczeniem ilości?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pakiet nr 1 poz. 34**  
Czy Zamawiający dopuści wymiary: 210 x 160 cm +/- 10%?  
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia wszystkich zapisów siwz

**Pakiet nr 1 poz. 34**  
Czy Zamawiający dopuści wymiary: 220 x 150 cm +/- 10%?  
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia wszystkich zapisów siwz

**Pakiet nr 1 poz. 35-36**  
Czy Zamawiający dopuści w kolorze białym?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pakiet nr 1 poz. 35-46**  
Czy Zamawiający dopuści z włókniny polietylenowej?  
Odpowiedź: Zamawiający żąda produktów zgodnie z siwz.

**Pakiet nr 1 poz. 35-36**  
Czy Zamawiający dopuści produkt zarejestrowany jako kategoria III odzież ochronnej?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pakiet nr 1 poz. 39**  
Czy Zamawiający dopuści koreczki do dezynfekcji bezigłowej portów naczyniowych, które zapewniają skuteczną dezynfekcję w ciągu 1 minuty i utrzymują bezpieczny port przez 7 dni, wewnątrz korków znajduje się 70% roztworu alkoholowego izopropylowego, który dezynfekuje powierzchnie łączników/portów?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pakiet nr 1 poz. 39**  
Czy Zamawiający wyraża pozycję 39 z Pakietu nr 1 i utworzy z niej osobne zadanie?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pakiet nr 1 poz. 43**  
Czy Zamawiający dopuści półmaskę ochronną o następującej specyfikacji:

- FFP3 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009.
- Kategoria III Środka Ochrony Indywidualnej zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC
- Wybór medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC
- Maski chirurgiczna typu II R zgodnie z normą EN 14683: 2005
- Poziom filtracji zapewnia maksymalną ochronę, filtracja bakteriyna ponad 99,9%
- Zapewnia ochrona przez 8 godzin
- Obfajmująca usza i nos jest maską bardzo wygodną dla użytkownika dzięki niezrównanemu komfortowi oddychania
- Dopasowujące się mocowania głowy powodują stabilne utrzymanie maski w stałej pozycji, nie powodując przy tym ucisku
- Klips na nos pozwala na pełne dopasowanie maski
- Bardzo lekka konstrukcja – 5g, nie powoduje obciążenia przy długotrwałej pracy w warunkach wymagających użycie masek filtrujących
- odporność na rozprysk > 120mm Hg
- Przykłady zastosowania: ochrona przed bakteriami!

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

**Pakiet nr 1 poz. 44**  
Czy Zamawiający dopuści maskę o następującej specyfikacji:

- Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, aerozalami ciekłymi i cząstek stałych
- Konstrukcja trójpanelowa
- Wykonana z polipropylenu
- Dostępna z zaworem wydechowym z polipropylenu w środkowej części maski ułatwiający oddychanie
- Jednocześnie odprowadzając wilgoć, membrana wykonana z gumy naturalnej

- Wyposzona w usztywnienie na nos pozwalające na pełne dopasowanie do kształtu twarzy użytkownika
  - wykonanego z aluminium
  - Po stronie wewnętrznej maski pianka poliuretanowa
  - Mocowana za pomocą elastycznych gumek zapewniające ochronę przed uszkodzeniem i wyrwananiem włosów
  - Możliwość stosowania z pełnym wyposażeniem ochronny twarzy m.in. z okularami ochronnymi
  - Pakowane indywidualnie w przezroczystą folię
  - Bez lateksu?
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
- Pakiet nr 1 poz. 45**
- Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
- Pakiet nr 1 poz. 45**
- Czy Zamawiający dopuści dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi?
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
- Pakiet nr 1 poz. 46**
- Czy Zamawiający dopuści mini-spike biały z zakończeniem niebieskim?
- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
- Pakiet nr 1 poz. 47**
- Czy Zamawiający dopuści op. 20 sztuk z przełiczeniem ilości?
- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
- Pakiet nr 1 poz. 48**
- Czy Zamawiający dopuści naktuwacz sterylizowany radiacyjnie?
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
- Pakiet nr 1 poz. 49**
- Czy Zamawiający dopuści naktuwacz sterylizowany radiacyjnie?
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
- Pakiet nr 1 poz. 50**
- Czy Zamawiający dopuści nerka 250 x 146 x 50 mm?
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
- Pakiet nr 1 poz. 51**
- Czy Zamawiający dopuści op. 12 sztuk?
- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
- Pakiet nr 1 poz. 52**
- Czy Zamawiający dopuści op. 12 sztuk?
- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
- Pakiet nr 1 poz. 53**
- Czy Zamawiający dopuści op. 12 sztuk?
- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
- Pakiet nr 1 poz. 54**
- Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z folii PE?
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
- Pakiet nr 1 poz. 55**
- Czy Zamawiający dopuści bez miejsca na opis danych pacjenta?
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
- Pakiet nr 1 poz. 55-66**
- Czy Zamawiający dopuści op. 26 sztuk?
- Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
- Pakiet nr 1 poz. 55**
- Czy Zamawiający dopuści piankę o pojemności 500ml zawierającą w składzie m. in. kwas mlekowy, kompleks liny i sinodor?
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Aresztu Śledczego w Poznaniu  
mjr Piotr Podeszwa

**Pakiet nr 1 poz. 69-70**  
Czy Zamawiający dopuści kolor w całości czerwony?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pakiet nr 1 poz. 73**

Czy Zamawiający dopuści równoważny precyzyjny regulator przepływu o następującym opisie:  
• precyzyjny regulator niezależny od drenu umożliwiający dokładne ustawienie požądane przepływu w zakresie 5-250 ml/h z możliwością całkowitego zamknięcia luz otwarcia przepływu,  
• możliwość przetaczania płynów oraz żywienia,  
• podłóżna skala dla rozróżnienia o lepkości 10% oraz 40% - dwie skale dotyczą dwóch różnych gęstości leku, przy lekach o dużej gęstości zalecamy użycie drugiej skali (40%), w większości przypadków stosuje się skalę 10%,  
• kolor skali: zielony dla wartości 5-200 ml, biały dla wartości 5-250 ml,  
• skalowanie dla gęstości 10%: 5,10,20,30,42,50,63,75,83,104,125,150,167,200,250 (ml),  
• skalowanie dla gęstości 40%: 5,10,20,42,62,83,104,125,167,200 (ml),  
• możliwość podłączenia do standardowego przyrządu do przeloczeń,  
• uniwersalne całkowicie przezroczyste zakończenie drenu luer-lock,• posiada końcówkę Luer lock ,  
• dren o długości 50 cm,  
• port iniekcyjny Y,  
• dren wykonany z PCV, pozabawiony DEHP (talanów), bez lateksu,  
• regulator wykonany z polikarbonu (PC),  
• sterylizowany tlenkiem etylenu,  
• pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pakiet nr 1 poz. 76**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160 x 210cm?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pakiet nr 1 poz. 90**

Czy Zamawiający dopuści tylko w kolorze niebieskim?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pakiet nr 1 poz. 96**

Czy Zamawiający dopuści tłok biały, a cylinder przezroczysty?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pakiet nr 1 poz. 101**

Czy Zamawiający dopuści podziałkę co 100 ml z funkcją Twist&Lock, która uniemożliwia wydotkanie się zapachu i treści?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

**Pakiet nr 1 poz. 103**

Czy Zamawiający dopuści 11 ml dla mężczyzn?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pakiet nr 1 poz. 103**

Czy Zamawiający dopuści sterylizowany tlenkiem etylenu?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

**Pakiet nr 1 poz. 104**

Czy Zamawiający dopuści zatyczkę do cewnika dołączoną osobno?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody