



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/8/2022

Przasnysz, 31.01.2022 r.

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę artykułów do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na otrzymane pytania udziela odpowiedzi:

Pyt. 1

Pakiet IV poz. 1, 2 : Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki bez kleju?

Odp. Zamawiający wymaga aby test był samoprzylepny.

Pyt. 2

Pakiet IV poz. 1, 2 : Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki w opakowaniach po 200 sztuk, przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Pakiet IV poz. 3 : Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki w opakowaniach po 200 sztuk, przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Pakiet IV poz. 4 : Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki w opakowaniach po 200 sztuk, przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5

Pakiet III pozycje 1-5: Czy Zamawiający zechce odstąpić od przedstawienia próbek z ofertą i dopuści przedstawienie materiałów informacyjnych zawierających obraz zaoferowanych produktów ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Pakiet nr II, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Sporządziła:
Magdalena Krzykowska
st. insp. ds. zamówień publicznych
i eksploatacji sprzętu
tel. 29 75 34 405

Z poważaniem:

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Grzegorz Magnuszewski